Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986007-1
Сатып алудың атауы:	«БРАМС КРИПТОР компакт ПЛЮС» автоматтандырылған биохимиялық анализаторына арналған реагенттер жинағы
Лоттың нөмірі:	№ 83390430-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қан коагуляциясының талдауышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Б•Р•А•М•С КРИПТОР компакт ПЛЮС» анализаторы үшін жүктілікке байланысты плазма ақуызын А анықтауға арналған реагенттер жинағы
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., көш. Ахмиров 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әлеуетті өнім беруші сертификатты ұсынады тауардың ISO13485 сәйкестігі туралы өндірушілерден немесе олардың өкілдерінен өкілдерінің (дилерлердің немесе дистрибьюторлар). Санға арналған реагенттер жиынтығы Жүктілікке байланысты анықтау плазманың А протеинін PAPP-A шоғырлануы қан сарысуындағы протеин-А) адам. Жиын мыналармен сыйысымды болуы тиіс: автоматты биохимиялық талдағышпен «Б • Р • А • М • С КРИПТОР компакт ПЛЮС» тапсырыс берушінің зертханасында. Жинақ мыналардан тұруы тиіс: XL-конъюгатты пайдалануға дайын с конъюгацияланған PAPP-A моноклоналды антиденесі XL665, буфер, бұқа альбумині, ерекше емес тышқан иммуноглобулині және калий фториді.; дайын K-конъюгатын пайдалануға арналған с конъюгацияланған PAPP-A моноклоналды антиденесі криптатом европия, буфер, бұқа альбумині, иммуноглобулиндермен, калий фторидімен; қолдануға дайын сұйылтқыш, құрамында жаңа туған бұзаулардың сарысуы, азид бар натрий, консерванттар: Жинақта барлық ақпаратты қамтитын штрихкодпен реагенттердің жаңа партиясын тіркеу үшін; Саны жинақта 75 тест болуы тиіс; Үлгі түрі - сарысу; Талдау үшін қажетті үлгінің көлемі 50 мкл-ден кем; инкубациялау уақыты 19-дан аспауы тиіс минут; Нәтижелері мЕд/л-де ұсынылуы тиіс; Талдауыштағы жиынтықтың тұрақтылығы (29 күннен кем болмауы тиіс; Қағидат талдаудың «сэндвич» -әдісі болуы тиіс; Температура сақтау кемінде 2 °С және 8 °С аспауы тиіс. Өнім беруші мыналарды растайтын құжаттарды жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерде белгіленген ережелерімен немесе өзге де құжаттармен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде ҚР ДСМ тіркеу куәлігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986007-1
Наименование закупки:	Набор реагентов для автоматического биохимического анализатора «БРАМС КРИПТОР компакт ПЛЮС»
Номер лота:	№ 83390430-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для анализатора коагуляции крови
Дополнительное описание лота:	Набор реагентов для определения связанного с беременностью протеина А плазмы для анализатора «Б•Р•А•М•С КРИПТОР компакт ПЛЮС»
Количество:	30
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Ахмирова 4
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Потенциальный поставщик предоставляет сертификат соответствия товара ISO13485 и электронную копию авторизационного письма от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов). Набор реагентов для количественного определения определения связанного с беременностью протеина А плазмы должен количественно определять концентрацию PAPP-A (ассоциированного с беременностью протеина-А плазмы) в сыворотке крови человека. Набор должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором «Б•Р•А•М•С КРИПТОР компакт ПЛЮС», установленным в лаборатории заказчика. Набор должен состоять из: готового к использованию XL-конъюгата, содержащего моноклональное антитело к PAPP-A, конъюгированное с XL665, буфер, бычьий альбумин, неспецифический мышиный иммуноглобулин и фторид калия.; готового к использованию K-конъюгата, содержащего моноклональное антитело к PAPP-A, конъюгированное с криптатом европия, буфером, бычьим альбумином, мышиными неспецифическими иммуноглобулинами, фторидом калия; готового к использованию разбавителя, содержащего сыворотку новорожденных телят, азид натрия, консерванты: Набор должен иметь наклейку со штрихкодом, содержащим всю информацию, необходимую для регистрации новой партии реагентов; Количество тестов в наборе должно быть 75; Тип образцасыворотка; Объем образца необходимое для анализа должно быть не менее 50 мкл; время инкубации должно быть не более 19 минут; Результаты должны быть представлены в мЕд/л; Стабильность набора в анализаторе (стабильность после вскрытия) должна быть не менее 29 дней; Принцип анализа должен быть «сэндвич»-метод; Температура хранения должна быть не менее 2°С и не более 8°С. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе регистрационное удостоверение в МЗ РК.