

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 қалалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17752093-1
Конкурстың атауы:	Медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (2ҚА)
Лоттың нөмірі:	№ 85591094-OK4
Лоттың атауы	Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331312.200.000001
Қызметтің атауы:	Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	3600000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	3600000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	31.12.2026 дейін (тапсырыс берушінің өтінімі бойынша)

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық сипаттама Сатып алу пәні: ультрадыбыстық аппараттарға техникалық қызмет көрсету қызметтері. 1. MY SONO ультрадыбыстық аппараты Техникалық қызмет көрсету аясында келесі жұмыстарды орындау қажет: - Аппараттың механикалық зақымдануын көзбен шолып тексеру; - Кабельдерді, сенсорларды, экрандарды, түймелерді және интерфейстерді өнімділікке тексеру; - Желдеткіш саңылаулар мен беттерді тазалау; - Аппараттың диагностикалық функцияларын тестілеу; - Кескінді калибрлеуді тексеру (қажет болған жағдайда); - Бағдарламалық жасақтаманы тексеру және жаңарту (бар болса); - Қызмет көрсету нәтижелері бойынша техникалық есеп жасау. 2. UGEO H60 ультрадыбыстық аппараты Техникалық қызмет көрсету аясында келесі жұмыстарды орындау қажет: - Аппараттың механикалық зақымдануын көзбен шолып тексеру; - Кабельдерді, сенсорларды, экрандарды, түймелерді және интерфейстерді өнімділікке тексеру; - Желдеткіш саңылаулар мен беттерді тазалау; - Аппараттың диагностикалық функцияларын тестілеу; - Кескінді калибрлеуді тексеру (қажет болған жағдайда); - Бағдарламалық жасақтаманы тексеру және жаңарту (бар болса); - Қызмет көрсету нәтижелері бойынша техникалық есеп жасау. 3. LOGIQ P9 ультрадыбыстық аппараты Техникалық қызмет көрсету аясында келесі жұмыстарды орындау қажет: - Аппараттың механикалық зақымдануын көзбен шолып тексеру; - Кабельдерді, сенсорларды, экрандарды, түймелерді және интерфейстерді өнімділікке тексеру; - Желдеткіш саңылаулар мен беттерді тазалау; - Аппараттың диагностикалық функцияларын тестілеу; - Кескінді калибрлеуді тексеру (қажет болған жағдайда); - Бағдарламалық жасақтаманы тексеру және жаңарту (бар болса); - Қызмет көрсету нәтижелері бойынша техникалық есеп жасау. 4. SonoScape S2N ультрадыбыстық аппараты Техникалық қызмет көрсету аясында келесі жұмыстарды орындау қажет: - Аппараттың механикалық зақымдануын көзбен шолып тексеру; - Кабельдерді, сенсорларды, экрандарды, түймелерді және интерфейстерді өнімділікке тексеру; - Желдеткіш саңылаулар мен беттерді тазалау; - Аппараттың диагностикалық функцияларын тестілеу; - Кескінді калибрлеуді тексеру (қажет болған жағдайда); - Бағдарламалық жасақтаманы тексеру және жаңарту (бар болса); - Қызмет көрсету нәтижелері бойынша техникалық есеп жасау. 5. ALPINION ECUBE 8 ультрадыбыстық аппараты Техникалық қызмет көрсету аясында келесі жұмыстарды орындау қажет: - Аппараттың механикалық зақымдануын көзбен шолып тексеру; - Кабельдерді, сенсорларды, экрандарды, түймелерді және интерфейстерді өнімділікке тексеру; - Желдеткіш саңылаулар мен беттерді тазалау; - Аппараттың диагностикалық функцияларын тестілеу; - Кескінді калибрлеуді тексеру (қажет болған жағдайда); - Бағдарламалық жасақтаманы тексеру және жаңарту (бар болса); - Қызмет көрсету нәтижелері бойынша техникалық есеп жасау. 6. Philips Affiniti 50 ультрадыбыстық аппараты Техникалық қызмет көрсету аясында келесі жұмыстарды орындау қажет: - Аппараттың механикалық зақымдануын көзбен шолып тексеру; - Кабельдерді, сенсорларды, экрандарды, түймелерді және интерфейстерді
--	--

	өнімділікке тексеру; - Желдеткіш саңылаулар мен беттерді тазалау; - Аппараттың диагностикалық функцияларын тестілеу; - Кескінді калибрлеуді тексеру (қажет болған жағдайда); - Бағдарламалық жасақтаманы тексеру және жаңарту (бар болса); - Қызмет көрсету нәтижелері бойынша техникалық есеп жасау. 2. Қосымша шарттар: - Барлық жұмыстар тапсырыс берушінің аумағында орындалады; - Қызмет көрсету нәтижелері бойынша орындалған жұмыстардың актісі жасалады. 3. Қосымша жөндеу жұмыстары: Сервистік қызмет көрсету аясында, жоғарыда аталған медициналық аппараттардың 30% дейін қосалқы бөлшектермен қамтамасыздығын ету мердігер тарапынан орындалу қажет: - Расталған ақаулы пьезоэлементтерді диагностикалау және ауыстыру; - Акустикалық өткізгіштік пен герметикалықты қалпына келтіре отырып жөндеу жүргізу; Аппаратты мамандандырылған жабдықта калибрлеу. Тоқсан сайын жиілікпен жабдықтарды диагностикалау және РПТО (барлық түйіндер мен агрегаттарды тексеру, Қызмет жиынтығын ауыстыру және бағдарламалық жасақтаманы тестілеу зауыттың бекітілген Әдістемесіне сәйкес қамтамасыз ету-дайындаушы). Диагностика нәтижелері "қызмет көрсету актісіне" тіркеу Сұраныс жіберу әдісі: телефон (24/7) + электронды сұрау (веб-портал, электрондық пошта) Арнаның артық болуы. Сұраныс қабылдау уақыты: 24/7 (демалыс және мереке күндерін қосқанда) Тіршілікті қамтамасыз ету жабдығы. Жауап беру уақыты (кету): сұрауды алған сәттен бастап 2 сағаттан 4 сағатқа дейін. Ауырлығына байланысты. Келу уақыты: 4-тен 24 сағатқа дейін. Қашықтыққа байланысты. Ақауларды шешу уақыты: 24 сағаттан 72 сағатқа дейін.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №2" управления здравоохранения города Шымкента
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17752093-1
Наименование конкурса:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (ГБ2)
Номер лота:	№ 85591094-ОК4
Наименование лота:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331312.200.000001
Наименование услуги:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	3600000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	3600000
Срок оказания услуги:	до 31.12.2026г (по заявке заказчика)
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация Предмет закупки: Услуги по техническому обслуживанию ультразвуковых аппаратов. 1. УЗИ аппарат MySono В рамках технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы: - Визуальный осмотр аппарата на наличие механических повреждений; - Проверка кабелей, датчиков, экранов, кнопок и интерфейсов на работоспособность; - Очистка вентиляционных отверстий и поверхностей; - Тестирование диагностических функций аппарата; - Проверка калибровки изображений (при необходимости); - Проверка программного обеспечения и обновление (при наличии); - Составление технического отчета по результатам обслуживания. 2. УЗИ аппарат UGEO H60 В рамках технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы: - Визуальный осмотр аппарата на наличие механических повреждений; - Проверка кабелей, датчиков, экранов, кнопок и интерфейсов на работоспособность; - Очистка вентиляционных отверстий и поверхностей; - Тестирование диагностических функций аппарата; - Проверка калибровки изображений (при необходимости); - Проверка программного обеспечения и обновление (при наличии); - Составление технического отчета по результатам обслуживания. 3. УЗИ аппарат LOGIQ P9 В рамках технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы: - Визуальный осмотр аппарата на наличие механических повреждений; - Проверка кабелей, датчиков, экранов, кнопок и интерфейсов на работоспособность; - Очистка вентиляционных отверстий и поверхностей; - Тестирование диагностических функций аппарата; - Проверка калибровки изображений (при необходимости); - Проверка программного обеспечения и обновление (при наличии); - Составление технического отчета по результатам обслуживания. 4. УЗИ аппарат SonoScape S2N В рамках технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы: - Визуальный осмотр аппарата на наличие механических повреждений; - Проверка кабелей, датчиков, экранов, кнопок и интерфейсов на работоспособность; - Очистка вентиляционных отверстий и поверхностей; - Тестирование диагностических функций аппарата; - Проверка калибровки изображений (при необходимости); - Проверка программного обеспечения и обновление (при наличии); - Составление технического отчета по результатам обслуживания. 5. УЗИ аппарат ALPINION ECUBE 8 В рамках технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы:- Визуальный осмотр аппарата на наличие механических повреждений; - Проверка кабелей, датчиков, экранов, кнопок и интерфейсов на работоспособность; - Очистка вентиляционных отверстий и поверхностей; - Тестирование диагностических функций аппарата; - Проверка калибровки изображений (при необходимости); - Проверка программного обеспечения и обновление (при наличии); - Составление технического отчета по результатам обслуживания. 6. УЗИ аппарат Philips Affiniti 50 В рамках технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы:- Визуальный осмотр аппарата на наличие механических повреждений; - Проверка кабелей, датчиков, экранов, кнопок и интерфейсов на
---	---

	работоспособность; - Очистка вентиляционных отверстий и поверхностей; - Тестирование диагностических функций аппарата; - Проверка калибровки изображений (при необходимости); - Проверка программного обеспечения и обновление (при наличии); - Составление технического отчета по результатам обслуживания. 2. Дополнительные условия: - Все работы выполняются на территории заказчика; - По результатам обслуживания составляется акт выполненных работ. В рамках сервисного обслуживания необходимо предоставить за счет поставщика, запасные части от суммы до 30% всех вышеуказанных медицинских аппаратов; - Диагностику и замену подтвержденных неисправных пьезоэлементов; - Проведение ремонта с восстановлением акустической проводимости и герметичности; Калибровка аппарата на специализированном оборудовании. Диагностика и РПТО оборудования с периодичностью ежеквартально (проверка всех узлов и агрегатов, замена сервисного набора а также тестирование программного обеспечения в соответствии с утвержденной методикой завода-изготовителя). Результаты диагностики регистрируются в «Акте выполненных услуг»; Количество визитов ответственного инженера (инженеров) в случае необходимости диагностики/ремонта – неограниченное. Способ подачи заявки Телефон (круглосуточно) + электронная заявка (веб-портал, e-mail) Дублирование каналов.Время приема заявки 24/7 (включая выходные и праздничные дни). Оборудование жизнеобеспечения. Время реагирования (выезд) От 2 до 4 часов с момента получения заявки.Зависит от критичности. Время прибытия От 4 до 24 часов. Зависит от удаленности. Время устранения неисправности от 24 до 72 часов.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	