

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761615-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар (Бактериологиялық зертхана (Внебюджет))
Лоттың нөмірі:	№ 86396971-ЗЦП17
Лоттың атауы:	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	ауалы зарарсыздандыруды бақылауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МедИС-В-180/60, 2000, журналмен бір реттік химиялық ауа зарарсыздандыру индикаторлары
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бақылау режимі: 180 °C/60 минут. Жиынтығы: 2000 индикаторлар + тіркеу журналы (257/у нысаны). Қағидат Өрекеттер: Бастапқы түсті (көгілдір) соңғы түске өзгерту стерилдеу параметрлерін сақтаған кезде (қоңыр). Түрі: Бір рет қолданылатын, 4-сыныпқа сәйкес келеді (көп параметрлі) МЕМСТ ISO 11140-1 бойынша. Жабысқақ қабат: Жабысқақ қабаттың болуы сыртқы жағы пайдалануды жеңілдетеді. Индикаторлар МедИС-В-180/60-1 жедел көзбен шолуға арналған ауыспалы ауыспалылардың сақталуын бақылау стерилдеу - температураны және стерилдеу стерилденетін қаптамалар мен бұйымдардың сыртын стерилдеу режиміндегі ауа стерилизаторларының камерасы 180 °C, 60 минут. Индикаторлар 4-сыныпқа сәйкес келеді МЕМСТ ISO жіктемесі бойынша (көп ауысымды индикаторлар) 11140-1-2011. Сақтау кезіндегі жарамдылықтың кепілдік мерзімі сақтау шарттары 36 айды құрайды. Жеткізілетін дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы Нұсқаулықтың, сынақ хаттамасының, сертификаттың болуы сәйкестігі. Герметикалығы. Жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі кемінде 80%.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761615-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия (Бактериологическая лаборатория (Внебюджет))
Номер лота:	№ 86396971-ЗЦП17
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля воздушной стерилизации
Дополнительное описание лота:	Химические индикаторы, Индикаторы химические одноразовые воздушной стерилизации МедИС-В-180/60, 2000, с журналом
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актыбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Режим контроля: 180°C / 60 минут. Комплектация: 2000 индикаторов + журнал регистрации (форма 257/у). Принцип действия: Изменение начального цвета (голубой) на конечный (коричневый) при соблюдении параметров стерилизации. Тип: Одноразовые, соответствуют классу 4 (многопараметрические) по ГОСТ ISO 11140-1. Липкий слой: Наличие липкого слоя на оборотной стороне облегчает использование. Индикаторы МедИС-В-180/60-1 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки – снаружи стерилизуемых упаковок и изделий в камере воздушных стерилизаторов в режиме стерилизации 180 °С, 60 минут. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Гарантийный срок годности при соблюдении условий хранения составляет 36 месяцев.Поставляемые медикаменты и средства медицинского назначения должны иметь Наличие инструкции, протокола испытаний, сертификата соответствия. Герметичность. Срок годности на момент доставки не менее 80 %.