

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864215-1
Сатып алудың атауы:	МММ тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88318686-ОИЗ
Лоттың атауы:	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	бір реттік, латексті, стерильді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	<p>Стерильді хирургиялық қолғаптар роликті өлшемі: 8. Латекс, анатомиялық пішінді, хирургиялық, стерильді, ұнтақсыз, текстуралы, жоғары сезімталдық қолғаптары-кәдімгі хирургиялық қолғаптан 20% жұқа, ішкі беті – хлорланған, қалыңдығы: ортаңғы саусақ-0,17 мм, алақан-0,16 мм, манжет-0,175 мм, Түсі - ашық қоңыр, күнгірт, ұзындығы 285 мм, жабысқақ жолақты роликпен тығыздалған манжета халықаралық стандарттарға сәйкес келуі керек: En455 1,2,3,4 бөлік, AQL бақылау деңгейі 1,5, modifiedlowту және HPLC әдісін пайдаланған кезде ақуыз мөлшері < 30 мкг/г, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 1, 2 бөліктер, 3, en 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. Өлшемі: 8. Жоғары тактильді сезімталдықты қажет ететін хирургиялық операциялар үшін стерильді табиғи резеңке латекстен жасалған хирургиялық қолғаптар. Байланыс дерматитінің алдын алу үшін шаңсыз қолғаптың беті. Жоғары тактильді сезімталдықты қамтамасыз ету үшін бір қалыңдық (саусақ аймағында) 0,17 мм-ден аспайды. Қолғаптар анатомиялық тұрақты пішінді, бас бармақты алақан бағытында орналастырады, саусақтар түзу. Құралдарды жақсырақ ұстау үшін текстуралық үлгіні қолғаптың сыртқы бетіне жағу керек. Қолғаптың түсі жарықты сіңіру үшін қоңыр болады. Бояғыш улы емес. Операция кезінде қолғаптың сырғып кетуіне және сырғып кетуіне жол бермеу үшін жабысқақ жолағы бар роликсіз қолғап манжеті. Манжета аймағындағы қолғаптың қалыңдығы кию кезінде және пайдалану процесінде беріктікті қамтамасыз ету үшін кемінде 0,17 мм. Қолғап қаптамасы пластикалық, механикалық зақымдануға және озонның, газдардың және ылғалдың енуіне төзімді. Зарарсыздандыру әдісі радиациялық болып табылады. Тіркеу куәлігіне сәйкес қолданудың ықтимал тәуекел сыныбы 2а-дан төмен емес. Иіссіз болуы керек.</p>
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Манас көшесі 17
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, тапсырыс берушіден өтінімдерді алғаннан кейін 60 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Стерильді хирургиялық қолғаптар роликті өлшемі: 8. Латекс, анатомиялық пішінді, хирургиялық, стерильді, ұнтақсыз, текстуралы, жоғары сезімталдық қолғаптары-кәдімгі хирургиялық қолғаптан 20% жұқа, ішкі беті – хлорланған, қалыңдығы: ортаңғы саусақ-0,17 мм, алақан-0,16 мм, манжет-0,175 мм, Түсі - ашық қоңыр, күнгірт, ұзындығы 285 мм, жабысқақ жолақты роликпен тығыздалған манжета халықаралық стандарттарға сәйкес келуі керек: En455 1,2,3,4 бөлік, AQL бақылау деңгейі 1,5, modifiedlowту және HPLC әдісін пайдаланған кезде ақуыз мөлшері 30 мкг/г, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 1, 2 бөліктер, 3, en 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. Өлшемі: 8. Жоғары тактильді сезімталдықты қажет ететін хирургиялық операциялар үшін стерильді табиғи резеңке латекстен жасалған хирургиялық қолғаптар. Байланыс дерматитінің алдын алу үшін шаңсыз қолғаптың беті. Жоғары тактильді сезімталдықты қамтамасыз ету үшін бір қалыңдық (саусақ аймағында) 0,17 мм-ден аспайды. Қолғаптар анатомиялық тұрақты пішінді, бас бармақты алақан бағытында орналастырады, саусақтар түзу. Құралдарды жақсырақ ұстау үшін текстуралық үлгіні қолғаптың сыртқы бетіне жағу керек. Қолғаптың түсі жарықты сіңіру үшін қоңыр болады. Бояғыш улы емес. Операция кезінде қолғаптың сырғып кетуіне және сырғып кетуіне жол бермеу үшін жабысқақ жолағы бар роликсіз қолғап манжеті. Манжета аймағындағы қолғаптың қалыңдығы кию кезінде және пайдалану процесінде беріктікті қамтамасыз ету үшін кемінде 0,17 мм. Қолғап қаптамасы пластикалық, механикалық зақымдануға және озонның, газдардың және ылғалдың енуіне төзімді. Зарарсыздандыру әдісі радиациялық болып табылады. Тіркеу куәлігіне сәйкес қолданудың ықтимал тәуекел сыныбы 2а-дан төмен емес. Иіссіз болуы керек.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864215-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров ИМН
Номер лота:	№ 88318686-ОИЗ
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	одноразовые, латексные, стерильные
Дополнительное описание лота:	<p>Перчатки стерильные хирургические с валиком размер: 8. Перчатки латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хирургической перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец- 0,17мм, ладонь-0, 16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета с валиком с клейкой полоской, должны соответствовать международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 30 мкг/г при использовании метода ModifiedLowry и ВЭЖХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. Размер: 8. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующие высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. Должны не иметь запаха.</p>
Количество:	400
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы улица Манаса 17
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней по заявкам заказчика (60 календарных дней после получения заявок от заказчика, если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Перчатки стерильные хирургические с валиком размер: 8. Перчатки латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хирургической перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец- 0,17мм, ладонь-0, 16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета с валиком с клейкой полоской, должны соответствовать международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка 30 мкг/г при использовании метода ModifiedLowry и ВЭЖХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. Размер: 8. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующие высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в</p>

	соответствии с регистрационным удостоверением. Должны не иметь запаха.
--	--