Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021831-1
Сатып алудың атауы:	Фармацевтикалық тоңазытқыш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83347986-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	фармацевтикалық, көлемі 500 л дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Байтұрсынов көшесі,2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық, дәріханалық және зертханалық мекемелерде дәрілік препараттарды, вакциналарды, реагенттер мен биологиялық материалдарды сақтауға арналған, ішіндегісін жарық әсерінен және рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау үшін құлпы мен тұтқасы бар бітеу металл есікпен жабдықталған еденге қойылатын фармацевтикалық тоңазытқыш. Тоңазытқыш камерасының жалпы көлемі кемінде 400 л болуы тиіс (±5% шегінде ауытқуға жол беріледі), камера ішіндегі температуралық режим +2 °C-тан +15 °C-қа дейін, температураны ұстап тұру дәлдігі ±2 °C-тан кем емес болуы керек. Жабдық температураны біркелкі тарату үшін мәжбүрлі ауа айналымы жүйесімен (динамикалық салқындату), автоматты жібіту жүйесімен, озон қабатына қауіпсіз хладагентпен (R600a / CFC free), аса сезімтал датчигі бар микропроцессорлық температура реттегішпен, температураны тұрақты визуалды бақылауға арналған сандық дисплеймен, сондай-ақ температура белгіленген шектен шыққан кезде іске қосылатын дыбыстық және жарықтық дабылмен жабдықталуы тиіс. Камераның ішкі кеңістігі кемінде 7 реттелетін сөрені және негізгі есікті ашқан кезде суықтың жоғалуын барынша азайтуға арналған қосымша мөлдір ішкі есіктерді/перделерді қамтуы керек. Габариттік өлшемдері (Б × Е × Т) — шамамен 1950 × 600 × 610 мм (бұйым паспорты шегінде ауытқуға жол беріледі), нетто салмағы — 74 кг-нан аспайды, шу деңгейі — 55 дБА-дан аспайды. Кернеуі 220–230 В (±10%), жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінен қуат алады, номиналды тұтынылатын қуаты — 250 Вт-тан (230 ВА) аспайды. Бұйымның орташа қызмет ету мерзімі — кемінде 10 жыл, кепілдік мерзімі — жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 ай. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы, реттелетін сөрелер жиынтығымен (кемінде 7 дана), құлып кілттерімен, мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдік талонымен және медициналық бұйымдарға арналған қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі мен тіркелгенін растайтын құжаттармен (ҚР / ЕАЭО қолданыстағы тіркеу куәлігі, сәйкестік сертификаты/декларациясы) жасақталуы тиіс. Тауар техникалық регламенттердің, қауіпсіздік стандарттарының (соның ішінде I класты электр қауіпсіздігі бойынша) және медициналық бұйымдар мен дәрілік заттарды сақтауға арналған жабдықтарға қойылатын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің (ҚР ДСМ № ҚР ДСМ-19 бұйрығы) талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021831-1
Наименование закупки:	Приобретение фармацевтического холодильника
Номер лота:	№ 83347986-ЗЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	фармацевтический, объем до 500 л
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица Байтурсынова,2
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильник фармацевтический напольный, предназначенный для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических материалов в медицинских, аптечных и лабораторных учреждениях, в исполнении с глухой металлической дверью, оснащённой замком и ручкой для защиты содержимого от воздействия света и несанкционированного доступа. Общий объём холодильной камеры должен составлять не менее 400 л (допускается отклонение в пределах ±5%), температурный режим внутри камеры — от +2 °C до +15 °C с точностью поддержания температуры не хуже ±2 °C. Оборудование должно быть оснащено системой принудительной циркуляции воздуха (динамического охлаждения) для равномерного распределения температуры, автоматической системой оттаивания, безопасным для озонового слоя хладагентом (R600a / CFC free), микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком, цифровым дисплеем для постоянного визуального контроля температуры, а также звуковой и световой сигнализацией при выходе температуры за заданные пределы. Внутреннее пространство камеры должно включать не менее 7 регулируемых полок и дополнительные прозрачные внутренние дверцы/ шторки для минимизации потерь холода при открытии основной двери. Габаритные размеры (В × Ш × Г) — ориентировочно 1950 × 600 × 610 мм (допускается отклонение в пределах паспорта изделия), масса нетто — не более 74 кг, уровень шума — не более 55 дБА. Электропитание от сети переменного тока напряжением 220–230 В (±10%), частотой 50 Гц, номинальная потребляемая мощность — не более 250 Вт (230 ВА). Средний срок службы изделия — не менее 10 лет, гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, укомплектованным набором регулируемых полок (не менее 7 шт.), ключами от замка, руководством по эксплуатации на государственном и/ или русском языках, гарантийным талоном и документами, подтверждающими регистрацию и соответствие требованиям безопасности для медицинских изделий (действующее регистрационное удостоверение РК / ЕАЭС, сертификат/декларация соответствия). Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов безопасности (в том числе по электробезопасности класса I) и нормативных правовых актов Республики Казахстан, предъявляемым к медицинским изделиям и оборудованию для хранения лекарственных средств (Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-19).