Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17925939-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88516281-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Стерилизатор
Лоттың сипаттауы:	әуе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	GP-320 PZ ауа стерилизаторы (салқындатқышпен). Параметр мәні Камера түрі: Тікбұрышты Камераның пайдалануға болатын көлемі, ұзындығы: 320 Камераның ішкі өлшемдері (ені × даңғылы × биіктігі), мм: 525 × 490 × 1233 Сыртқы өлшемдері (ені × даңғылы × биіктігі), мм: 689 × 836 × 1616 Салмағы, кг, макс. 124 Қуат тұтынуы, кВт, макс. 5.4 Қуат көзі, В/Гц: 220/50 Орнатылатын температура параметрлері, °С: 50…200 Автоматты бағдарламалар: 160±3°С температурада 150±5 мин стерилизациялау; 180±3°С температурада 60±5 мин стерилизациялау; 120±3°С температурада 45±5 мин дезинфекциялау; 85±3°С температурада кез келген уақыт аралығында кептіру 180°С дейін қыздыру уақыты, мин, 75-тен аспайды Жүктелген камерадағы номиналды мәннен температураға төзімділік, °С, ±3-тен аспайды Камерада қызып кету жағдайында стерилизаторды қуат көзінен шұғыл түрде өшіру, °С, 205…235-тен аспайды Сөрелер саны, стандартты/макс., дана. 3/7 Сөре өлшемдері, мм 476 × 495 Сөренің ең аз аралығы, мм 162 Дыбыс қуатының реттелген деңгейі, дБА, 67-ден аспайды Күніне үздіксіз жұмыс уақыты, сағ, кемінде 16 Ақаулар арасындағы минут, сағ, кемінде 2500
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	GP-320 PZ ауа стерилизаторы (салқындатқышпен). Параметр мәні Камера түрі: Тікбұрышты Камераның пайдалануға болатын көлемі, ұзындығы: 320 Камераның ішкі өлшемдері (ені × даңғылы × биіктігі), мм: 525 × 490 × 1233 Сыртқы өлшемдері (ені × даңғылы × биіктігі), мм: 689 × 836 × 1616 Салмағы, кг, макс. 124 Қуат тұтынуы, кВт, макс. 5.4 Қуат көзі, В/Гц: 220/50 Орнатылатын температура параметрлері, °С: 50…200 Автоматты бағдарламалар: 160±3°С температурада 150±5 мин стерилизациялау; 180±3°С температурада 60±5 мин стерилизациялау; 120±3°С температурада 45±5 мин дезинфекциялау; 85±3°С температурада кез келген уақыт аралығында кептіру 180°С дейін қыздыру уақыты, мин, 75-тен аспайды Жүктелген камерадағы номиналды мәннен температураға төзімділік, °С, ±3-тен аспайды Камерада қызып кету жағдайында стерилизаторды қуат көзінен шұғыл түрде өшіру, °С, 205…235-тен аспайды Сөрелер саны, стандартты/макс., дана. 3/7 Сөре өлшемдері, мм 476 × 495 Сөренің ең аз аралығы, мм 162 Дыбыс қуатының реттелген деңгейі, дБА, 67-ден аспайды Күніне үздіксіз жұмыс уақыты, сағ, кемінде 16 Ақаулар арасындағы минут, сағ, кемінде 2500 / 12 айға кепілдік. Тауардың жеткізілімі мен үлгісі Тапсырыс берушімен келісіледі. Нұсқаулық қазақ және орыс тілдерінде болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17925939-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88516281-3ЦП1
Наименование лота:	Стерилизатор
Описание лота:	воздушный
Дополнительное описание лота:	Стерилизатор воздушный ГП-320 ПЗ (с охлаждением). Параметр Значение Тип камеры прямоугольная Полезный объём камеры, л 320 Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В), мм 525 × 490 × 1233 Внешние габариты (Ш × Г × В), мм 689 × 836 × 1616 Масса, кг, не более 124 Потребляемая мощность, кВт, не более 5,4 Питание, В/Гц 220/50 Задаваемые температурные режимы, °С 50… 200 Автоматические программы: Стерилизация при температуре 160±3 °С в течение 150±5 мин; Стерилизация при температуре 180±3 °С в течение 60±5 мин; Дезинфекция при температуре 120±3 °С в течение 45±5 мин; Сушка при температуре 85±3 °С в течение любого отрезка времени Время нагрева до температуры 180°С, мин, не более 75 Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более ±3 Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более 205… 235 Количество полок, стандартное/макс., шт. 3/7 Размеры полок, мм 476 × 495 Минимальный шаг расположения полок, мм 162 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 67 Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16 Наработка на отказ, ч, не менее 2500
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стерилизатор воздушный ГП-320 ПЗ (с охлаждением). Параметр Значение Тип камеры прямоугольная Полезный объём камеры, л 320 Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В), мм 525 × 490 × 1233 Внешние габариты (Ш × Г × В), мм 689 × 836 × 1616 Масса, кг, не более 124 Потребляемая мощность, кВт, не более 5,4 Питание, В/Гц 220/50 Задаваемые температурные режимы, °С 50… 200 Автоматические программы: Стерилизация при температуре 160±3 °С в течение 150±5 мин; Стерилизация при температуре 180±3 °С в течение 60±5 мин; Дезинфекция при температуре 120±3 °С в течение 45±5 мин; Сушка при температуре 85±3 °С в течение любого отрезка времени Время нагрева до температуры 180°С, мин, не более 75 Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более ±3 Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более 205… 235 Количество полок, стандартное/макс., шт. 3/7 Размеры полок, мм 476 × 495 Минимальный шаг расположения полок, мм 162 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 67 Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16 Наработка на отказ, ч, не менее 2500 Гарантия на 12 месяц. Поставку и образец товара согласовать с заказчиком. Инструкция должен быть на казахском и на русском языках.