

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791682-1
Сатып алудың атауы:	Негізгі құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88287758-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Үстел
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жылжымалы манипуляциялық үстел
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Әл-Фараби Даңғылы 146
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үстел құрал-саймандарды, дәрі-дәрмектер мен құрылғыларды орналастыруға арналған. Үстелдің жақтауы төртбұрышты Профильді құбырдан жасалған. 20x20x1, 5 мм, эпоксидті ұнтақ бояумен қапталған. Сөрелер 0,8 мм тот баспайтын болаттан жасалған. үстелдің беті соққыларға, чиптерге, сүрту әдісімен дезинфекциялық өңдеуге төзімді. Процедуралық үстелде пластикалық D= 50 мм 4 дөңгелегі бар, олардың екеуі тежегішпен жабдықталған. Сөредегі жүктеме 10 кг-нан аспайды. түсі: ашық. Жабын түрі: ұнтақ. Сыртқы Өлшемдері (ВхШхГ), мм: 940x600x470. Сөрелер саны: 2. Жеткізуді жүзеге асыру кезінде жеткізуші қажет болған жағдайда құрастыруды қамтамасыз етуі, сертификат, кепілдік талонын ұсынуы тиіс. ГОСТ 16371-2014 сәйкестігі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791682-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств
Номер лота:	№ 88287758-ЗЦП1
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	стол манипуляционный передвижной
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби 146
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стол предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20x20x1, 5 мм, покрытой Эпоксидно-порошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм. Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Столик процедурный имеет 4 колеса пластиковых D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом. Нагрузка на полку - не более 10 кг. Цвет: Светлый. Тип покрытия: Порошковое. Размеры внешние (ВхШхГ), мм: 940x600x470. Количество полок: 2. При осуществлении поставки Поставщик должен обеспечить сборку при ее необходимости, предоставить сертификат, гарантийный талон. соответствие ГОСТ 16371-2014