

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864116-1
Сатып алудың атауы:	Пациентті (электродтарды) ЭКГ-ға бұру кабелін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88407398-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Мамандандырылған электрод
Лоттың сипаттауы:	электрокардиограф үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель отведения пациента (электроды) к ЭКГ Shille Cardiovit FT1
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы улица Рысбек батыра 13А
Жеткізу мерзімі:	қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>ЭКГ аппаратына арналған пациенттің кабелі</p> <p>Өнім атауы: Schiller CARDIOVIT ft-1 үйлесімді электрокардиографқа арналған пациент кабелі. 1. Мақсаты: науқасты электрокардиографқа қосуға және ЭКГ зерттеуі кезінде электрокардиографиялық сигнал беруге арналған. 2. Үйлесімділік: Schiller cardiovit ft-1 электрокардиографымен толық үйлесімділік. 3. Өнім түрі: электрокардиографқа (ЭКГ) арналған пациенттің кабелі. 4. Өткізгіштер саны: кемінде 10 өткізгіш. 5. Қосылатын электродтар саны: 10 электрод; 4 аяқ және 6 кеуде. 6. ЭКГ тіркеу: үйлесімді электрокардиографпен пайдалану кезінде стандартты 12 бөлінген электрокардиограмманы тіркеуді қамтамасыз ету. 7. Түсті таңбалау жүйесі: АНА. 8. Электродтарға қосылу түрі: "банан" типті қосқыштар (banana plug). 9. Кабельдің ұзындығы: Кабельдің негізгі бөлігі-2,1 м-ден кем емес; сымдардың ұзындығы — 1,6 м-ден кем емес. 10. Үйлесімді мақала: SCHILLER CARDIOVIT FT-1-мен толық функционалды және электрлік үйлесімділікті қамтамасыз ететін 2.400331. 11. Электр қауіпсіздігі: кабель дизайны пациенттің қауіпсіз қосылуын, сенімді электр оқшаулауын қамтамасыз етуі және үйлесімді электрокардиографтың жұмыс талаптарына сәйкес келуі керек. 12. Пациентті қорғау: Кабель электрокардиограф өндірушісінде көзделген пациентті пайдалану кезінде қорғау параметрлерінің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 13. Тауардың жай-күйі: Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, пайдалану іздері жоқ. 14. Толықтығы: пациенттің кабелі — 1 дана. 15. Сапа талаптары: кабель мен өткізгіштерді оқшаулау бүтін болуы керек, жарықтар, үзілістер мен зақымдар болмауы керек. Коннекторлар мен түйреуіштер — механикалық зақымданусыз және деформациясыз. 16. Кепілдік: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Қосымша талаптар: * Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. * Жеткізілетін кабель аппараттың конструкциясына өзгерістер енгізуді қажет етпей, Тапсырыс берушіде бар Schiller cardiovit ft-1 электрокардиографымен қосылуды және жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс. * Баламаны жеткізу кезінде жеткізуші өндірушінің техникалық құжаттамасын және/немесе ұсынылған өнімнің SCHILLER cardiovit FT-1-мен үйлесімділігін біржақты растауға мүмкіндік беретін басқа құжатты ұсынуы керек.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864116-1
Наименование закупки:	Приобретение кабеля отведения пациента (электроды) к ЭКГ
Номер лота:	№ 88407398-ЗЦП1
Наименование лота:	Электрод специализированный
Описание лота:	для электрокардиографа
Дополнительное описание лота:	Кабель отведения пациента (электроды) к ЭКГ Shille Cardiovit FT1
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Рысбек батыр көшесі 13А
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Кабель пациента для аппарата ЭКГ Наименование товара: Кабель пациента для электрокардиографа, совместимый с SCHILLER CARDIOVIT FT-1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение: Предназначен для подключения пациента к электрокардиографу и передачи электрокардиографического сигнала при проведении исследования ЭКГ. 2. Совместимость: Полная совместимость с электрокардиографом SCHILLER CARDIOVIT FT-1. 3. Тип изделия: Кабель пациента для электрокардиографа (ЭКГ). 4. Количество проводников: Не менее 10 проводников. 5. Количество подключаемых электродов: 10 электродов: 4 конечностных и 6 грудных. 6. Регистрация ЭКГ: Обеспечение регистрации стандартной 12-отведенной электрокардиограммы при использовании с совместимым электрокардиографом. 7. Система цветовой маркировки: АНА. 8. Тип подключения к электродам: Разъемы типа «банан» (banana plug). 9. Длина кабеля: Основная часть кабеля — не менее 2,1 м; длина отведений — не менее 1,6 м. 10. Совместимый артикул: 2.400331, обеспечивающий полную функциональную и электрическую совместимость с SCHILLER CARDIOVIT FT-1. 11. Электробезопасность: Конструкция кабеля должна обеспечивать безопасное подключение пациента, надежную электрическую изоляцию и соответствовать требованиям эксплуатации совместимого электрокардиографа. 12. Защита пациента: Кабель должен обеспечивать сохранение предусмотренных производителем электрокардиографа параметров защиты пациента при эксплуатации. 13. Состояние товара: Новый, ранее не использованный, не восстановленный, без следов эксплуатации. 14. Комплектность: Кабель пациента — 1 шт. 15. Требования к качеству: Изоляция кабеля и проводников должна быть целой, без трещин, разрывов и повреждений. Разъемы и контакты — без механических повреждений и деформации. 16. Гарантия: Не менее 12 месяцев с даты поставки товара. <p>Дополнительные требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. • Поставляемый кабель должен обеспечивать подключение и работоспособность с имеющимся у Заказчика электрокардиографом SCHILLER CARDIOVIT FT-1 без необходимости внесения изменений в конструкцию аппарата. • При поставке эквивалента Поставщик должен предоставить техническую документацию производителя и/или иной документ, позволяющий однозначно подтвердить совместимость предлагаемого изделия с SCHILLER CARDIOVIT FT-1.