

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855019-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мұздатқышты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88390083-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	қоса салынатын, шкаф түрінде, көлемі 160-219 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық мұздатқыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к.,316
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: медициналық препараттарды, реагенттерді және биологиялық материалдарды төмен температура жағдайында сақтауға арналған. Техникалық сипаттамалары: Жабдықтың түрі: медициналық мұздатқыш жабдық. Камераның пайдалы көлемі: кемінде 180 л. Температуралық режимі: –20 °С-тан –35 °С-қа дейін. Орнату түрі: еденге орнатылатын. Ішкі камера коррозияға төзімді және тұрақты санитариялық өңдеуге жарамды материалдан жасалуы тиіс. Есік белгіленген температуралық режимді сақтауды қамтамасыз ететін жылу оқшаулағышпен жабдықталуы тиіс. Есік рұқсатсыз қол жеткізуді шектеуге арналған құлыппен жабдықталуы тиіс. Басқару жүйесі температураны орнатуды және бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Камера ішіндегі ағымдағы температураны көрсететін индикатор болуы тиіс. Электрмен қоректендіру: 220 В, 50 Гц. Жабдық өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес белгіленген температуралық режимді сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Жиынтықтылығы: жабдық, қазақ немесе орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік құжаттары. Жеткізуге қойылатын талаптар: Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Жабдықты Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізу және түсіру Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өкілдеріне жабдықты пайдалану қағидалары бойынша нұсқама өткізуге міндетті. Кепілдік мерзімі жабдық жеткізілген күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Ұсынылатын жабдықтың моделі, жиынтықтылығы және техникалық сипаттамалары жеткізу жүзеге асырылғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855019-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинского морозильника
Номер лота:	№ 88390083-ЗЦП1
Наименование лота:	Морозильник
Описание лота:	встраиваемый, в виде шкафа, объем 160-219 л
Дополнительное описание лота:	Медицинский морозильник
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая, 316
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение: для хранения медицинских препаратов, реагентов и биологических материалов при низких температурах. Технические характеристики: Тип оборудования: медицинское морозильное оборудование. Полезный объём камеры: не менее 180 л. Температурный режим: от –20 °С до –35 °С. Тип установки: напольный. Внутренняя камера должна быть выполнена из материала, устойчивого к коррозии и допускающего регулярную санитарную обработку. Дверь должна иметь теплоизоляцию, обеспечивающую поддержание установленного температурного режима. Дверь должна быть оснащена замком для ограничения несанкционированного доступа. Система управления должна обеспечивать установку и контроль температуры. Наличие индикации текущей температуры внутри камеры. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Оборудование должно обеспечивать поддержание заданного температурного режима в соответствии с технической документацией производителя. Комплектность: оборудование, руководство по эксплуатации на русском или казахском языке, гарантийные документы. Требования к поставке: Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка, доставка и разгрузка осуществляются за счёт Поставщика по адресу, указанному Заказчиком. Поставщик обязан провести инструктаж представителей Заказчика по правилам эксплуатации оборудования. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки оборудования. Модель, комплектация и технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть предварительно согласованы с Заказчиком до осуществления поставки.