

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859643-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88369683-3ЦП1
Лоттың атауы:	Канюля
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Перифериялық қол жеткізу канюлясы
Саны, көлемі:	5000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: катетері және инъекциялық клапаны бар көктамыршілік перифериялық қолжетімділікке арналған канюля, стерильді, бір реттік қолдануға арналған. Өлшемдері: 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. Өлшемі тапсырыс берушінің өтінімі бойынша анықталады. Катетерден, бағыттаушы инеден, инъекциялық клапаннан, бекіту қанатшаларынан, қанның кері ағу камерасынан және қорғаныш қалпақшадан тұрады. 2. функционалдық сипаттамасы: дәрілік заттарды енгізу кезінде көктамыршілік перифериялық қолжетімділікті қамтамасыз етуге арналған. 3. сапалық сипаттамасы: ине тіндердің жарақаттануын азайту үшін үшқырлы лазерлік қайрауы бар медициналық аустенитті тот баспайтын болаттан дайындалған. Катетер биологиялық үйлесімді материалдан (политетрафторэтилен (PTFE) немесе фторэтиленпропилен (FEP)) дайындалған, ол икемділікті, беріктікті қамтамасыз етеді және тамыр қабырғасының механикалық тітіркену қаупін азайтады. Венаны пункциялау кезінде визуалды бақылауды қамтамасыз ету үшін қанның кері ағуына арналған мөлдір камерасы бар. Катетерді сенімді бекіту үшін икемді қанатшалармен жабдықталған. Дәрілік заттарды қосымша енгізуге арналған инъекциялық клапаны бар. Өлшемін визуалды анықтауға арналған түстік кодтауы бар. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес. Көрінетін ақаулары жоқ. Жеке стерильді қаптамада жеткізіледі. Қаптамада келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс: бұйымның атауы, өлшемі, серия нөмірі, өндірілген күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы, ҚР тіркеу куәлігі. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы тиіс. Өндіруші ISO 13485 талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. эксплуатациялық сипаттамасы: бір реттік қолдануға арналған. Зауыттық стерилизация. Жарамдылық мерзімі кемінде 3-5 жыл. Жеткізу сәтінде жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген мерзімнің кемінде 50 % құрауы тиіс. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен міндетті келісу қажет."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859643-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 88369683-3ЦП1
Наименование лота:	Канюля
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Канюля для периферического доступа
Количество:	5000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки - в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: канюля для внутривенного периферического доступа с катетером и инъекционным клапаном, стерильная, однократного применения. Размеры: 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. Размер по заявке заказчика. Состоит из катетера, иглы-проводника, инъекционного клапана, крыльев фиксации, камеры обратного тока крови и защитного колпачка. 2. функциональная характеристика: для внутривенного периферического доступа при введении лекарственных средств. 3. качественная характеристика: игла изготовлена из медицинской аустенитной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой для снижения травматизации тканей. Катетер изготовлен из биосовместимого материала (политетрафторэтилен (PTFE) или фторэтиленпропилен (FEP)), обеспечивающего гибкость, прочность и снижение риска механического раздражения сосудистой стенки. Наличие прозрачной камеры обратного тока крови для визуального контроля пункции вены. Наличие гибких крыльев для надежной фиксации катетера. Наличие инъекционного клапана для дополнительного введения лекарственных средств. Цветовая кодировка для визуального определения размера. Изделие стерильное, апирогенное, нетоксичное. Не содержит видимых дефектов. Индивидуальная стерильная упаковка. На упаковке должны быть указаны: наименование изделия, размер, номер серии, дата производства, срок годности, условия хранения, наименование производителя, регистрационное удостоверение РК. Маркировка и инструкция по медицинскому применению на государственном и русском языках. Производитель должен соответствовать требованиям ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: предназначена для однократного применения. Стерилизация заводская. Срок годности не менее 3-5 лет. Срок годности на момент поставки не менее 50% от установленного производителем. Перед поставкой обязательное согласование с заказчиком."