

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789995-1
Сатып алудың атауы:	Иммуногематологиялық анализатор үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88139643-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	комплемент жүйесінің белсенділігін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тікелей және жанама антиглобулиндік тест жүргізуге арналған ID-LISS/Coombs гельдік ID-карталары. 24x12. 1 карта - 2 зерттеу. 1 жиынтықта 288 карта
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2б
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасағаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ID-карта «ID LISS/Coombs» құрамында 6 микробұйымшақ бар, олардың ішінде гельдік матрицада көпспецификалық АГР орналасқан (қоян анти-IgG, моноклоналды анти-C3d, C139-9 клеткалық линиясы). Консервант: < 0,1% NaN ₃ . Қолдану орны: IH-500 иммуногематологиялық анализаторы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789995-1
Наименование закупки:	Закуп расходных материалов на иммуногематологического анализатор
Номер лота:	№ 88139643-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного определения активности системы комплемента
Дополнительное описание лота:	Гелевые карты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста ID-карта ID-LISS/Coombs. 24x12. 1 карта – 2 исследование. В 1 наборе 288 карт
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аль-Фараби, 2б
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ID-Card "ID LISS/Coombs" с 6 микропробирками, содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-C3d, клеточная линия C139-9) в гелевом матриксе. Консервант: < 0,1% NaN ₃ . Для анализатора IH-500.