

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17763063-1
Сатып алудың атауы:	Бактерицидті шамды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83000421-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бактерицидтік шам
Лоттың сипаттауы:	ғимарттағы ауаны және беттерді залалсыздандыруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ультракүлгін дезинфекциялауға арналған TUV шамы-бактерицидтік әсері бар максимум 253,7 нм қысқа толқынды ультракүлгін сәуле шығаратын төмен қысымды сынапты разрядты шам. Шамның қабығы пайдалы ультракүлгін сәулеленудің төмендеуін шектейтін ішкі қорғаныш жабыны бар арнайы ультракүлгін шыныдан жасалған. Шамдар ауыз суды, Ағынды суларды, жүзу бассейндеріндегі, ауаны баптау жүйелеріндегі, қоймалардағы, орау материалдарымен жұмыс істеу кезінде және т.б. суды дезинфекциялау үшін қолданылады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104065100, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Петропавловка а. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Петропавловка а., Б.Агиманова,80
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 20 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: бактерицидтік шам (ультракүлгін сәулелену көзі) 1. Жалпы талаптар мен мақсаттар Микробтық ұрықтану деңгейін төмендету және жұқпалы аурулардың таралуын болдырмау мақсатында үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыру. Шам түрі: қысқа толқынды ультракүлгін (ультракүлгін) сәулелерді шығаратын төмен қысымды сынап разрядты шам. Шам зонасыз болуы керек (колба 185 НМ озон түзетін спектрлік сызықты сүзетін арнайы кварц немесе уовиолды шыныдан жасалған).. 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары Басым сәулеленудің толқын ұзындығы: 253,7 нм (бактерицидтік тиімділік шыңы). Жертөле түрі: G13 (Қос түйреуіш) / T8 Шамның номиналды қуаты: 30 Вт. Бактерицидтік ағынның қуаты(ультракүлгін сәулелену): кемінде 9,0 Вт (30 Вт шамдар үшін) / кемінде 4,7 Вт (15 Вт шамдар үшін). Номиналды қуат кернеуі: 220-240 В. Ток жиілігі: 50/60 Гц. Пайдалы қызмет мерзімі (бактерицидтік ағынның төмендеуі 15-20% - дан аспайды): кем дегенде 9000 сағат. 3. Дизайн талаптары мен өлшемдері Колба пішіні: құбырлы. Түтік диаметрі: 26 мм (T8 шамдары үшін). Шамның ұзындығы (негіз түйреуіштері жоқ): 894,6 мм (30 Вт шамдар үшін) /. Жертөле материалы: ультрафиолетке төзімді пластик немесе алюминий. 4. Жинақтау және орау Жеткізу жиынтығы: бактерицидтік шам, паспорт / пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс / қазақ тілдерінде. Қаптама: тасымалдау және сақтау кезінде сынғыш шыны бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін арнайы қатты картон қаптама. ГОСТ Р 70380-2022. Тауарды 87779840896 завхоз, 87052651391 бас бухгалтер телефоны бойынша өтірік айтуды ұмытпаңыз

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17763063-1
Наименование закупки:	Приобретение лампы бактерицидной
Номер лота:	№ 83000421-ЗЦП1
Наименование лота:	Лампа бактерицидная
Описание лота:	для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении
Дополнительное описание лота:	Лампа TUV, предназначенная для УФ дезинфекции, - ртутная разрядная лампа низкого давления, дающая коротковолновое УФ излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Оболочка лампы выполнена из специального ультрафиолетового стекла с внутренним защитным покрытием, ограничивающим снижение полезного ультрафиолетового излучения. Лампы используются для дезинфекции питьевой воды, сточных вод, воды в плавательных бассейнах, в системах кондиционирования воздуха, в складских помещениях, при работе с упаковочными материалами и т.п. Кроме того лампы могут применяться во многих фотохимических процессах.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104065100, область Абай, Бородулихинский район, с.Петропавловка КАЗАХСТАН, область Абай, Бородулихинский район, с.Петропавловка, Б.Агиманова,80
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Бактерицидная лампа (источник ультрафиолетового излучения) 1. Общие требования и назначение Обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с целью снижения уровня микробной обсемененности и предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Тип лампы: Газоразрядная ртутная лампа низкого давления, излучающая коротковолновые ультрафиолетовые (УФ) лучи. Лампа должна быть безозоновой (колба изготовлена из специального кварцевого или увиолевого стекла, отфильтровывающего озonoобразующую спектральную линию 185 нм).. 2. Технические и эксплуатационные характеристики Длина волны преобладающего излучения: 253,7 нм (пик бактерицидной эффективности). Тип цоколя: G13 (двухштырьковый) / T8 Номинальная мощность лампы: 30 Вт. Мощность бактерицидного потока (УФ-излучения): не менее 9,0 Вт (для ламп на 30 Вт) / не менее 4,7 Вт (для ламп на 15 Вт). Номинальное напряжение питания: 220-240 В. Частота тока: 50/60 Гц. Полезный срок службы (спад бактерицидного потока не более 15-20%): не менее 9 000 часов. 3. Конструктивные требования и габариты Форма колбы: Трубчатая. Диаметр трубки: 26 мм (для ламп T8). Длина лампы (без штырьков цоколя): 894,6 мм (для ламп 30 Вт) /. Материал цоколя: Устойчивый к УФ-излучению пластик или алюминий. 4. Комплектация и упаковка Комплект поставки: Лампа бактерицидная, паспорт/инструкция по эксплуатации на русском/казахском языках. Упаковка: Индивидуальная жесткая картонная упаковка, обеспечивающая сохранность хрупкого стеклянного изделия при транспортировке и хранении. ГОСТ Р 70380-2022. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ТОВАР ПО ТЕЛЕФОНУ 87779840896 завхоз, 87052651391 главный бухгалтер