

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762208-1
Сатып алудың атауы:	Қазан айына сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83270758-ЗЦП12
Лоттың атауы:	Теодолит
Лоттың сипаттауы:	оптикалы-механикалық, Т1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Абай көшесі, 76
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған 15 күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оптикалық теодолит. Көлденең дәлдік 20. Тік дәлдік 30. Кем дегенде 20х ұлғайту. көру өрісінің бұрышы 2 градус. 1,8 х үлкейтілген оптикалық орталық және көру бұрышы 8 градус. Rgk S8-P алюминий штативі бар. СТ РК ISO 17123-3-2015 Жеткізу кезінде теодолиттің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген өлшеу құралын салыстырып тексерудің оң нәтижелерін растайтын қолданыстағы құжаты болуға тиіс. Теодолитті тексеру ҚР МЖӘ тізілімінде тіркелген қолданыстағы тексеру әдістемесіне, "тексеру әдістемесіне" сәйкес, қолданылатын бөлігінде жүргізілуі тиіс. Тексеруді аккредиттелген тексеру зертханасы белгіленген тәртіппен орындауы тиіс. Жеткізу күніне тексеру мерзімі жарамды болуы керек СТ РК ISO 17123-3-2015

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762208-1
Наименование закупки:	Закуп на октябрь месяц
Номер лота:	№ 83270758-ЗЦП12
Наименование лота:	Теодолит
Описание лота:	оптико-механический, Т1
Дополнительное описание лота:	Оптический теодолит со штативом (Кафедра "Истории, географии и социально-гуманитарных дисциплин")
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Абая, 76
Срок поставки:	в течение 15 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Оптический теодолит. Горизонтальная точность 20. Вертикальная точность 30. Увеличение не менее 20х. Угол поля зрения 2 градуса. Оптический центрир с увеличением 1,8х и угол поля зрения 8 градусов. В комплекте штатив алюминиевый RGK S8-P. СТ РК ISO 17123-3-2015 При поставке теодолит должен иметь действующий документ, подтверждающий положительные результаты поверки средства измерений, оформленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Поверка теодолита должна проводиться в соответствии с действующей методикой поверки, зарегистрированной в Реестре ГСИ РК, «Методика поверки», в применимой части. Поверка должна быть выполнена аккредитованной поверочной лабораторией в установленном порядке. Срок действия поверки на дату поставки должен быть действующим. СТ РК ISO 17123-3-2015