Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022930-1
Сатып алудың атауы:	Жылжымалы рентген аппаратына арналған аккумуляторлық батареяларды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86483729-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қуаттандыру құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	барлық типтегі аккумуляторлық батареяға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумуляторлық батарея, 12 В, 7 А·сағ. Герметикалық, қызмет көрсетуді қажет етпейтін қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батарея. Номиналды кернеуі – 12 В, сыйымдылығы – 7 А·сағ. Циклдік зарядтау кернеуі – 14,4–15,0 В, буферлік режимдегі кернеуі – 13,5–13,8 В (25°С температурада). Резервтік электрмен қоректендіруге арналған.
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан қаласы, 160 орам, 18 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа екі жақты қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аккумуляторлық батарея 12 В, 7 А·сағ. Техникалық сипаттамасы: Shimadzu KMP X-Ray Mobile жылжымалы рентген аппаратының электрмен жабдықтау жүйесінің тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған аккумуляторлық батарея. - Аккумулятор түрі – герметикалық, қызмет көрсетуді қажет етпейтін қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батарея. - SVC AL7-12 немесе техникалық және пайдалану сипаттамалары бойынша толық сәйкес келетін баламасы. - Номиналды кернеуі – 12 В. - Номиналды сыйымдылығы – 7 А·сағ (25 °С температурада). - Зарядтау режимі – циклдік және буферлік. - Циклдік режимдегі зарядтау кернеуі – 14,4–15,0 В (25 °С). - Буферлік режимдегі зарядтау кернеуі – 13,5–13,8 В (25 °С). - Корпусы механикалық әсерлерге төзімді, герметикалық материалдан жасалған болуы тиіс. - Электролиттің ағып кетуіне жол бермеуі тиіс. - Бірнеше рет зарядтау және разрядтау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. - Аккумулятордың габариттік өлшемдері, қосылу клеммалары, полярлығы және электрлік параметрлері рентген аппаратының қолданыстағы аккумуляторлық жүйесіне толық сәйкес келуі тиіс. - Аппараттың конструкциясына және электрлік схемасына өзгерістер енгізбестен орнату мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. - Shimadzu KMP X-Ray Mobile жылжымалы рентген аппаратымен толық техникалық және функционалдық үйлесімді болуы міндетті. - Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымдануларсыз және зауыттық қаптамада болуы тиіс. - Тауардың техникалық сипаттамалары мен сапасын растайтын өндірушінің құжаттары ұсынылуы тиіс. - Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Өлшем бірлігі: дана. ГОСТ 959-2002

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022930-1
Наименование закупки:	Приобретение аккумуляторных батарей для передвижного рентгеновского аппарата
Номер лота:	№ 86483729-ЗЦП1
Наименование лота:	Устройство зарядное
Описание лота:	для аккумуляторной батареи всех типов
Дополнительное описание лота:	Аккумуляторная батарея, 12 В, 7 А·ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Номинальное напряжение – 12 В, емкость – 7 А·ч. Напряжение циклического заряда – 14,4–15,0 В, напряжение в буферном режиме – 13,5–13,8 В (при температуре 25°C). Предназначена для резервного электропитания оборудования.
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан город Туркестан, 160 квартал, 18 строение
Срок поставки:	Со дня подписания договора обеими сторонами в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумуляторная батарея 12 В, 7 А·ч. Техническая характеристика: Аккумуляторная батарея, предназначенная для обеспечения стабильной и бесперебойной работы системы электропитания передвижного рентгеновского аппарата Shimadzu KMP X-Ray Mobile. - Тип аккумулятора – герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. – SVC AL7-12 или эквивалент, полностью соответствующий техническим и эксплуатационным характеристикам. - Номинальное напряжение – 12 В. - Номинальная емкость – 7 А·ч (при температуре 25 °C). - Режим заряда – циклический и буферный. - Напряжение заряда в циклическом режиме – 14,4–15,0 В (при 25 °C). - Напряжение заряда в буферном режиме – 13,5–13,8 В (при 25 °C). - Корпус должен быть изготовлен из герметичного материала, устойчивого к механическим воздействиям. - Конструкция аккумуляторной батареи должна исключать утечку электролита. - Должна обеспечиваться возможность многократных циклов заряда и разряда. - Габаритные размеры, присоединительные клеммы, полярность и электрические параметры аккумуляторной батареи должны полностью соответствовать существующей аккумуляторной системе рентгеновского аппарата. - Возможность установки без внесения изменений в конструкцию и электрическую схему оборудования. - Обязательное обеспечение полной технической и функциональной совместимости с передвижным рентгеновским аппаратом Shimadzu KMP X-Ray Mobile. - Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без механических повреждений, в заводской упаковке. - Необходимо предоставить документацию производителя, подтверждающую технические характеристики и качество поставляемого товара. - Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Единица измерения: штука. ГОСТ 959-2002