

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584845-1
Сатып алудың атауы:	Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу. Тауардың техникалық сипаттамасымен мұқият танысуды сұраймын.
Лоттың нөмірі:	№ 82462408-ЗЦП10
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металл емес, балқымайтын, графитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бір реттік ЭКГ электродтары
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек 1/1 көшесі
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес 2026 жылдың соңына дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың Техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің атауы «Оқжетпес ЕСК» АҚ «Алматы» филиалы Тауардың атауы. Бір реттік ЭКГ электродтары Тауарды жеткізу орны, мекен-жайы. «Оқжетпес ЕСК» АҚ «Алматы» филиалы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек көшесі 1/1 Тауарды жеткізу мерзімі. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жылдың соңына дейін жеткізу. Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы. 1. Жалпы талаптар Электрокардиограмманы тіркеуге арналған медициналық бұйым. Бір реттік. 2. Сипаттамалары * Түрі: бір рет қолданылатын өздігінен жабысатын электродтар * Негіз: гипоаллергенді * Байланыс гелі: өткізгіш, құрғатпайды * Материал: тоқыма емес материал немесе көбік полимері * Бекіту: теріге сенімді адгезия * Коннектор: стандартты ЭКГ кабельдерімен үйлесімді * Өлшемі: стандартты (ересек) 3. Сапаға қойылатын талаптар Тұрақты сигналды қамтамасыз ету, кедергісіз, гелдің біркелкі таралуы. 4. Қауіпсіздік талаптары Гипоаллергенділік, терінің тітіркенуінің болмауы, биоүйлесімділік. 5. Тіркеуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы. 6. Орау Таңбаланған жеке немесе топтық қаптама. 7. Жарамдылық мерзімі Кем дегенде 12 ай. 8. Жеткізу шарттары Өтінім бойынша жеткізу. Өнім жаңа. 9. Қосымша Сипаттамаларға сәйкес эквивалентке рұқсат етіледі.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584845-1
Наименование закупки:	Приобретение лекарственных средств и изделия медицинского назначения. Прошу внимательно ознакомиться с Тех.спецификацией товара.
Номер лота:	№ 82462408-ЗЦП10
Наименование лота:	Электрод сварочный
Описание лота:	неметаллический, неплавящиеся, графитовый
Дополнительное описание лота:	электроды экг одноразовые
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, Бостандыкский район, улица Альмерек 1/1
Срок поставки:	согласно технической спецификации до конца 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика АО «ЛОК Окжетпес» филиал «Алматы». Название товара Электроды ЭКГ одноразовые Место доставки товара, адрес. АО «ЛОК Окжетпес» филиал «Алматы». г. Алматы, Бостанькский р/н, ул. Альмерек 1/1 Время доставки товара. Поставка по предварительной заявке заказчика, до конца года. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных. 1. Общие требования Медицинское изделие, предназначенное для регистрации электрокардиограммы. Одноразовые. 2. Характеристики • Тип: одноразовые самоклеящиеся электроды • Основа: гипоаллергенная • Контактный гель: токопроводящий, не высыхающий • Материал: нетканый материал или вспененный полимер • Крепление: надёжная адгезия к коже • Коннектор: совместимый со стандартными ЭКГ-кабелями • Размер: стандартный (взрослый) 3. Требования к качеству Обеспечение стабильного сигнала, отсутствие помех, равномерное распределение геля. 4. Требования к безопасности Гипоаллергенность, отсутствие раздражения кожи, биосовместимость. 5. Требования к регистрации Наличие государственной регистрации в Республике Казахстан. 6. Упаковка Индивидуальная или групповая упаковка с маркировкой. 7. Срок годности Не менее 12 месяцев. 8. Условия поставки Поставка по заявке. Товар новый. 9. Дополнительно Допускается эквивалент при соответствии характеристикам.
--	---