

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17795245-1
Сатып алудың атауы:	Кардиология F3И үшін реагенттер жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 88186090-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Калибратор
Лоттың сипаттауы:	зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Calibrator f.a.s. PAC
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Бір немесе массивтің дұрыс анықталуын қамтамасыз ететін калибраторлар жиынтығы адамның қанындағы, зәріндегі және жұлын сұйықтығындағы клиникалық химия ақуыздары биохимиялық Cobas integra және Roche / Hitachi Cobas с анализаторлары мен модульдері (C. f. A. S. PUC Roche systems).C. f.A.S. PUC автоматтандырылған жүйелеріне арналған Калибратор (Calibrator for automated systems) Roche сынақтарын калибрлеуге арналған бір немесе бірнеше белоктардың сандық анықтамасы берілген төлқұжаттарға сәйкес Roche клиникалық химия мәндері.Диагностикалық реагенттердің жарамдылық мерзімі - көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін. 2 8 °C температурада ашылғаннан кейін жиынтық компоненттерінің жарамдылық мерзімі – 8 апта. Тауар Тапсырыс берушімен алдынала келісіледі. Жинақ жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Өнім беруші өнімнің сәйкестік сертификатын (декларациялау кезінде) ұсынуға міндеттенеді. Жарамдылық мерзімі, шығарылған күні, сериясы, партия нөмірі көрсетілген таңбалау болуы керек. Тауарды өндіру күнінен бастап жеткізу сәтіне дейін жарамдылық мерзімі кемінде 70% болуы тиіс. Тасымалдау тасымалдау шарттарын (суық тізбек, герметикалығы және т.б.) сақтау бойынша дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Жеткізуші сондай-ақ реакциялық кассетасы бар зертханалық зерттеу жүргізу жөніндегі нұсқаулықты орыс немесе қазақ тілінде беруге міндеттенеді."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17795245-1
Наименование закупки:	Набор реагентов для НИИ кардиологии
Номер лота:	№ 88186090-ЗЦП1
Наименование лота:	Калибратор
Описание лота:	лабораторный
Дополнительное описание лота:	Calibrator f.a.s. PAC
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Набор калибраторов для обеспечения правильности определения одного или множества белков клинической химии в крови, моче и спинномозговой жидкости человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (C.f.a.s. PUC Roche systems).Калибратор для автоматизированных систем C.f.a.s. PUC (Calibrator for automated systems) предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения одного или множества белков клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоенных значений.Срок годности диагностических реагентов – до истечения указанного срока годности. Срок годности компонентов набора после вскрытия при 2 8 °С – 8 недель. Товар предварительно согласовать с Заказчиком. Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке."