Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986027-1
Сатып алудың атауы:	аурухана қажеттіліктері үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88508211-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Зертханалық шыны
Лоттың сипаттауы:	заттық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фукс Розенталь камерасы камераның тереңдігі-0,2 ± 0,005 мм Камера көлемі-3,2 мм3 Тор ауданы-16 мм2 Үлкен шаршының жағы-1,0 ± 0,001 мм Шағын шаршы жағы-0,25 ± 0,001 мм Тор жағы-4,0 ± 0,003 мм Үлкен квадраттар саны-256
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Ескельды би 285
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Фукс–Розенталь камерасы (есептеу камерасы) 1. Тауардың атауы: Фукс–Розенталь камерасы. 2. Мақсаты: биологиялық сұйықтықтардағы жасушалық элементтер мен қанның формалық элементтерін санауға, сондай-ақ қан мен басқа да биологиялық материалдарға зертханалық зерттеулер жүргізуге арналған. 3. Бұйымның түрі: микроскопиялық зерттеуге арналған есептеу камерасы. 4. Дайындалған материалы: жоғары сапалы оптикалық шыны. 5. Камераның тереңдігі: 0,2 ± 0,005 мм. 6. Камераның көлемі: 3,2 мм³. 7. Есептеу торының ауданы: 16 мм². 8. Үлкен шаршының қабырғасы: 1,0 ± 0,001 мм. 9. Кіші шаршының қабырғасы: 0,25 ± 0,001 мм. 10. Тордың қабырғасы: 4,0 ± 0,003 мм. 11. Үлкен шаршылардың саны: 256. 12. Есептеу торының болуы: міндетті, тор сызықтары анық, біркелкі және микроскоп арқылы жақсы көрінуі тиіс. 13. Бұйымның беті: зертханалық зерттеулердің дәлдігіне әсер ететін жарықтарсыз, сызаттарсыз, сынықтарсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс. 14. Жиынтықтылығы: сатып алынатын көлемге сәйкес Фукс–Розенталь камерасы. 15. Тауардың жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. 16. Қаптамасы: тасымалдау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін жеке қорғаныш қаптамасы болуы тиіс. 17. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 18. Жеткізуші тауарды жеткізер алдында ұсынылатын камераның белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Қосымша талап: бұйым клиникалық-диагностикалық зертханаларда пайдалануға арналған және микроскопиялық зерттеу кезінде жасушалық элементтерді дәл санауды қамтамасыз етуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986027-1
Наименование закупки:	закупка товаров для нужд больницы
Номер лота:	№ 88508211-ЗЦП3
Наименование лота:	Стекло лабораторное
Описание лота:	предметное
Дополнительное описание лота:	камера фукса розенталя Глубина камеры – 0,2 ± 0,005 мм Объем камеры – 3,2 мм³ Площадь сетки – 16 мм² Сторона большого квадрата – 1,0 ± 0,001 мм Сторона малого квадрата – 0,25 ± 0,001 мм Сторона сетки – 4,0 ± 0,003 мм Количество больших квадратов – 256
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Ескельды би 285
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Камера Фукса–Розенталя (счётная камера) 1. Наименование товара: камера Фукса–Розенталя. 2. Назначение: предназначена для подсчёта клеточных элементов и форменных элементов в биологических жидкостях, в том числе для проведения лабораторных исследований крови и других биологических материалов. 3. Тип изделия: счётная камера для микроскопического исследования. 4. Материал изготовления: оптическое стекло высокого качества. 5. Глубина камеры: 0,2 ± 0,005 мм. 6. Объём камеры: 3,2 мм³. 7. Площадь счётной сетки: 16 мм². 8. Сторона большого квадрата: 1,0 ± 0,001 мм. 9. Сторона малого квадрата: 0,25 ± 0,001 мм. 10. Сторона сетки: 4,0 ± 0,003 мм. 11. Количество больших квадратов: 256. 12. Наличие нанесённой счётной сетки: обязательно, линии должны быть чёткими, равномерными и хорошо различимыми под микроскопом. 13. Поверхность изделия: без сколов, трещин, царапин и других дефектов, влияющих на точность лабораторных исследований. 14. Комплектность: камера Фукса–Розенталя в количестве согласно закупаемому объёму. 15. Состояние товара: новый, ранее не использованный. 16. Упаковка: индивидуальная защитная упаковка, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировке. 17. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 18. Перед поставкой товара поставщик обязан согласовать с заказчиком соответствие предлагаемой камеры установленным техническим характеристикам. Дополнительное требование: изделие должно быть предназначено для использования в клинико-диагностических лабораториях и обеспечивать точность подсчёта клеточных элементов при микроскопическом исследовании.