

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17761759-1
Тендер атауы:	ПТР-зонд (ЭСБ) сатып алу
Лоттың №:	№ 87924472-3ЦПнеГ32
Лоттың атауы:	Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық

ВК - ЗОНД - РВ-ВК ПТР үшін Рикетсиоза 200Е және ішкі бақылауға арналған плазмидтік бақылау (K+) 10µg

Реті:

GAPDH ішкі бақылау

Зонд: JOE-CAAGCTTCCCGTTCTCAGCC-BHQ1

F: GAAGGTGAAGGTCGGAGTC

R: GAAGATGGTGATGGGATTTTC

Положительный контроль (вставка плазмиды):

GAAGGTGAAGGTCGGAGTCAACGGATTTGGTCGTATTGGGCGCCTGGTCACCAGGGCTGCTTTTAACTC
TGGTAAAGTGGATATTGTTGCCATCAATGACCCCTTCATTGACCTCAACTACATGGTTTACATGTTCCAA
TATGATTCCACCCATGGCAAATTCCATGGCACCGTCAAGGCTGAGAACGGGAAGCTTGTCATCAATGGA
AATCCCATCACCATCTTC

Кірістіру өлшемі K+: 226 п.н.

Праймерлер мен зондтар лиофилизирленген (құрғақ) түрде 20 ОЕ берілсін. ДНК-матрица (плазмида) 10 мкг/мкл концентрациясында берілсін. Векторлық плазмидті жинаудың дұрыстығын Сенгер бойынша секвенирлеу әдісімен міндетті растау (жеткізу кезінде паспортты ұсына отырып).

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17761759-1
Наименование Тендера:	приобретение ПЦР-зонд (СЭБ)
№ лота:	№ 87924472-3ЦПнеГ32
Наименование лота:	Пасты для лепки; воск зубоврачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

ВК - ЗОНД - Рикетсиоза для ПЦР РВ-ВК 200Е и плазмидный контроль (К+) 10µg для внутреннего контроля

Последовательность:

Внутренний контроль GAPDH

Зонд: JOE-CAAGCTTCCCGTTCTCAGCC-BHQ1

F: GAAGGTGAAGGTCGGAGTC

R: GAAGATGGTGATGGGATTTTC

Положительный контроль (вставка плазмиды):

GAAGGTGAAGGTCGGAGTCAACGGATTTGGTCGTATTGGGCGCCTGGTCACCAGGGCTGCTTTTAACTC
TGGTAAAGTGATATTGTTGCCATCAATGACCCCTTCATTGACCTCAACTACATGGTTTACATGTTCCAA
TATGATTCCACCCATGGCAAATTCCATGGCACCGTCAAGGCTGAGAACGGGAAGCTTGTCATCAATGGA
AATCCCATCACCATCTTC

Размер вставки К+: 226 п.н.

Праймеры и зонды предоставить в лиофилизированном (сухом) виде 20 ОЕ. ДНК-матрицу (плазмиду) предоставить в концентрации 10 мкг/мкл. Обязательное подтверждение правильности сборки векторной плазмиды методом секвенирования по Сенгеру (с предоставлением паспорта при поставке).