Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82833903-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Интродьюсер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Инесі, дилататоры және өткізгіші бар жиынтықтағы, шаюға арналған бүйірлік полиуретанды порты, гемостатикалық клапаны және үшжолды краны бар феморальды интродьюсер
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Жиынтықтағы феморальды интродьюсер Саны: 2 дана Интродьюсер стерильді болуы және инемен, дилататормен және өткізгіш сыммен жиынтықта жеткізілуі тиіс. Интродьюсердің ұзындығы: 11 см немесе 23 см. Нақты өлшемі Тапсырыс берушінің жеткізуге арналған өтінімінде айқындалады. Жууға арналған бүйірлік порты, гемостатикалық клапаны және үшжүрісті краны болуы міндетті. Интродьюсердің өзегі мен дилататоры рентгенконтрастты болуы тиіс. Интродьюсер материалы: полиэтилен, полипропилен немесе баламалы қасиеттері бар өзге де медициналық полимер. Тігіс материалы арқылы теріге бекітуге арналған элементі болуы тиіс. Дилататорда қанның ағып кету және өздігінен ажырау қаупін азайтатын бекіту механизмі болуы тиіс. Жуу желісінің ішкі саңылауы үлкейтілген болуы және интродьюсерді еркін шаюды қамтамасыз етуі тиіс. Интродьюсердің түстік кодталуы болуы тиіс. Әртүрлі өлшемдерге арналған төлкенің түстік кодталуы болуы тиіс. Интродьюсерлердің өлшемдік қатары: өлшемін түспен сәйкестендіру арқылы 4–8 Fr. Жиынтық құрамында: Қиығының бірегей бұрыштық пішіні бар, ұзындығы шамамен 7 см, 18G ине. Дилататор. Диаметрі 0,035 және/немесе 0,038 дюйм болатын, тот баспайтын болаттан жасалған өткізгіш сым: 11 см интродьюсер үшін ұзындығы кемінде 50 см; 23 см интродьюсер үшін ұзындығы кемінде 80 см. Канюля материалы: тот баспайтын болат. Жиынтықта дилататордың болуы міндетті. Өткізгіш сымның иілгіш J-тәрізді, 3 мм ұшы және түзу атравматикалық ұшы болуы тиіс.

	Ине тіндер арқылы өтуді жеңілдету үшін атравматикалық қайралған және силикондандырылған бетке ие болуы тиіс. Маркерлік ұшы бар интродьюсерлер және АСТ бойынша қан алуға арналған ішкі саңылауы үлкейтілген интродьюсерлер болуы тиіс. Жеткізілетін жиынтықтың құрамы таңдалған интродьюсер өлшеміне толық сәйкес келуі тиіс. Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жиынтықтардың құрамын әртүрлі етіп жинақтау мүмкіндігі болуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 82833903-ЗЦП1
Наименование лота:	Интродьюсер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Интродьюсер феморальный в комплекте с иглой, дилататором и проводником, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Интродьюсер феморальный в комплекте Количество: 2 шт. Интродьюсер феморальный стерильный, в комплекте с иглой, дилататором и проводником. Длина интродьюсера — 11 см или 23 см; конкретный размер определяется Заказчиком в заявке на поставку. Боковой порт для промывания, гемостатический клапан и трехходовой кран — обязательны. Стержень интродьюсера и дилататор должны быть рентгеноконтрастными. Материал интродьюсера — полиэтилен, полипропилен или иной медицинский полимер с эквивалентными свойствами. Наличие элемента для фиксации к коже шовным материалом. Дилататор должен иметь фиксирующий механизм, уменьшающий риск протекания крови и самопроизвольного отсоединения. Линия для промывания должна иметь увеличенный внутренний просвет и обеспечивать свободное промывание интродьюсера. Наличие цветовой кодировки интродьюсера. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров. Размерный ряд интродьюсеров — 4–8 Fr с цветовой идентификацией размера. В комплекте: игла 18G с уникальным углом среза длиной около 7 см; дилататор; проводник из нержавеющей стали диаметром 0,035 и/или 0,038 дюйма, длиной не менее 50 см для интродьюсера 11 см и не менее 80 см для интродьюсера 23 см. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие дилататора в комплекте. Проводник — с гибким J-образным 3 мм и прямым атравматичным концом. Игла должна иметь атравматичную заточку и силиконизированную поверхность для облегчения прохождения через ткани. Наличие интродьюсеров с маркерным кончиком, интродьюсеров с увеличенным просветом для забора крови по АСТ. Комплектация поставляемого набора должна полностью соответствовать выбранному размеру интродьюсера. Возможность различной комплектации наборов по желанию заказчика. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.