

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16748584-1
Сатып алудың атауы:	Тайыншинская ММБ ПВХ бойынша КГП үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86148434-3ЦП1
Лоттың атауы :	Глюкометр
Лоттың сипаттауы:	фотометриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Батареясы бар глюкометр; 10 белсенді сынақ жолақтары; бұрғылау құрылғысы; 10 бір рет қолданылатын ланцеттер; жұмсақ корпус.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596020100, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ. 151000, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Материал - пластик Кодтау - Автоматты Мүмкіндіктер - Автоматты түрде өшіру, Дауыстық хабарлама бар нәтиже, Жад функциясы Үлгі түрі - капиллярлық қан Сынақ уақыты, с - 10 Өлшеу әдісі - Электрохимиялық Қуат көзі - 2 ААА сілтілі батареясы Нәтижені калибрлеу - Плазма Гематокрит диапазоны, % - 30~60 Жад сыйымдылығы, өлшемдері - 300 Қосымша ақпарат Өлшеу диапазоны - 1,1~33,3 ммоль/л (20~600 мг/дл), жарықтандырылған дисплей, 15 секундтан 3 минутқа дейін автоматты түрде өшіру, жабдық режимі - үздіксіз жұмыс, сынақ нәтижелерінің дауыстық хабарландырулары - орыс.Глюкозаның өлшем бірлігі - ммоль/л Қан анализаторының көрсеткіштері - Глюкоза деңгейі Бір өлшеудегі қан көлемі, мкл - 1

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16748584-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для КГП на ПХВ Тайыншинская ММБ
Номер лота:	№ 86148434-3ЦП1
Наименование лота:	Глюкометр
Описание лота:	фотометрический
Дополнительное описание лота:	глюкометр с элементом питания; 10 тест-полосок Актив; устройство для прокалывания ; 10 одноразовых ланцетов ; мягкий чехол.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596020100, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша 151000, Северо-Казахстанская область, город Тайынша, ул. Крыжановского, 72
Срок поставки:	15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал - Пластик Кодирование - Автоматическое Особенности - Автоматическое отключение, Результат сопровождается голосовым сообщением, Функция памяти Тип образца - Капиллярная кровь Время теста, с - 10 Метод измерения - Электрохимический Элементы питания - 2 щелочные батареи типа "AAA" Калибровка результата - По плазме Диапазон гематокрита, % - 30~60 Объем памяти, измерений - 300 Дополнительная информация Диапазон измерения - 1,1~33,3 ммоль/л (20~600мг/дл), дисплей с подсветкой, автоматическое отключение от 15 секунд до 3 минут, режим работы оборудования - непрерывная работа, голосовые объявления результатов теста - русский Единица измерения глюкозы - ммоль/л Показатели анализаторов крови - Уровень глюкозы Объем крови на одно измерение, мкл - 1