Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18002848-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тоңазытқыш пен мұздатқышты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88576501-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш камерасы
Лоттың сипаттауы:	тамақ өнеркәсібіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық тоңазытқыш Камера, жалпы көлемі: 150 л, температура режимі: +2°C-тан +15°C-қа дейін
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Владимирский көшесі 98
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 31.12.2026 ж. дейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фармацевтикалық Тоңазытқыш Металл соқыр есік (+2 + 15°C) Фармацевтикалық Тоңазытқыш дәрілік заттарды, медициналық препараттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды медициналық ұйымдарда, дәріханаларда және зертханаларда қатаң бақыланатын температуралық режимде сақтауға арналған. Жабдық ыстыққа сезімтал препараттарды қауіпсіз сақтау үшін қажетті температуралық режимді тұрақты ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. 1. Негізгі техникалық сипаттамалары: Жабдық түрі: фармацевтикалық Тоңазытқыш (медициналық) Температура режимі: +2°C-тан +15°C-қа дейін Жалпы көлемі: кем дегенде 150 литр Жалпы өлшемдері: кем дегенде 890×580×620 мм Есік түрі: саңырау, металл Жәшіктер саны-2 дана Есіктер саны: 1 Есіктен асып түсу мүмкіндігі: болуы Жарықтандыру: LED Басқару түрі: электрондық Дисплейдің болуы: міндетті Компрессорлар саны: кемінде 1 Салқындату жүйесі: динамикалық (мәжбүрлі ауа айналымы) Сөрелер саны: кемінде 3 дана. Шу деңгейі: 55 дБ артық емес Салмағы: 40 кг артық емес Түсі: ақ 2. Функционалдық талаптар: Берілген параметрлерден температура ауытқыған кезде дабыл жүйесінің болуы Камераның бүкіл көлеміне температураның біркелкі таралуын қамтамасыз ету Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде тұрақты жұмыс Параметрлердің рұқсатсыз өзгеруінен қорғау (Бар болса) 3. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, 2025 жылдан ерте емес, пайдалануда болмаған болуы тиіс Ақаулар мен зақымдардың болмауы Өндірушінің функционалдық сипаттамаларына толық сәйкестік 4. Пайдалануға беруге және қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: Жабдық қосу, бастапқы баптау және іске қосу-баптау жұмыстары бойынша жұмыстар кешенін міндетті түрде орындай отырып, пайдалануға толық дайын күйде жеткізілуі тиіс. Өнім беруші барлық жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін тексеруді және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестікті қоса алғанда, пайдалануға берілген кезде жабдықты техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге міндетті. Жабдықты монтаждауды, қосуды және одан әрі техникалық қызмет көрсетуді біліктілігі расталған және тиісті жұмыс түрлерін орындауға рұқсаты бар мамандандырылған персонал жүзеге асыруы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушінің персоналына дәрілік заттарды пайдалану, техника қауіпсіздігі және сақтаудың температуралық режимін сақтау мәселелері бойынша міндетті нұсқама жүргізуге міндетті. Орнату, баптау және пайдалануға беру жөніндегі барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағында медициналық Тоңазытқыш жабдығына қойылатын қолданыстағы нормалар мен талаптарға қатаң сәйкес орындалуы тиіс. 5. Кепілдік міндеттемелері: Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 24 ай Жеткізуші жабдыққа кепілдік қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді Кепілдік қызметі мыналарды қамтиды: ақауларды диагностикалау ақаулы компоненттерді ауыстыру жабдықты реттеу және реттеу қажет болған жағдайда профилактикалық қызмет көрсету Жеткізу мыналарды қамтиды: жабдықты жеткізу пайдалануға беру орнату (орнату) қызметкерлерді оқыту/оқыту Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша ресімделеді: қабылдау-тапсыру актісі пайдалануға беру актісі персоналды орнату және оқыту актісі

	7. Құжаттар жиынтығы (міндетті): Бұйымның паспорты (орыс немесе қазақ тілінде) ҚР сәйкестік сертификаты Медициналық бұйымды тіркеу куәлігі (ҚР) Кепілдік талоны

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18002848-1
Наименование закупки:	Приобретение холодильника и морозильника медицинского
Номер лота:	№ 88576501-ЗЦП1
Наименование лота:	Камера холодильная
Описание лота:	для пищевой промышленности
Дополнительное описание лота:	Камера холодильная медицинская, Общий объем: 150 л, Температурный режим: от +2°C до +15°C
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Владимирского 98
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней до 31.12.2026 г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильник фармацевтический металлическая глухая дверь (+2+15°C) Холодильник фармацевтический предназначен для хранения лекарственных средств, медицинских препаратов и изделий медицинского назначения при строго контролируемом температурном режиме в медицинских организациях, аптеках и лабораториях. Оборудование должно обеспечивать стабильное поддержание температурного режима, необходимого для безопасного хранения термочувствительных препаратов. 1. Основные технические характеристики: Тип оборудования: холодильник фармацевтический (медицинский) Температурный режим: от +2°C до +15°C Общий объем: не менее 150 литров Габаритные размеры: не менее 890×580×620 мм Тип двери: глухая, металлическая Количество ящиков-2шт Количество дверей: 1 Возможность перевешивания двери: наличие Освещение: LED Тип управления: электронное Наличие дисплея: обязательно Количество компрессоров: не менее 1 Система охлаждения: динамическая (принудительная циркуляция воздуха) Количество полок: не менее 3 шт. Уровень шума: не более 55 дБ Масса: не более 40 кг Цвет: белый 2. Функциональные требования: Наличие системы сигнализации при отклонении температуры от заданных параметров Обеспечение равномерного распределения температуры по всему объему камеры Стабильная работа при длительной эксплуатации Защита от несанкционированного изменения параметров (при наличии) 3. Требования к товару: Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывшим в эксплуатации Отсутствие дефектов и повреждений Полное соответствие функциональным характеристикам производителя 4. Требования к вводу в эксплуатацию и обслуживанию: Оборудование должно быть поставлено в полностью готовом к эксплуатации состоянии, с обязательным выполнением комплекса работ по подключению, первичной настройке и пуско-наладочным работам. Поставщик обязан обеспечить техническое сопровождение оборудования при вводе в эксплуатацию, включая проверку работоспособности всех систем и соответствие заявленным техническим характеристикам. Монтаж, подключение и дальнейшее техническое обслуживание оборудования должны осуществляться специализированным персоналом, имеющим подтвержденную квалификацию и допуск к выполнению соответствующих видов работ. Поставщик обязан провести обязательный инструктаж персонала Заказчика по вопросам эксплуатации, техники безопасности и соблюдения температурного режима хранения лекарственных средств. Все работы по установке, настройке и вводу в эксплуатацию должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормами и требованиями, предъявляемыми к медицинскому холодильному оборудованию на территории Республики Казахстан. 5. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Гарантийное обслуживание включает: диагностику неисправностей замену дефектных комплектующих настройку и регулировку оборудования профилактическое обслуживание при необходимости Поставка включает: поставку оборудования ввод в эксплуатацию установку (инсталляцию) инструктаж/обучение персонала По результатам выполненных работ оформляются: акт приема-передачи акт ввода в эксплуатацию

	акт установки и обучения персонала 7. Комплект документов (обязательно): Паспорт изделия (на русском или казахском языке) Сертификат соответствия РК Регистрационное удостоверение медицинского изделия (РК) Гарантийный талон