

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798417-1
Сатып алудың атауы:	Ультрадыбыстық зерттеулерге арналған медициналық Байланыс гелі
Лоттың нөмірі:	№ 88306272-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гель
Лоттың сипаттауы:	байланысты, ультрадыбыстық бақылау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ультрадыбыстық, орташа тұтқырлық, түссіз, мөлдір, суда еритін, стерильді емес медициналық Байланыс гелі. Ультрадыбыстық, доплерография және эхографияға арналған. Қаптама-салмағы 5 кг герметикалық пластикалық канистр.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Семей к. Г.Тұқтабаева 54
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім атауы: ультрадыбыстық зерттеулерге арналған медициналық Байланыс Гелі. Гель ультрадыбыстық диагностикалық зерттеулер, доплерография және эхография кезінде байланыс акустикалық ортасы ретінде пайдалануға арналған. Техникалық сипаттамалары: Түрі-ультрадыбыстық диагностикаға арналған медициналық гель. Консистенциясы-біртекті гель тәрізді масса. Тұтқырлық — орташа. Түсі-түссіз, мөлдір. Құрамы-медициналық қолдануға арналған гель түзетін және қосалқы компоненттері бар су негізі. Гель ультрадыбыстық сенсор мен науқастың терісі арасындағы акустикалық жанасуды қамтамасыз етуі керек. Терінің бетіне біркелкі таралуы керек, зерттеу барысында шамадан тыс таралмауы керек. Көрінетін механикалық қоспалар болмауы керек. Суда еритін, сумен немесе майлықпен оңай алынып тасталуы керек, киімде дақ қалмауы керек. Мақсаты бойынша қолданған кезде ультрадыбыстық датчиктердің жанасу беттеріне зақымдаушы әсер етпеуі тиіс. Стерильділік-стерильді емес. Зақымдалмаған теріні зерттеуге арналған. Таза салмағы-5 кг. Қаптама-герметикалық пластикалық канистр. Сапаға қойылатын талаптар: өндірушінің таңбалануы, партиясы, шығарылған күні және жарамдылық мерзімі көрсетілген жаңа, зауытта жасалған, бүлінбеген түпнұсқалық қаптамадағы тауар. Тауардың Қазақстан Республикасының аумағында медициналық бұйымның қолданыстағы тіркеу куәлігі не айналыс үшін заңнамада көзделген өзге де

негіз болуы тиіс.

Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілегеннен кемінде 70% құрайды.

Өлшем бірлігі: канистр (5 кг).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798417-1
Наименование закупки:	Гель медицинский контактный для ультразвуковых исследований
Номер лота:	№ 88306272-ЗЦП1
Наименование лота:	Гель
Описание лота:	контактный, для ультразвукового контроля
Дополнительное описание лота:	Гель медицинский контактный для ультразвуковых исследований, средней вязкости, бесцветный, прозрачный, водорастворимый, нестерильный. Предназначен для УЗИ, доплерографии и эхографии. Фасовка — герметичная пластиковая канистра массой 5 кг.
Количество:	15
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г. Семей ул. Г.Туктабаева 54
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Гель медицинский контактный для ультразвуковых исследований. Гель предназначен для использования в качестве контактной акустической среды при проведении ультразвуковых диагностических исследований, доплерографии и эхографии. Технические характеристики: Тип — контактный медицинский гель для ультразвуковой диагностики. Консистенция — однородная гелеобразная масса. Вязкость — средняя. Цвет — бесцветный, прозрачный. Состав — водная основа с гелеобразующими и вспомогательными компонентами, предназначенными для медицинского применения. Гель должен обеспечивать акустический контакт между ультразвуковым датчиком и кожей пациента. Должен равномерно распределяться по поверхности кожи, не растекаться чрезмерно в процессе исследования. Не должен содержать видимых механических примесей. Должен быть водорастворимым, легко удаляться водой или салфеткой, не оставлять пятен на одежде. Не должен оказывать повреждающего воздействия на контактные поверхности ультразвуковых датчиков при применении по назначению. Стерильность — нестерильный. Предназначен для исследований на неповреждённой коже. Масса нетто — 5 кг. Упаковка — герметичная пластиковая канистра. Требования к качеству: товар новый, заводского изготовления, в неповреждённой оригинальной упаковке, с маркировкой производителя, указанием партии, даты изготовления и срока годности. Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение медицинского изделия на территории Республики Казахстан либо иное

предусмотренное законодательством основание для обращения.

Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 70% от установленного производителем.

Единица измерения: канистра (5 кг).