

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87144061-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Пульсоксиметр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пульсоксиметр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Саусақ ұшының портативті импульстік оксиметрі Мақсатты пайдалану: Медициналық мекемелерде, жедел жәрдем қызметтерінде және жеке пайдалануға арналған ересектер мен жасөспірімдерде қанның оттегімен қанықтылығын (SpO_2) және импульс жиілігін инвазивті емес өлшеуге арналған. Техникалық сипаттамалар: Түрі: Портативті саусақ ұшымен импульстік оксиметр. Өлшенетін параметрлер: Қанның оттегімен қанығуы (SpO_2); Жүрек соғу жиілігі (импульс). SpO_2 өлшеу диапазоны: 70–99%. SpO_2 өлшеу дәлдігі: $\pm 3\%$. Импульсті өлшеу диапазоны: 30–235 соққы/мин. Дисплей: жарық диоды; SpO_2, импульс және батарея деңгейін көрсетеді. Деректерді көрсету: Сандық және бағаналы график. Нәтижені алу уақыты: 10–15 секунд. Қуат көзі: 2 AAA батареясы. Үздіксіз жұмыс уақыты: кемінде 30 сағат. Автоматты түрде өшіру: сигналсыз 8 секундтан артық емес. Салмағы: 50 г артық емес (батареяларды қосқанда). Өлшемдері: шамамен. 58 × 32 × 34 мм. Басқару элементтері: бір түймемен жұмыс. Батарея деңгейінің көрсеткіші. Қоршаған ортаның жарық кедергілеріне төзімділік (өлшеу артефактілері). Тұрақты калибрлеу немесе техникалық қызмет көрсету қажет емес. Пакет мазмұны: Пульсоксиметр - 1 бірлік. AAA батареялары — жинақ. Бау. Сақтау және тасымалдау қорабы. Пайдаланушы нұсқаулығы. Өнімнің төлқұжаты. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы керек. Импульстік оксиметр ГОСТ ISO 80601-2-61, ГОСТ IEC 60601-1 және ГОСТ IEC 60601-1-2 (немесе баламалы халықаралық стандарттар) талаптарына сәйкес болуы және медициналық құрылғыны тіркеу куәлігі болуы керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов
Номер лота:	№ 87144061-3ЦПЗ
Наименование лота:	Пульсоксиметр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Пульсоксиметр
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пульсоксиметр пальцевой (портативный) Назначение: Предназначен для неинвазивного измерения насыщения крови кислородом (SpO₂) и частоты пульса у взрослых и подростков в медицинских учреждениях, службах скорой помощи и для индивидуального использования. Технические характеристики: Тип: пальцевой портативный пульсоксиметр. Измеряемые параметры: насыщение крови кислородом (SpO₂); частота сердечных сокращений (пульс). Диапазон измерения SpO₂: 70–99 %. Погрешность измерения SpO₂: ±3 %. Диапазон измерения пульса: 30–235 уд/мин. Дисплей: светодиодный (LED), отображение SpO₂, пульса и уровня заряда батареи. Отображение данных: цифровое и в виде гистограммы. Время получения результата: 10–15 секунд. Питание: 2 батарейки типа AAA. Время непрерывной работы: не менее 30 часов. Автоматическое отключение: через не более 8 секунд без сигнала. Масса: не более 50 г (с батареями). Габариты: около 58 × 32 × 34 мм. Управление: одна кнопка (одно касание). Наличие индикатора заряда батареи. Устойчивость к внешней засветке (артефактам измерения). Отсутствие необходимости в регулярной калибровке и техническом обслуживании. Комплект поставки: Пульсоксиметр — 1 шт. Батарейки AAA — комплект. Ремешок для фиксации. Чехол для хранения и транспортировки. Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия. Гарантийный талон. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. Пульсоксиметр должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 80601-2-61, ГОСТ IEC 60601-1, ГОСТ IEC 60601-1-2 или эквивалентным международным стандартам и иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия.
--	---