

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848022-1
Сатып алудың атауы:	Қабырғаға орнатылатын бактерицидтік ауа рециркуляторы (466)
Лоттың нөмірі:	№ 88153638-3ЦП5
Лоттың атауы:	Қайта айналдырғыш
Лоттың сипаттауы:	ультрақұлгін, бактерицидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық ерекшеліктерге сәйкес
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде, ал өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауаға арналған бактерицидтік біріктірілген рециркулятор Білім беру мекемелеріне арналған бактерицидтік ауа рециркуляторы. Жабық типтегі бактерицидтік рециркулятор пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтаған жағдайда, адамдар бар кезде 1-5 типті үй-жайларда құрылғы арқылы өтетін ауаны зарарсыздандыруға арналған. Бұйым медициналық бұйым ретінде тіркеліп, Қазақстан Республикасының аумағында айналымға жіберілуге рұқсат етілуі тиіс. Орындалуы біріктірілген: қабырғаға және еденге орнатылатын. Орнатудың екі тәсілі де өндірушінің құжаттамасында көзделіп, ауаның еркін кіруі мен шығуын қамтамасыз етуі тиіс. Рециркулятордың корпусы құрылғыны толық жинақталған күйінде ыңғайлы тасымалдауға арналған тұтқамен жабдықталуы тиіс. Жеткізілетін жабдық жаңа, пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген, зауытта жасалған болуы тиіс. Техникалық сипаттамалары Бактерицидтік тиімділігі кемінде мынадай болған кездегі өнімділігі: 99,9% – 90 м³/сағ; 99% – 130 м³/сағ; 95% – 200 м³/сағ; 90% – 260 м³/сағ. Тұтынылатын қуаты, артық емес, Вт – 70. Энергияны үнемдейтін электрондық іске қосу-реттеу аппаратурасы (ЭПРА) электр энергиясын үнемдеуді, шамдардың бірқалыпты тұтануын қамтамасыз етеді және олардың қызмет ету мерзімін ұзартады. Қабықшамен қамтамасыз етілетін қорғаныс дәрежесі – IP20. Жұмыс режимінің орнау уақыты 15 секундтан аспайды. Сәулелену көзі – қуаты 15 Вт болатын кемінде 4 дана ультрақұлгін шам. Шам түрі – озонсыз. Шамның қызмет ету ресурсы кемінде 10800 сағат. Цоколь – G13. Жиынтық бактерицидтік ағын – кемінде 20,4 Вт.

Шу деңгейі 31 дБ-ден аспайды.

Жиынтықта корпус ішінде орнатылған 2 шаңнан қорғайтын сүзгі болуы тиіс. Олар шамдарды шаңнан қосымша қорғауды қамтамасыз етеді, соның арқасында шамдардың бактерицидтік тиімділігі төмендемейді.

Өшіру таймері және аптаның күндері бойынша қосылу мен өшу уақытын жеке реттеу мүмкіндігі бар апталық кесте.

Корпус материалы: полимерлі жабыны бар металл.

Корпустың габариттік өлшемдері, мм, артық емес: 650×120×120.

Салмағы, артық емес – 3,8 кг.

Сымның ұзындығы кемінде 2 метр.

ГОСТ 30804.6.2-2013 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Өнеркәсіптік аймақтарда қолданылатын техникалық құралдардың электромагниттік кедергілерге төзімділігі. Талаптар және сынау әдістері»; ГОСТ 30804.6.2-2013 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Өнеркәсіптік аймақтарда қолданылатын техникалық құралдардан туындайтын электромагниттік кедергілер. Нормалар және сынау әдістері».

Өнімді сақтау шарттары ГОСТ 15150-69 «Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар. Өртүрлі климаттық аудандарға арналған орындалулар. Сыртқы ортаның климаттық факторларының әсері бөлігіндегі санаттар, пайдалану, сақтау және тасымалдау шарттары» стандартына сәйкес болуы тиіс. Нақты бұйымды сақтау шарттары, сақтау (қызмет ету) мерзімі өніммен бірге берілетін тауарлық ілеспе және/немесе пайдалану құжаттамасында көрсетіледі.

Жабдықты таңдаған кезде техникалық ерекшелікті басшылыққа алу қажет.

Мәлімделген барлық сипаттамалар бұйымның техникалық паспортымен расталуы тиіс.

Жеткізуші жабдықты Тапсырыс берушінің пайдалану орнына дейін өз есебінен жеткізуге, түсіруге, ішке кіргізуге, жинауға, орнатуға, қосуға, жұмысқа қабілеттілігін тексеруге және пайдалануға беруге міндетті.

Келісу үшін телефон: 8 702 113 78 37.

Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған және/немесе жабдық пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Жеткізуші жабдықтың паспортын және пайдалану жөніндегі нұсқаулығын, кепілдік құжаттарын, қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды – өнімнің сәйкестік сертификатын, сондай-ақ жабдықтың Қазақстан Республикасының аумағында айналымға жіберілу мүмкіндігін растайтын құжаттарды – Қазақстан Республикасының тіркеу куәлігін ұсынады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848022-1
Наименование закупки:	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный (466)
Номер лота:	№ 88153638-ЗЦП5
Наименование лота:	Рециркулятор
Описание лота:	ультрафиолетовый, бактерицидный
Дополнительное описание лота:	согласно технической спецификации
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения Договора, в случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рециркулятор воздуха бактерицидный Комбинированный Рециркулятор воздуха бактерицидный для учреждений образования Бактерицидный рециркулятор закрытого типа предназначен для обеззараживания проходящего через него воздуха в помещениях типа 1-5 присутствии людей при соблюдении руководства по эксплуатации. Изделие должно быть зарегистрировано как медицинское изделие и допущено к обращению на территории Республики Казахстан. Исполнение комбинированное: настенное и напольное. Оба способа установки должны быть предусмотрены документацией изготовителя и обеспечивать свободный приток и выход воздуха Корпус рециркулятора должен быть оснащен ручкой для удобной переноски прибора в полностью укомплектованном состоянии Поставляется новое, не бывшее в эксплуатации и не восстановленное оборудование заводского изготовления. Технические характеристики Производительность при бактерицидной эффективности не менее: 99,9% - 90 м³/ч; 99% -130 м³/ч; 95% -200 м³/ч; 90% -260 м³/ч Потребляемая мощность, не более, Вт - 70 Энергоэффективная электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономию электроэнергии, плавный поджиг и увеличивает срок службы ламп. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Время установления рабочего режима не более 15 секунд. Источник излучения - УФ-лампа 15Вт не менее 4 шт Тип лампы -безозоновая Ресурс лампы не менее -10800 часов Цоколь - G13 Суммарный Бактерицидный поток - не менее 20.4 Вт Уровень шума, не более - 31 Дб В комплекте 2 пылезащитных фильтра установленных внутри корпуса, которые обеспечивают дополнительную защиту ламп от пыли, благодаря которым бактерицидная эффективность ламп не снижается. Таймер отключения и недельное расписание с отдельной настройкой времени включения и выключения по дням недели. Материал корпуса: металл с полимерным покрытием. Габаритные размеры корпуса, не более мм: 650x120x120 Масса, не более - 3.8 кг Длина шнура не менее 2 метра. ГОСТ 30804. 6. 2 -2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний» : ГОСТ 30804. 6. 2 -2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических

районов. Категории , условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

При подборе оборудования руководствуйтесь технической спецификацией. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие.

Поставщик обязан осуществить за свой счёт доставку оборудования до места эксплуатации Заказчика, разгрузку, занос, сборку, установку, подключение, проверку работоспособности и ввод оборудования в эксплуатацию.

Телефон для согласования – 8 702 113 78 37

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи и/или ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик предоставляет паспорт и руководство по эксплуатации оборудования, гарантийные документы, документы о соответствии требованиям безопасности- Сертификат Соответствия продукции, а также документы, подтверждающие возможность обращения оборудования на территории Республики Казахстан- Регистрационное Удостоверение РК.