

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16854806-1
Сатып алудың атауы:	"Беркут" филиалына арналған бірінші топтағы тауар
Лоттың нөмірі:	№ 83891809-3ЦП4
Лоттың атауы :	Вакуумметр
Лоттың сипаттауы:	классикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Беркут РБ. Вакуумметр Мпа 10кг
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104221100, Абай облысы, Жарма ауданы, Шар қ. Абай Облысы, Жарма ауданы, Шар қаласы, Тәуелсіздік 215 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МТ-100 манометрінің кейбір техникалық сипаттамалары: Өлшеу диапазоны: 1,0; 1,6; 2,5 МПа. Корпустың диаметрі: 100 мм. Дәлдік класы: 1,5. Қосылу: М20*1,5; G1/2" радиалды. Тексеру аралығы: 2 жыл. Бөлшектердің материалдары: корпус-қара түске боялған болат; шыны — полимерлі; фитинг және трибо-сектор механизмі- жез. Бекіту арматурасының жіптері: М20*1,5; G1 / 2. Қоршаған ортаның температурасы: минус 50-ден плюс 50 °С-қа дейін. Тауар жаңа болуы керек, жеткізу күніне дейін 12 айдан ерте емес, пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күннен аспауға тиіс Барлық материалдарды жеткізу және оларды одан әрі түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Бастапқы тексеру деректері бар сертификаттардың болуы міндетті. Манометрлер ҚР өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16854806-1
Наименование закупки:	Товары первой группы для филиала "Беркут"
Номер лота:	№ 83891809-ЗЦП4
Наименование лота:	Вакуумметр
Описание лота:	классический
Дополнительное описание лота:	Беркут РБ. Вакуумметр Мпа 10кг
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104221100, область Абай, Жарминский район, г.Шар Область Абай, Жарминский район, г. Шар, ул. Тауелсиздик сооружение 215
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Некоторые технические характеристики манометра МТ-100: - Диапазон измерений: 1,0; 1,6; 2,5 МПа. - Диаметр корпуса: 100 мм. - Класс точности: 1,5. - Присоединение: М20*1,5; G1/2" радиальное. - Межповерочный интервал: 2 года. - Материалы деталей: корпус - сталь, окрашенная в чёрный цвет; стекло - полимерное; штуцер и трибо-секторный механизм - латунь. - Резьба присоединительного штуцера: М20*1,5; G1/2. - Температура окружающей среды: от минус 50 до плюс 50 °С. Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 12 месяцев до даты поставки, не бывшим в употреблении. Срок поставки не должен превышать 16 дней со дня подписания договора. Поставка всех материалов и их дальнейшая выгрузка осуществляются за счет поставщика. Наличие инструкции по эксплуатации и паспорта. Обязательно наличие сертификатов с данными о первичной поверке. Вакуумметры должны быть включены в реестр средств измерений РК.