Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18007079-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83244017-ОИ2
Лоттың атауы:	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	внутричерепной
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стеноздарды емдеуге арналған фибринді-гепаринді жабыны бар интракраниалдық стент
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Фибрин-гепаринді жабыны бар интракраниалдық стент Саны: 2 дана Стеноздарды емдеуге арналған фибрин-гепаринді жабыны бар интракраниалдық стент. Стенттің беткі қабатының тромбогендігін төмендетуге және эндотелизация процесін жақсартуға арналған жабын болуы тиіс. Стенттің диаметрі: 3,0–5,0 мм. Ұзындығы: 15–30 мм. Төмен профильді жеткізу жүйесі 0,0165 дюймдік катетермен үйлесімді болуы тиіс. Дәл орналастыруды қамтамасыз ету үшін: Дистальды бөлігінде 3 рентгенконтрастты маркер; Проксимальды бөлігінде 3 рентгенконтрастты маркер; Жеткізу өткізгішінде 2 рентгенконтрастты маркер болуы тиіс. Стентті ашу барысында 90%-ға дейін қайта орналастыру мүмкіндігі болуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18007079-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83244017-ОИ2
Наименование лота:	Стент интракраниальный
Описание лота:	внутричерепной
Дополнительное описание лота:	Стент интракраниальный с фибрино-гепариновым покрытием для лечения стенозов
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Стент интракраниальный с фибрино-гепариновым покрытием Количество: 2 шт. Стент интракраниальный с фибрино-гепариновым покрытием для лечения стенозов. Покрытие должно быть предназначено для снижения тромбогенности поверхности стента и улучшения эндотелизации. Диаметр стента — от 3,0 до 5,0 мм. Длина — от 15 до 30 мм. Низкопрофильная система доставки, совместимая с катетером 0,0165". Наличие трех дистальных, трех проксимальных рентгеноконтрастных маркеров и двух маркеров на проводнике доставки для точного позиционирования. Возможность репозиционирования стента при раскрытии до 90%. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.