

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792913-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу WSK
Лоттың нөмірі:	№ 83314772-ОИ2
Лоттың атауы:	Мегаомметр
Лоттың сипаттауы:	өлшеулер диапазоны 0,5 МОм - 1000 ГОм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оқшаулау кедергісін тексеруге арналған аспап, сынақ кернеуі 500В Мегаомметр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Қысқа тұйықталу тогы: <2 мА Қуат: адаптер (міндетті емес, зарядтау функциясы жоқ), 6 × 1,5 в АА сілтілі батареялары Автоматты өшіру: ✓ Өзін-өзі құлыптау функциясы: ✓ Төмен батарея көрсеткіші: ✓ Деректерді сақтау: ✓ Автоматты разряд: ✓ Дыбыстық және визуалды дабыл: ✓ Шамадан тыс жүктеме көрсеткіші: ✓ Артқы жарық:✓"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792913-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации WSK
Номер лота:	№ 83314772-ОИ2
Наименование лота:	Мегаомметр
Описание лота:	диапазон измерений 0,5 МОм - 1000 ГОм
Дополнительное описание лота:	Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Ток короткого замыкания: <2 мА Питание: адаптер (опционально, без функции зарядки), 6 × 1,5 В щелочные батареи AA Автоматическое выключение: ✓ Функция самоблокировки: ✓ Индикация низкого заряда батареи: ✓ Удержание данных: ✓ Автоматический разряд: ✓ Звуковая и визуальная сигнализация: ✓ Индикация перегрузок: ✓ Подсветка: ✓"