

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782463-1
Сатып алудың атауы:	Холтер мониторуна пациенттің кабелін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82129558-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	электрокардиограф үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мамандандырылған кабель электрокардиограф үшін
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Демченко көшесі, 83Б
Жеткізу мерзімі:	Келісімге қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013. Өзектер саны (қорғасын): 5 сым жазу арналарының саны: 3 арна (стандартты Холтер схемасы бойынша 5 электрод негізінде қалыптасады). Электродтарға қосқыш түрі: түйме (snap), диаметрі 4.0 мм.сымдарды бір реттік сұйық/қатты гельді электродтарға мықтап бекітуге мүмкіндік береді. Сыртқы қабық материалы: жоғары технологиялық медициналық термопластикалық полиуретан (TPU / TPU). Ол иілуге, дезинфекциялауға, биологиялық агрессивті ортаға жоғары төзімділікке ие. Скрининг: кабель ішкі қорғаныс экранымен (Low Noise) жабдықталған, ол пациенттің қимылынан, киімнің үйкелісінен және электр желісінің соққыларынан артефактілерді азайтады. Сымдарды түстермен кодтау: IEC (еуропалық) стандарт (қызыл, сары, жасыл, қара, ақ) сым сымдарының ұзындығы: стандартты 1000-1150 мм (ересек адамның кеудесіне тарату үшін оңтайлы). Салмағы: жеңіл дизайн, кабельді құрастырудың жалпы салмағы 70 грамнан аспайды. Тіркеушілермен үйлесімділік кабель келесі Холтер жүйелерімен толық үйлесімді: • BTL-08 Holter H100 • BTL-08 Holter H300 • BTL-08 Holter H600 Кабель ISO 13485 және CE сертификатталған, зарарсыздандырылмаған және қайта пайдалануға арналған. Кепілдік мерзімі-12 ай

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782463-1
Наименование закупки:	Государственный закуп кабеля пациента к холтеровскому монитору
Номер лота:	№ 82129558-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	для электрокардиографа
Дополнительное описание лота:	Кабель специализированный для электрокардиографа
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район улица Демченко, 83Б
Срок поставки:	С момента подписания договора в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013. Количество жил (отведений): 5 проводов Количество каналов записи: 3 канала (формируются на базе 5 электродов по стандартной холтеровской схеме). Тип коннектора к электродам: Кнопка (Snap), диаметром 4.0 мм. Позволяет надежно защелкивать провода на одноразовых жидких/твердогелевых электродах. Материал внешней оболочки: Высокотехнологичный медицинский термопластичный полиуретан (ТПУ / TPU). Обладает высокой стойкостью к изгибам, дезинфицирующим средствам, биологическим агрессивным средам. Экранирование: Кабель оснащен внутренним защитным экраном (Low Noise), минимизирующим артефакты от движений пациента, трения одежды и наводок электросети. Цветовая кодировка проводов: IEC (европейский) стандарт (Красный, Желтый, Зеленый, Черный, Белый) Длина проводов отведений: Стандартно 1000-1150 мм (оптимально для распределения по грудной клетке взрослого человека). Вес: Облегченная конструкция, общая масса кабельной сборки составляет не более 70 грамм. Совместимость с регистраторами Кабель полностью совместим со следующими холтеровскими системами: • BTL-08 Holter H100 • BTL-08 Holter H300 • BTL-08 Holter H600 Кабель сертифицирован по стандартам ISO 13485 и CE, является нестерильным и предназначен для многоразового использования. Срок гарантий - 12 месяцев