

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ұлттық балаларды оңалту орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Ұлттық балаларды оңалту орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17788488-1
Конкурстың атауы:	Озокерит пен парафинді жылытуға және белгіленген температурада сақтауға арналған медициналық термошкаф
Лоттың нөмірі:	№ 87615630-ОКЗ
Лоттың атауы	Ысыту пеші
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	275124.990.000016
Тауардың атауы*:	Ысыту пеші
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	3863362.07
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	3863362.07

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші ҚТӨ тізілімінде болса, 60 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны*	711510000, Астана қ., Нұра ауданы г.Астана, Туран 36
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жабдық физиотерапия және медициналық оңалту бөлімшелерінде жылумен емдеу (аппликация) емшараларын жүргізуге дайындау кезінде медициналық озокеритті, парафинді немесе олардың қоспаларын бақыланатын түрде қыздыруға және белгіленген температураны ұстап тұруға арналған. Жұмыс режимі: ұзақ уақыт бойы үздіксіз жұмыс істеуге есептелген. Қыздыру түрі: бөлінген қыздыру элементтері (ТЭН) немесе ауа конвекциясы арқылы біркелкі «құрғақ» қыздыру (су моншасынсыз), бұл жұмыс массасына ылғалдың түсуін болдырмайды. Жұмыс камерасының (сыйымдылықтың) көлемі: кемінде 40 литр. Ішкі камераның материалы: озокериттің/парафиннің химиялық әсеріне және коррозияға төзімді, оңай тазаланатын жоғары сапалы тот баспайтын болат. Корпустың материалы: дезинфекциялау құралдарына төзімді полимерлі-ұнтақты жабыны бар болат. Температураны реттеу диапазоны: +20 °С-тан +65 °С-қа дейін. Температураны орнату дискреттілігі (қадамы): 1 °С-тан аспайды. Тұрақты режимдегі тірек нүктесінде температураны ұстап тұру дәлдігі: ±1 °С. Басқару түрі: өлшемі кемінде 5 см×3 см болатын, ағымдағы және белгіленген температураны көрсететін СКД немесе LED дисплейі бар цифрлық микропроцессорлық контроллер. Қызып кетуден қорғау жүйесі: тәуелсіз авариялық термоажыратқыштың болуы (шекті температурадан асқан кезде қыздыруды бұғаттау). Жылу оқшаулауы: энергия шығынын барынша азайту және шкафтың сыртқы қабырғаларының қауіпсіз температурасын қамтамасыз ету үшін корпустың тиімді жылу оқшаулауы (персоналдың күйіп қалуын болдырмау үшін +45 °С-тан аспауы тиіс). Қақпағы/есігі: тығыз жабылатын, сенімді тығыздағышы және жылу оқшауланған тұтқасы болуы тиіс. Электрмен қоректендіру: 220 В ±10%, жиілігі 50 Гц. Тұтынылатын қуаты: қыздыру режимінде 2000 Вт-тан аспайды. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I класс. Термошкаф — 1 дана. Орыс және қазақ тілдеріндегі паспорты және пайдалану жөніндегі нұсқаулығы — 1 дана. Габариттік өлшемдері (кемінде) (Ұ×Е×Б): 680×725×880 мм. Тартпасының өлшемі (кемінде) (Ұ×Е×Б): 520×470×40 мм. Тұтынылатын қуаты: кемінде 600 Вт. Тот баспайтын болаттан жасалған тартпалары: кемінде 12 дана. Салмағы: кемінде 80 кг. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күннен аспайды. Медициналық техниканы кепілдік сервистік қызмет көрсету: кемінде 36 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету кемінде тоқсанына 1 рет жүргізілуге тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану жөніндегі құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалады.
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар: Тауар қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған мазмұны бар техникалық және пайдалану құжаттамасының толық жиынтығымен қамтамасыз етіледі. 220 В электрмен қоректендіру, қосымша адаптерлерді немесе трансформаторларды пайдаланусыз қамтамасыз етілуге тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу процесін білікті мамандардың сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтылымына қол жеткізуге арналған барлық сервистік кодтарды ұсынады. Жабдықты жұмыс орнына дейін жеткізуді, түсіруді, қаптамадан шығаруды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, оның сипаттамаларының осы құжатқа және өндіруші фирманың сипаттізіміне (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және өзге де сипаттамалары) сәйкестігін тексеруді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің медициналық персоналын (аппликация жүргізу бойынша тренинг) және техникалық персоналын (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Өнім беруші жүзеге асырады. Штатта тиісті мамандар болмаған жағдайда, Өнім беруші өндірушінің қызметкерлерін тартады. Қазақстан Республикасына әкелуге арналған рұқсат құжаттарының болуы. Міндетті түрде мынадай құжаттар болуға тиіс: тіркеу куәлігі, паспорт, қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некомерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации"
Наименование организатора	Некомерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации"
№ конкурса:	№ 17788488-1
Наименование конкурса:	Термошкаф медицинский для нагрева и поддержания в определенной температуры озокерита и парафина
Номер лота:	№ 87615630-ОКЗ
Наименование лота:	Печь подогрева
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	275124.990.000016
Наименование товара*:	Печь подогрева
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	3863362.07
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	3863362.07

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, а если поставщик находится в реестре КТП, в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, Туран 36
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Оборудование должно быть предназначено для контролируемого нагрева и поддержания заданной температуры медицинского озокерита, парафина или их смесей при подготовке к проведению процедур теплолечения (аппликаций) в условиях отделений физиотерапии и медицинской реабилитации. Режим работы: Рассчитан на продолжительный непрерывный режим работы. Тип нагрева: Равномерный «сухой» нагрев (без водяной бани) за счет распределенных нагревательных элементов (ТЭНов) или воздушной конвекции, что исключает попадание влаги в рабочую массу. Объем рабочей камеры (емкости): Не менее 40 литров. Материал внутренней камеры: Высококачественная нержавеющая сталь, устойчивая к химическому воздействию озокерита/парафина и коррозии, обеспечивающая легкую очистку. Материал корпуса: Сталь с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. Диапазон регулирования температуры: От +20 °С до +65 °С. Дискретность установки (шаг) температуры: Не более 1 °С. Точность поддержания температуры в опорной точке в установившемся режиме: ±1 °С. Тип управления: Цифровой микропроцессорный контроллер с ЖК- или LED-дисплеем в размере не менее 5см x 3см, отображающим текущую и заданную температуру. Система защиты от перегрева: Наличие независимого аварийного термовыключателя (блокировка нагрева при превышении критической температуры). Теплоизоляция: Эффективная термоизоляция корпуса для минимизации энергопотерь и обеспечения безопасной температуры наружных стенок шкафа (не более +45 °С во избежание ожогов персонала). Крышка/Дверца: Плотно прилегающая, с надежным уплотнителем и теплоизолированной ручкой. Электропитание: 220 В ±10%, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: Не более 2000 Вт (в режиме разогрева). Класс защиты от поражения электрическим током: Класс I. Термошкаф — 1 шт. Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском и казахском языках — 1 шт. Габаритные размеры не менее (ДхШхВ), мм 680х725х880. Размер лотка, не менее (ДхШхВ) мм 520х470х40. Потребляемая мощность не менее 600Вт. Лотки из нержавеющей стали не менее 12 штук. Вес не менее 80 кг. Срок поставки: не более 60 календарных дней. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 36 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Требования к сопутствующим услугам: Товар снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Наличие разрешительных документов на ввоз в Республику Казахстан. Обязательное наличие документов: регистрационного удостоверение, паспорта, инструкции на казахском и русском языках.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).