Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847538-1
Сатып алудың атауы:	Медицианлық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88064296-3ЦП1
Лоттың атауы:	Глюкометр
Лоттың сипаттауы:	фотометриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Глюкометр для измерения сахара (с сертификатом и паспортом)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Асқаров көшесі 47
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Портативный экспресс-анализатор уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. Технология измерения: Электрохимический метод. Характеристики прибора: Время измерения не более 5 секунд, минимальный объем капли крови (около 0.5–1.0 мкл), память на определенное количество измерений (от 100 до 500) с фиксацией даты и времени. Комплектация: Прибор, ручка-прокалыватель (ланцетное устройство), стартовый набор тест-полосок и ланцетов, футляр. Обязательна калибровка по плазме крови.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847538-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 88064296-ЗЦП1
Наименование лота:	Глюкометр
Описание лота:	фотометрический
Дополнительное описание лота:	Глюкометр для измерения сахара (с сертификатом и паспортом)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Улица Аскарова 47
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Портативный экспресс-анализатор уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. Технология измерения: Электрохимический метод. Характеристики прибора: Время измерения не более 5 секунд, минимальный объем капли крови (около 0.5–1.0 мкл), память на определенное количество измерений (от 100 до 500) с фиксацией даты и времени. Комплектация: Прибор, ручка-прокалыватель (ланцетное устройство), стартовый набор тест-полосок и ланцетов, футляр. Обязательна калибровка по плазме крови.