

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769009-1
Сатып алудың атауы:	Шиелі аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83039564-3ЦП1
Лоттың атауы:	Оттек
Лоттың сипаттауы:	сұйық, медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оттегі баллоны
Саны, көлемі:	700
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. Кызылординская область, Шиелийский район, кент Шиели, ул.Жайлыбаева, №58
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтініш келіп түскен күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газ тәріздес техникалық және медициналық оттегі белгіленген тәртіппен бекітілген техникалық регламенттер, осы стандарттың талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.Баллон-40 литр. 150 атм - жұмыс қысымы кем дегенде 140 болуы тиіс. Көрсеткіштер: 1. Оттегінің көлемдік үлесі: 1.1. Бірінші сортқа арналған техникалық оттегі 99,7% - дан кем емес; екінші сортқа арналған 99,5-тен кем емес %; 1.2. Медициналық оттегі кемінде 99,5%; 2. Су буының көлемдік үлесі: 2.1. Бірінші сортқа арналған техникалық оттегі 0,007% артық емес; екінші сортқа арналған техникалық оттегі 0,009 артық емес%; 2.2. Медициналық оттегі 0,009 артық емес%; 3. Сутегінің көлемдік үлесі: 3.1. Бірінші сортқа арналған техникалық оттегі 0,3% - дан артық емес; екінші сортқа арналған 0,5-тен артық емес%; 4. Көміртегі қос тотығының көлемдік үлесі: 4.1. Техникалық оттегі: нормаланбайды; 4.2. Медициналық оттегі: 0,01 артық емес%; 5. Көміртегі тотығының құрамы: 5.1. Техникалық оттегі: нормаланбайды; 5.2. Медициналық оттегі: 3.6 т. бойынша сынаққа төзуі тиіс 6. Газ тәрізді қышқылдар мен негіздердің болуы: 6.1. Техникалық оттегі: нормаланбайды; 6.2. Медициналық оттегі: 3.7 п. бойынша сынаққа төзуі тиіс 7. Озон және басқа тотықтырғыш газдардың құрамы: 7.1. Техникалық оттегі: нормаланбайды; 7.2. Медициналық оттегі: 3.8 п. бойынша сынаққа төзуі тиіс 8. Сілтінің мазмұны: 3.9 т. бойынша сынаққа төзуі тиіс. Жеткізу уақыты: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күннің ішінде 31 желтоқсан 2026 жылға дейін. ауызша, жазбаша, электрондық пошта арқылы смс хабарлар тәсілімен және т. б. болып саналады. Өтінім берілгеннен кейін, «Шиелі аудандық көп бейінді орталық ауруханасы» ШЖҚ КМКның, мекен жайы: Шиелі кенті,Жайлыбаев көшесі 60 (бұдан әрі - Аурухана) бос баллондарын алып кету қажет, содан кейін тауарды қатаң түрде Аурухананың баллондарына құюлуы қажет. Толтырылған баллондар Аурухананың "Оттекті станцияна" дейін (дәлірек , газ тәріздес медициналық оттегі рампаларына дейін) жеткізілуі тиіс. МЕМСТ-5583-78

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769009-1
Наименование закупки:	Государственная закупка для КГП на праве хозяйственного ведения "Шиелийская многопрофильная центральная районная больница"
Номер лота:	№ 83039564-3ЦП1
Наименование лота:	Кислород
Описание лота:	жидкий, медицинский
Дополнительное описание лота:	Кислородный баллон
Количество:	700
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Жайлыбаев көшесі №58
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцать) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Газообразный технический и медицинский кислород должен быть изготовлен в соответствии с требованием настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Баллон - 40 литров. Рабочее давление должно быть не менее 140 - 150 атмосфер. Наименование показателей: 1. Объемная доля кислорода: 1.1. Технический кислород для первого сорта не менее 99,7%; для второго сорта не менее 99,5 %; 1.2. Медицинский кислород не менее 99,5%; 2. Объемная доля водяных паров: 2.1. Технический кислород для первого сорта не более 0,007%; для второго сорта не более 0,009%; 2.2. Медицинский кислород не более 0,009%; 3. Объемная доля водорода: 3.1. Технический кислород для первого сорта не более 0,3%; для второго сорта не более 0,5%; 4. Объемная доля двуокиси углерода: 4.1. Технический кислород: Не нормируется; 4.2. Медицинский кислород: не более 0,01%; 5. Содержание окиси углерода: 5.1. Технический кислород: Не нормируется; 5.2. Медицинский кислород: Должен выдерживать испытание по п. 3.6 6. Содержание газообразных кислот и оснований: 6.1. Технический кислород: Не нормируется; 6.2. Медицинский кислород: Должен выдерживать испытание по п. 3.7 7. Содержание озона и других газов - окислителей: 7.1. Технический кислород: Не нормируется; 7.2. Медицинский кислород: Должен выдерживать испытание по п. 3.8 8. Содержание щелочи: Должен выдерживать испытание по п. 3.9 9. Запах: 9.1. .Сроки поставки: в течение 16 (шестнадцать) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика до 31 декабря 2026 года. Заявка считается устная, письменная, по электронной почте, способом смс сообщений и т.д. После подачи заявки, необходимо забрать пустые баллоны с адреса кент Шиели, ул.Жайлыбаева 60, КГП на ПХВ Шиелийской многопрофильной центральной районной больницы (далее - больница), затем строго заправлять товар в баллоны больницы. Произвести доставку заправленных баллонов до Кислородной станции больницы (именно, до ramпы газообразного медицинского кислорода) . ГОСТ-5583-78