Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17988093-1
Конкурстың атауы:	Зертханалық-оқу жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметі
Лоттың нөмірі:	№ 88198260-ОК1
Лоттың атауы	Зертханалық/оқу-зертханалық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331312.200.000002
Қызметтің атауы:	Зертханалық/оқу-зертханалық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	8252067.24
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	8252067.24
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Сатып алынатын қызметтердің техникалық сипаттамасы Тізбе бойынша зертханалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 1. Медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына (бұдан әрі – бұйрық) сәйкес жүзеге асырылады. Қызмет көрсетуден алдын Өнім беруші ұсынады: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына сәйкес ГОСТ ИСО 9001 немесе ГОСТ ИСО 13485 сәйкес жарамды сапа менеджменті жүйесінің болуы туралы сертификат. - Медициналық техниканы өндірушіден сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру құқығына құжаттамалық растамасы бар қызмет көрсету бөлімі (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №273/2020 бұйрығының талаптарына сәйкес 2а, 2б және 3 қауіпсіздік сыныптарындағы медициналық техникаға сервистік техникалық қызмет көрсетуді медициналық техниканы өндіруші бөлімшелердің қызмет көрсету бөлімшелері жүзеге асырады: - медициналық техниканы өндірушіден сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру құқығына құжаттамалық растау). 2. Қызметтерге қойылатын талаптар: Жұмыс құнына төменде көрсетілген қосалқы бөлшектер мен оларды орнату кіреді. Қажет болған жағдайда техникалық шарттарда көрсетілмеген басқа қосалқы бөлшектерді Тапсырыс беруші бөлек сатып алады. 2.1. Cobas e411 модульдік анализаторына қызмет көрсету кем дегенде бір жоспарланған инженерлік сапарды, қосымша қосалқы бөлшектерді қажет етпейтін мәселелерді шешу үшін тұтынушының өтініші бойынша инженердің шексіз санына баруын және пайдаланушылардың инженерлермен және қолданба мамандарымен кеңесуін қамтиды. Жоспарланған техникалық қызмет көрсету: сөрені тиеу/түсіру модулін тазалау, майлау және реттеу; барлық компоненттер мен механизмдерді тексеру; сынама алу инесінің және сорғыш инесінің орналасуын тексеру және реттеу; ұстағышты тексеру және реттеу; бағдарламалық жасақтаманы жаңарту; алты айлық KIT MAINTENANCE E2010 / E411 6 MOONTHS қызмет көрсету жинағын ауыстыру - 1 дана; жылдық KIT SERVICE E411 12 MOONTH қызмет көрсету жинағын ауыстыру - 1 дана; ӨЛШЕУ ҰЯШЫҒЫН СІЛТЕМЕСІ БАР ЕЛГІЛЕНГЕН V7.0 ауыстыру және калибрлеу - 1 дана, галогендік шамдарды ауыстыру және калибрлеу (LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W) - кем дегенде 4 дана. Жеткізушіде жұмысты орындау үшін барлық қажетті материалдар мен жабдықтар болуы керек. Барлық жұмыстарды өндірушінің осы жабдық түріне арналған оқыту сертификаты, Cobas e411 анализаторларына арналған оқыту сертификаты және Roche компаниясының қызмет көрсету жұмыстарына сенімхаты бар білікті инженерлер орындауы тиіс. Техникалық қызмет көрсетуді Тапсырысқа сәйкес сертификатталған қызмет көрсету инженерлері жүзеге асырады. Тапсырысқа сәйкес, 2а, 2b және 3 қауіпсіздік кластарындағы медициналық жабдықтарға қызмет көрсетуді медициналық жабдық өндірушісінің қызмет көрсету бөлімдері немесе медициналық жабдық өндірушісінің рұқсат беру қызметінен құжаттамалық

	растамасы бар қызмет көрсету бөлімдері жүзеге асырады. 2.2. AVL 9180 қан электролиттерін анализаторға қызмет көрсету жұмыстарына жабдықты тексеру, тазалау және конфигурациялау үшін инженердің жоспарлы келуі; қосымша қосалқы бөлшектерді қажет етпейтін мәселелерді шешу үшін тұтынушының өтініші бойынша инженердің шексіз саны баруы; және пайдаланушылардың инженерлермен және қолдану мамандарымен кеңесуі кіреді. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарына мыналар кіреді: бүкіл сұйықтық жүйесін тексеру; электродтарды тексеру; үлгіні анықтау сенсорын тексеру; үлгі сорғышын тексеру; бір жылдық қызмет көрсету сымдарын (негізгі түтік) ауыстыру; және екі сорғы түтігін ауыстыру. Жеткізушіде жұмысты орындау үшін барлық қажетті материалдар мен жабдықтар болуы керек. Барлық жұмыстарды өндірушіден осы жабдық түріне арналған оқыту сертификаты, AVL 9180 қан электролиттерін анализаторларға арналған оқыту сертификаты және Roche компаниясынан қызмет көрсету жұмыстарына арналған сенімхаты бар білікті инженерлер орындауы керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын Бұйрыққа сәйкес сертификатталған қызмет көрсету инженерлері орындайды. Бұйрыққа сәйкес, 2a, 2b және 3 қауіпсіздік класты медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді медициналық жабдық өндірушісінің қызмет көрсету бөлімдері немесе медициналық жабдық өндірушісінен техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру құқығына құжаттамалық растамасы бар қызмет көрсету бөлімдері жүзеге асырады. 2.3. Cobas e411 үшін Millipore CLX 7080 су тазарту жүйесіне техникалық қызмет көрсету. Техникалық қызмет көрсетуге кемінде бір жоспарланған инженерлік сапар, қосымша қосалқы бөлшектерді қажет етпейтін мәселелерді шешу үшін тұтынушының өтініші бойынша инженердің шексіз саны баруы және пайдаланушылардың инженерлермен және қолдану мамандарымен кеңесуі кіреді. Техникалық қызмет көрсетуге мыналар кіреді: кіріс су қысымын тексеру; күшейткіш сорғының қысымын тексеру және реттеу; RO мембранасының кіріс қысымын тексеру және реттеу; лас су ағызу жүйесін тазалау; деионизация модулін тексеру және реттеу; екі Progard сүзгісін ауыстыру; екі Q-gard сүзгісін ауыстыру; екі Opticap сүзгісін ауыстыру; екі желдеткіш сүзгісін ауыстыру; екі су тарату сорғысын ауыстыру; таза су қысымын тексеру және реттеу; арнайы жабдықпен таза су сапасын тексеру.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17988093-1
Наименование конкурса:	Услуга по техническому обслуживанию лабораторно-учебного оборудования
Номер лота:	№ 88198260-ОК1
Наименование лота:	Услуги по техническому обслуживанию лабораторного/учебно-лабораторного оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331312.200.000002
Наименование услуги:	Услуги по техническому обслуживанию лабораторного/учебно-лабораторного оборудования
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	8252067.24
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	8252067.24
Срок оказания услуги:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация закупаемых услуг Услуги по сервисному обслуживанию лабораторного оборудования по списку 1. Сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 (далее – Приказ). Перед оказанием услуги Поставщик предоставляет: - Сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. - Сервисная служба, имеющей документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания (В соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020, сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется: - сервисными службами производителя медицинской техники; - сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания). 2. Требования к Услугам: В стоимость работ входят указанные ниже запасные части и ее установка. При необходимости иные запасные части не указанные в технической спецификации закупаются Заказчиком отдельно. 2.1. Услуги по проведению сервисного обслуживания модульного анализатора Cobas e411 включают в себя плановые визиты инженера не менее 1 раз , выезд инженера по заявке клиента для устранения неисправностей не требующих дополнительных запчастей неограниченное количество раз, консультация пользователя со стороны инженеров и аппликейшн специалистов. Плановое техническое облуживание: очистка, смазка и настройка модуля загрузки/выгрузки штативов; проверка всех узлов и механизмов; проверка и настройка позиций пробозаборной иглы и иглы сиппера; проверка и настройка гриппера; обновление программного обеспечения; замена полугодового сервисного набора KIT MAINTENANCE E2010 / E411 6 MONTHS - 1 шт; замена годового сервисного набора KIT SERVICE E411 12 MONTH - 1 шт; замена и калибровка измерительной ячейки MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V7.0 - 1 шт., замена и калибровка галогеновых ламп LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W – не менее 4 шт. Поставщик обязан иметь все необходимые материалы и оборудование для проведения работ. Все работы должны проводится обученными инженерами, имеющими сертификат об обучении на данный тип оборудования от завода производителя, сертификат обучения на анализаторы Cobas e411 и доверенность от Roche на производство работ по сервисному обслуживанию. Техническое обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами согласно Приказа. В соответствии с Приказом, сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинской техники или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на

	право проведения сервисного обслуживания. 2.2. Работы по проведению сервисного обслуживания анализатора электролитов крови AVL 9180 включают в себя плановые визиты инженера для проверки, чистки и настройки оборудования, выезд инженера по заявке клиента для устранения неисправностей не требующих дополнительных запчастей неограниченное количество раз, консультация пользователя со стороны инженеров и аппликейшн специалистов. Проведение технического обслуживания включает в себя следующие работы: проверка всей жидкостной системы; проверка электродов; проверка датчика обнаружения пробы; проверка пробозаборника; замена годового сервисного набора Harness Main tubing 1 шт; замена трубок насоса 2 шт. Поставщик обязан иметь все необходимые материалы и оборудование для проведения работ. Все работы должны проводится обученными инженерами, имеющими сертификат об обучении на данный тип оборудования от завода производителя, сертификат обучения на анализаторы электролитов крови AVL 9180 и доверенность от Roche на производство работ по сервисному обслуживанию. Техническое обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами согласно Приказа. В соответствии с Приказом, сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинской техники или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания. 2.3. Услуги по проведению сервисного обслуживания системы водоподготовки Millipore CLX 7080 для Cobas e411. Сервисное обслуживание включают в себя плановые визиты инженера не менее 1 раз, выезд инженера по заявке клиента для устранения неисправностей не требующих дополнительных запчастей неограниченное количество раз, консультация пользователя со стороны инженеров и аппликейшн специалистов. Проведение технического обслуживания включает в себя следующие работы: проверка давления входной воды; проверка и регулировка давления повышающего насоса; проверка и регулировка давления на входе в RO мембраны; очистка слива грязной воды; проверка и настройка модуля деионизации; замена комплекта фильтров Progard 2 шт; замена фильтров Q-gard 2 шт; замена фильтра Opticap 2 шт; замена вентиляционного фильтра 2 шт; замена насосов распределения воды 2 шт; проверка и настройка давления чистой воды; проверка качества чистой воды специальным оборудованием.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	