

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863710-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар (Бактериалогиялық зертхана (Внебюджет))
Лоттың нөмірі:	№ 86396885-ОИ20
Лоттың атауы:	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	бумен тазалауды тексеру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"115 °С, 12 мин.", "112 °С, 15 мин.", "105 °С, 30 мин.", 500 режимдеріне арналған" ФармаТЕСТ-5 " химиялық көп режимді бір реттік бу зарарсыздандыру және дезинфекциялау индикаторы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бақылау режимдері: 115 °С/12 мин, 112 °С/15 мин, 105 °С/30 мин. Түрі: Бір рет қолданылатын, көп режимді, 4-сынып. Қолданылуы: Стерилизацияланатын үй-жайдың ішінде де, сыртында да пайдалану буып-түю. Өрекет ету принципі: Индикаторлық эталонға сәйкес келетін түстегі белгілер критикалық параметрлердің берілген мәндерге сәйкестігі. +5 °С +40 температурада өндірушінің қаптамасында сақтау ылғал мен тікелей күн сәулесінің түсуін болдырмау үшін °С. Тасымалдау -50 °С-ден +50 °С-ге дейінгі температурада рұқсат етіледі °С Кепілдік жарамдылық мерзімі - дайындалған күнінен бастап 72 ай. Жеткізілетін дәрі-дәрмектер мен медициналық Нұсқаулық, хаттама болуы тиіс сынақтар, сәйкестік сертификаты. Герметикалығы. Мерзімі жеткізу сәтіндегі жарамдылығы кемінде 80%.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863710-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия (Бактериологическая лаборатория (Внебюджет))
Номер лота:	№ 86396885-ОИ20
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля паровой стерилизации
Дополнительное описание лота:	Индикатор химический многорежимный одноразовый паровой стерилизации и дезинфекции «ФармаТЕСТ-5» для режимов «115 °С, 12 мин.», «112 °С, 15 мин.», «105 °С, 30 мин.», 500
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актыбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Режимы контроля: 115°С/12 мин, 112°С/15 мин, 105°С/30 мин.</p> <p>Тип: Одноразовый, многорежимный, класс 4. Применение:</p> <p>Использование как внутри, так и снаружи стерилизуемой упаковки. Принцип действия: Изменение цвета индикаторной метки на цвет, соответствующий эталону, свидетельствует о соответствии критических параметров заданным значениям.</p> <p>Хранить в упаковке производителя при температуре +5 °С до +40 °С, избегая попадания влаги и прямых солнечных лучей.</p> <p>Транспортировка допускается при температуре от -50 °С до +50 °С</p> <p>Гарантийный срок годности - 72 месяца с даты изготовления.</p> <p>Поставляемые медикаменты и средства медицинского назначения должны иметь Наличие инструкции, протокола испытаний, сертификата соответствия. Герметичность. Срок годности на момент доставки не менее 80 %.</p>