

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қызылорда облыстық медициналық жедел жәрдем стансасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17785199-1
Конкурстың атауы:	"Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қызылорда облыстық медициналық жедел жәрдем стансасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87931973-ОКЗ
Лоттың атауы	Қаржылық лизинг бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	773919.200.000000
Қызметтің атауы:	Қаржылық лизинг бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	2036408000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	2036408000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Қаржылық лизинг шарты жасалған күннен бастап 60 (алпыс) ай

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Лизинг заттары: «Hyundai Trans Auto» ЖШС өндірісіндегі «JMMC Fortune» В класындағы жедел медициналық жәрдем автомобильдері. Лизинг мерзімі: Қаржылық лизинг шарты жасалған күннен бастап 60 ай. Бұл ретте лизинг мерзімі лизинг беруші лизинг алушыға лизинг заттарын уақытша иеленуге және пайдалануға берген күннен бастап кемінде 36 (отыз алты) айды құрайтын болады. Лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі: жылдық кемінде 12,6%-дан аспайды. Қызметтердің әлеуетті жеткізушісіне (лизинг берушіге) қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес жалпы біліктілік талаптарына сәйкестік. Лизинг заттарын жеткізу мерзімдері мен орны: 1) жеткізу мерзімі - мемлекеттік сатып алу туралы шарт қолданылған сәттен бастап 240 күнтізбелік күн ішінде; 2) жеткізу орны - Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Астана 1Б даңғылы. Лизинг заттарының саны: - «JMMC Fortune» В класындағы жедел медициналық жәрдем автокөлігі - 20 бірлік мөлшерінде. Лизинг бойынша бастапқы жарна (аванс): жоқ. Негізгі борышты төлеу мерзімділігі: әрбір 12 (он екі) айда 1 (бір) рет тең жылдық төлемдермен жүзеге асырылады. Бұл ретте негізгі борыш бойынша алғашқы төлем 2027 жылғы 1 желтоқсанға белгіленеді. Негізгі борыш бойынша кейінгі барлық төлемдер тиісті жылдың 1 желтоқсанында жүзеге асырылады, негізгі борыш бойынша соңғы төлемді қоспағанда, ол қаржылық лизинг шартын жасасқан күннен бастап 60 (алпыс) ай мерзімінің аяқталу күніне белгіленеді. Сыйақыны төлеу мерзімділігі: 12 (он екі) ай сайын жыл сайынғы төлемдермен жүзеге асырылады. Бұл ретте сыйақы бойынша бірінші төлем 2026 жылғы 1 желтоқсаннан бастап 1 0 000 (он мың) теңге мөлшерінде белгіленеді. Сыйақы бойынша кейінгі төлемдер тиісті жылдың 1 желтоқсанында жүргізіледі, соңғы сыйақы төлемін қоспағанда, 60 (алпыс) ай мерзімінің аяқталу күніне белгіленеді. Лизинг заттарының құны: -«JMMC Fortune» В класындағы жедел медициналық жәрдем автокөлігі - ҚҚС-сыз бір бірлік үшін 73 000 000 (жетпіс үш миллион) теңге. Лизинг заттарының жалпы құны: 20 (жиырма) автокөлік бірлігі үшін ҚҚС-сыз 1 460 000 000 (бір миллиард төрт жүз алпыс миллион) теңге. Сатып алу үшін бөлінген сома, барлығы: ҚҚС-сыз 2 036 408 000 (екі миллиард отыз алты миллион төрт жүз сегіз мың) теңге. Өтеуге/қаржыландыруға жататын негізгі борыш сомасы: ҚҚС-сыз 1 460 000 000 (бір миллиард төрт жүз алпыс миллион) теңге. Өтеуге жататын сыйақы сомасы: ҚҚС-сыз 576 408 000 (бес жүз жетпіс алты миллион төрт жүз сегіз мың) теңге. Сатып алынатын қаржылық лизинг қызметтеріне қосымша талаптар: Қаржылық лизинг шартын, қаржылық лизингке беру үшін тауарды сатып алу-сату шартын, орталық және/немесе жергілікті атқарушы органмен жобаны қолдау туралы келісімді, өзге де келісімдерді жасау және/немесе лизинг берушінің талабы бойынша санитариялық автокөлікті сатып алуды ұйымдастыруға жауапты уәкілетті органның шешімін ұсыну, сондай-ақ лизинг беруші алдындағы ақшалай міндеттемелерін өтеу үшін лизинг алушының кез келген банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу арқылы
--	---

	(акцептсіз тәртіппен) алуға келісім беру. Тапсырыс беруші қаржылық лизинг шартының барлық қолданылу мерзімі ішінде КАСКО бағдарламасы бойынша сақтандыруды және лизинг нысандарына жыл сайынғы тәуелсіз қайта бағалауды қамтамасыз етеді. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету: 3% (үш пайыз) мөлшерінде барлық лизинг нысаналары лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға берілген сәтке дейінгі мерзімге ұсынылуы тиіс. Көліктің техникалық сипаттамасы Автокөліктің түсі сары-лимон түсті, ҚР ДСМ 03.11.2017 жылғы № 811 бұйрығы, ҚР СТ 1863-2018 Жедел және арнайы қызметтердің автомобильдері, автобустары мен мотоциклдері. Ресей Федерациясы Кеден одағының ТР ТС 018/2011 т. Техникалық регламентіне сәйкес «Түс-графикалық схемалар, айырым белгілері, жазулар, арнайы жарық және дыбыс сигналдары»: • мемлекеттік тілдегі «Медициналық жедел жәрдем» жазуы, бұл ретте жазуды орыс тілінде «Скорая медицинская помощь» және ағылшын тілінде «Ambulance» деп қайталауға болады; • «103» және «Ambulance» жазуы (Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау субъектілерінің мемлекеттік заңды тұлғаларына жататын жедел медициналық жәрдем автомобиль көліктерінің алдыңғы және артқы бөліктеріне қосымша жағылады); • Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау субъектілерінің мемлекеттік заңды тұлғаларына жататын жедел жәрдем автокөліктерінің бүйір беттеріне қосымша күлгін түсті шашкалар, артқы бөлігіне қызыл түсті қиғаш жолақтар жағылады; • барлық декоративті жолақтар, шашкалар, жазулар жарық қайтаратын материалдан жасалған; • МЕМСТ 19715 бойынша «Қызыл крест» (Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау субъектілерінің жедел медициналық жәрдем автокөліктерінің шатырына, алдыңғы және артқы бөліктеріне және бүйір беттеріне қосымша жағылады). Шассидің техникалық сипаттамалары: Автокөліктің қозғалтқышы бензинді (қатар орналасқан төрт цилиндрлі қозғалтқыш, табиғи ауа қабылдағыш), көлемі 2 378 см³, қуаты 115 kw. Экологиялық сынып Euro-5; Трансмиссия сатылар саны 5 механикалық ҚБҚ; Габариттік өлшемдері: ұзындығы 5452 мм (подножкасымен 5652 мм), ені 1972 мм, биіктігі 2465 мм. Жабдықталуы: • Жүргізуші орындығы, • Жолаушы орындығы; • Тұманға қарсы шамдар; • ABS бұғаттауға қарсы жүйесі; • Тормоз күшін электронды бөлу жүйесі EBD; • Алдыңғы және артқы дискілі тежегіштер; • Жүргізуші кабинындағы кондиционер; • 12 В аккумулятор батареясы; • Қашықтан басқарылатын орталық құлып; • Гидравликалық домкрат; • Автомагнитола (USB, радио); • Электрлік шыны көтергіштер. Қосымша жабдықтар: • Қолданыстағы бақылау жүйесіне біріктіру мүмкіндігі бар GPS-трекер; • Реаномобильдің ішін/сыртын 360 градусқа бейнефиксациямен қамту үшін бейнекамералар кешені (6 дана) – артта\оң жақта, артта\солда реаномобильдің алдыңғы бөлігін көрумен; • DMR стандартында жұмыс істеу мүмкіндігі бар VHF-радиостанция; автокөліктегі бейнетіркеуші; • Жүргізуші орындығы – реттелетін (6 жағдай). Конверсияның техникалық сипаттамалары: Медициналық салон жабдықталған: • Приборлар мен медициналық жабдықтарды бекітуге арналған салымдармен; Фургон кузовының барлық
--	--

	тігістері мен түйіспелеріне арнайы бояумен антикоррозиялық өңдеу жүргізілген; Медициналық салонның борттары мен төбесін әрлеу дәрілік заттар мен жуғыш-зарарсыздандырғыш құралдардың әсеріне төзімді, тегіс беті бар және иістерді сіңірмейтін шыныпластиктен жасалған панельдермен орындалған; Салон панельдерін әрлеу үшін пайдаланылатын материалдар ашық түсті болуы тиіс; Қоқыс жинағыш – контейнер; Бүйірлік және артқы есіктердің әйнектерінің 2/3 биіктігіне дейін маталау; Ашық беттердің жиектері дөңгелектелген болуы тиіс; Жиназ, медициналық жабдықтар мен өзге бұйымдарға арналған бекітпелерді Тапсырыс берушімен келісу қажет. • Кабина мен медициналық салон арасындағы қалқа кабина мен медициналық салон арасындағы жылжымалы есікпен жабдықталған; Интерком / аудиобайланыс (жүргізушімен ішкі байланыс); Еден жабыны су өткізбейтін, антистатикалық, сырғанамайтын, жуатын зарарсыздандырғыш құралдардың әсеріне төзімді; Жуғышзарарсыздандырғыш құралдардың әсеріне төзімді, барлық тігістерді гидроизоляциялау; • Алдыңғы жылжымалы есік ойығының тұтқасы; Артқы есік ойығының тұтқасы; Инфузиялық жүйеге арналған екі кронштейні бар қабылдау құрылғысының бойымен жүретін төбелік леер-тұтқа; • Төбелік желдету-авариялық люк (авариялық шығу ретінде пайдаланылады); Сүзгі-желдету қондырғысы; Кемінде 2 кВт автономды ауа салонының жылытқышы - 1 дана; Қозғалтқыштың штативтік салқындату жүйесінен жұмыс істейтін сұйықтық жылытқышы - 1 дана; Температураны реттейтін медициналық салонның кондиционері; • Салонды жарықтандыруға арналған жарық диодты төбе шамдары (басқару қабырғалық басқару пульті арқылы жүзеге асырылады); Бұрылмалы механизмі бар ноқа бетінің үстіндегі нүктелі шам; Жылжымалы есіктің іргелес аумағын жарықтандыру шамы; Артқы есіктердің іргелес аумағын жарықтандыру шамы; Медициналық жабдықты қуаттандыруға арналған 12В электр розеткасы сол жақ борттың ортасы аймағында орналасқан – 4 дана; Медициналық жабдықты қуаттандыруға арналған 220В электр розеткасы сол жақ борттың ортасы аймағында орналасқан – 4 дана; Қайта зарядтау функциясы бар күшейтілген кернеу түрлендіргіші 220/12В (12/220В); Сыртқы электр розеткасы (бортық кіріс 220В); Сыртқы 220В желісінің электр қуатын енгізу кабелі (15 метр); Зарядтауды басқару блогы және сымдар жиынтығымен қосымша АҚБ; Жиынтықтағы электр қалқаны (релемен); 12В тасымалданатын аккумуляторлық фонарь - 1 дана; Медициналық салонның электр жабдықтарын басқару панелі; • Тиісті редукторы және оттегі шлангімен (DIN ажыратқышы) оттегіні көрсету панелі (коллектор); Оттегі баллонына қол жеткізуге арналған лючок; Оттегі баллондарына арналған қуыс; Сол жақ бортта қуыста орналасқан 10 л көлемдегі 2 газ баллонын бекіту кронштейндері; 10 литрлік оттегі баллоны, 2 дана мөлшерінде. • Медициналық салонның оң жақ бортындағы кресло, қабылдау құрылғысына бұрылатын 3 нүктелі қауіпсіздік белдігі бар, жиналмалы жастығы бар; Ноқаның бас бөлігіндегі реттелетін арқасы, жиналмалы шынтакшалары, 3 нүктелі инерциялық қауіпсіздік белдігі бар бұрылмалы кресло (360 градус);
--	---

	екі жиналмалы шынтақшасы бар; Жиналмалы қақпағы мен бел жастығы бар оң жақ борттағы орындық-рундук; • Жарық диодты сигналды-дауыс зорайту қондырғысы; Арнайы сигналдарды қайталағыштар; Көлік құралы шатырының артқы бөлігіндегі жарық диодты маяк, кемінде 2 дана; • Жүргізуші кабинындағы 2л өрт сөндіргіш; Салондағы 5л өрт сөндіргіш. Медициналық жабдықтар: 1. Қабылдау құрылғысы бар зембіл-арба (медициналық салонның жинақтамасы құрамында). Науқасты тасымалдауға және автомобильге қауіпсіз тиеуге арналған. Конструкциясы реттелетін арқалық секциясын, бүйірлік қоршауларды, науқасты бекітуге арналған белдіктерді, дөңгелек тежегіштерін және қабылдау құрылғысына бекіту механизмін қамтуы тиіс. Бір оператордың көмегімен тиеу және түсіру мүмкіндігі – болуы тиіс. Негізгі дөңгелектерінің диаметрі – кемінде 180 мм; рұқсат етілетін жүктеме – кемінде 160 кг; каталка-тележканың массасы – 45 кг-нан аспауы тиіс. Жиынтықта: басын бекіткіші және белдік жүйесі бар омыртқа тақтасы немесе оны орналастыруға арналған үйлесімді бөлік және бекітпе болуы тиіс. 2. Электрокардиограф (кардиометр). Жедел медициналық көмек автомобилінде және шақырту кезінде пайдалануға арналған портативті электрокардиограф, 12 жалпы қабылданған тіркемені бір мезгілде тіркеуді, электродтардың дұрыс орналастырылу сапасын бақылауды, деректерді цифрлық түрде беруді және ЭКГ-ны автоматты интерпретациялауды қамтамасыз етуі тиіс. Планшетпен/смартфонмен Bluetooth немесе баламалы технология арқылы сымсыз қосылу, ЭКГ-ны мұрағаттау және тапсырыс берушінің серверіне немесе өзге ақпараттық ресурсына қорғалған түрде жіберу мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Автономды жұмыс уақыты – кемінде 8 сағат; қорек көзі және пациент кабелі бар тіркеу блогының массасы – 1 кг-нан аспауы тиіс. Жиынтық: мобильді термопринтер, диагоналі кемінде 7 және 12 дюймнен аспайтын дисплейі бар планшет/смартфон, бағдарламалық қамтамасыз ету, тасымалдауға арналған сөмке/кейс, пациент кабелі, 6 кеуде және 4 аяқ-қол электроды, термиялық қағаз – кемінде 2 орам, ЭКГ-гель және қорек көздерінің жиынтығы. Деректерді беру қажет болған жағдайда жиынтыққа жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай болатын мобильді интернет пакеті бар SIM-карта енгізіледі. 3. Тасымалданатын дефибриллятор-монитор. Ересектер мен балалардың өмірлік маңызды функцияларын мониторингтеуге және дефибрилляция жүргізуге арналған. Жұмыс режимдері: автоматты сыртқы дефибриллятор (AED) және қолмен басқару режимі. Энергия диапазоны 2 Дж-ден аспайтын мәннен бастап кемінде 200 Дж мәніне дейінгі көрсеткіштерді қамтуы тиіс. ЭКГ мониторингі – кемінде 3 тіркемесі, кемінде 6 тіркемені көрсету мүмкіндігімен; SpO2 өлшеу – болуы тиіс. Түсті дисплей – кемінде 5 дюйм; корпус қорғау дәрежесі – IP44-тен төмен емес; батареямен бірге, керек-жарақтарсыз массасы – 6 кг-нан аспауы тиіс. Аккумулятор кемінде 4 сағат мониторинг жүргізуді немесе 200 Дж энергиямен кемінде 200 разрядты қамтамасыз етуі тиіс. Жиынтық: аккумулятор, зарядтау құрылғысы, ЭКГ кабелі, SpO2 датчигі, ересектерге және балаларға арналған
--	--

	дефибрилляция электродтары, тасымалдауға арналған керек-жарақтар және автомобильге бекіту құрылғысы. 4. Тасымалданатын электрлік сорғыш (электроотсасыватель). Ересектер мен балалардың тыныс алу жолдарынан аспирация жасауға арналған портативті аккумуляторлық аспиратор. Максималды вакуум – абсолюттік мәні бойынша кемінде 0,8 бар; максималды вакуум кезінде өнімділігі – кемінде 30 л/мин; жинағыш ыдыстың көлемі – кемінде 1000 мл; максималды режимде аккумулятордан үздіксіз жұмыс істеу уақыты – кемінде 45 минут; жинақталған күйдегі массасы – 6 кг-нан аспауы тиіс; корпус қорғау дәрежесі – IP34-тен төмен емес. Заряд деңгейінің индикациясы, толып кетуден қорғау, вакуумды реттеу және автомобильдің борттық желісінен зарядтау мүмкіндігі болуы тиіс. Жиынтық: аспиратқа арналған жинағыш ыдыс, аспирациялық контур, қосалқы сүзгі, 12 В және 220 В кабельдері/зарядтау құрылғылары, қорғаныш сөмке және автомобильге бекіту құрылғысы. 5. Басқарылатын және қосалқы өкпені жасанды желдетуге арналған портативті аппарат. Ересектер мен 1 жастан асқан балаларға басқарылатын және қосалқы өкпені жасанды желдетуге арналған, жедел медициналық көмекке арналған аппарат. Көрнекі және дыбыстық сигнал беру жүйесі болуы тиіс. Мәжбүрлі желдету және өздігінен дем алуды қолдау арқылы желдету режимдері болуы тиіс. Тыныс алу жиілігінің диапазоны кемінде минутына 5-40 мәндерін қамтуы тиіс; реттелетін тыныс алу көлемі кемінде 100-1500 мл диапазонында болуы тиіс; тыныс алу жолдарындағы қысымды шектеу мүмкіндігі кемінде 60 мбар-ға дейін реттелуі тиіс. 100 % медициналық оттегімен және оттегі-ауа қоспасымен жұмыс істеу мүмкіндігі; кемінде екі жұмыс газы кірісі немесе оттегі көзін ауыстыру кезінде жұмыстың үздіксіздігін қамтамасыз ететін өзге техникалық шешім болуы тиіс. Аккумулятордан автономды жұмыс істеу уақыты – кемінде 6 сағат; корпус қорғау дәрежесі – IP24-тен төмен емес; тасымалдау платформасынсыз аппараттың массасы – 6 кг-нан аспауы тиіс. Жиынтық: тасымалдау платформасы немесе бекіту құрылғысы, көлемі кемінде 2 л, редукторы және манометрі бар оттегі баллоны, тыныс алу контуры, ересектер мен балаларға арналған маскалар, бір реттік сүзгілер жиынтығы, оттегі түтігі, 220 В желіден зарядтау құрылғысы және автомобильдің борттық желісінен қоректендіру/зарядтау кабелі. 6. Жедел медициналық көмек көрсетуге арналған реанимациялық жиынтық. Соққыға төзімді чемоданда немесе рюкзақта, ішкі қалқалары және автомобильге бекіту құрылғысы бар жиынтық. Құрамында: көлемі кемінде 2 л, редукторы және шлангісі бар оттегі баллоны; оттегіні қосу мүмкіндігі бар ересектер мен балаларға арналған қолмен желдету аппараты; ересектер мен балаларға арналған көп рет қолданылатын бет маскалары; секрет жинауға арналған ыдысы бар қол аспираторы; аспирациялық шланг және қажетті жалғағыштардың жиынтығы болуы тиіс. Бос чемоданның/рюкзактың массасы – 10 кг-нан аспауы тиіс. Жинақтың компоновкасы бұйымдарға жылдам қол жеткізуді және оларды тасымалдау кезінде сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс.
--	--

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Автокөлікке кепілдік: 36 ай немесе 150 000 километр жүріс, қайсысы бұрын орын алса, соған дейін (зауыт-өндірушінің кепілдік саясатына сәйкес). Медициналық жабдыққа кепілді қызмет көрсету мерзімі 37 айды құрайды. *Автокөлікті жеткізу кезінде медициналық жабдыққа медициналық жабдықты пайдалану бойынша тренинг өткізу қажет. Автокөліктердің шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.
--	---

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок Кызылординской области"
№ конкурса:	№ 17785199-1
Наименование конкурса:	Государственная закупка для Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области"
Номер лота:	№ 87931973-ОКЗ
Наименование лота:	Услуги по финансовому лизингу
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	773919.200.000000
Наименование услуги:	Услуги по финансовому лизингу
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	2036408000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	2036408000
Срок оказания услуги:	60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Предметы лизинга: Автомобили скорой медицинской помощи класса В JMMC Fortune - производства ТОО «Hyundai Trans Auto». Срок лизинга: 60 месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. При этом срок лизинга будет составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты передачи лизингодателем во временное владение и пользование предметов лизинга лизингополучателю. Ставка вознаграждения по лизингу: не менее 12,6% годовых. Требования к потенциальному поставщику услуг (лизингодателю): соответствие общим квалификационным требованиям, согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». Сроки и место поставки Предметов лизинга: срок поставки - в течение 240 календарных дней с момента действия договора о государственных закупках; место поставки - Республика Казахстан, город Кызылорда, проспект Астана, 1Б. Количество Предметов лизинга: - автомобиль скорой медицинской помощи класс В JMMC Fortune - в количестве 20 единиц. Первоначальный взнос (аванс) по лизингу: отсутствует. Периодичность выплаты основного долга: равными годовыми платежами 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев. При этом первый платеж по основному долгу устанавливается с 1 декабря 2027 года. Каждые последующие выплаты основного долга осуществляются платежами по 1 числам декабря соответствующего года, за исключением последнего платежа по основному долгу, который устанавливается на дату истечения 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. Периодичность выплаты вознаграждения: годовыми платежами 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев. При этом первый платеж по вознаграждению устанавливается с 1 декабря 2026 года в размере 10 000 (десять тысяч) тенге. Каждые последующие выплаты вознаграждения осуществляются платежами по 1 числам декабря соответствующего года, за исключением последнего платежа по вознаграждению, который устанавливается на дату истечения 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. Стоимость Предметов лизинга: - автомобиль скорой медицинской помощи класс В JMMC Fortune - 73 000 000 (семьдесят три миллиона) тенге за одну единицу без НДС. Общая стоимость Предметов лизинга: 1 460 000 000 (один миллиард четыреста шестьдесят миллионов) тенге без НДС за 20 (двадцать) единиц автотранспорта. Сумма, выделенная для закупки, всего: 2 036 408 000 (два миллиарда тридцать шесть миллионов четыреста восемь тысяч) тенге без НДС. Сумма основного долга к погашению/финансированию: 1 460 000 000 (один миллиард четыреста шестьдесят миллионов) тенге без НДС. Сумма вознаграждения к погашению: 576 408 000 (пятьсот семьдесят шесть миллионов четыреста восемь тысяч) тенге без НДС. Дополнительные требования ккупаемым услугам финансового лизинга: заключение договора финансового лизинга, договора куплипродажи товара для передачи в финансовый лизинг, соглашения о поддержке проекта с центральным и/или местным исполнительным органом, иных соглашений и/или предоставление решения уполномоченного органа, отвечающего за организацию закупа
---	---

	санитарного автотранспорта по требованию лизингодателя, согласия на изъятие денег с любых банковских счетов лизингополучателя путем прямого дебетования банковских счетов (в без акцептном порядке) для погашения своих денежных обязательств перед лизингодателем. Заказчик услуг за весь срок действия договора финансового лизинга обеспечивает страхование по программе КАСКО и ежегодную независимую переоценку Предметов лизинга. Обеспечение исполнения Договора в размере 3% (три процента) должно быть предоставлено на срок до момента передачи всех Предметов лизинга во временное владение и пользование лизингополучателю. Техническое описание транспорта Цвет автомобиля желто-лимонный, Приказ № 811 МЗ РК от 03.11.2017 года, РК СТ 1863-2018 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы», согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза РФ. ТР ТС 018/2011 г.: • надпись на государственном языке «Медициналық жедел жәрдем», при этом возможно дублирование надписи на русском языке «Скорая медицинская помощь» и английском языке «Ambulance»; • надпись «103» и «Ambulance» (дополнительно наносится на передней и задней частях автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящимся к государственным юридическим лицам); • дополнительно на боковых поверхностях автомобильных транспортных средств скорой помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящимся к государственным юридическим лицам наносится шашки лилового цвета, на задней части наносится косые полосы красного цвета; • все декоративные полосы, шашки, надписи из светоотражающего материала; • «Красный крест» по ГОСТу 19715 (дополнительно наносится на крыше, на передней и задней частях и боковых поверхностях автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан. Технические характеристики шасси: Двигатель автомобиля бензиновый (рядный четырехцилиндровый двигатель, естественный воздухозаборник), с объемом 2 378 см³, и мощностью 115 kw. Экологический класс Euro-5; Трансмиссия КПП механическая с количеством ступеней 5; Габаритные размеры: длина 5452мм. (5652 мм. с подножкой), ширина 1972 мм., высота 2465 мм. Комплектация: сиденье водителя, сиденье пассажирское; противотуманные фары; антиблокировочная система ABS; электронная система распределения тормозного усилия EBD; передние и задние дисковые тормоза; кондиционер в кабине водителя; аккумуляторная батарея 12 В; центральный замок с дистанционным управлением; гидравлический домкрат; аудио система Радио (с MP3-интерфейсом); электрические стеклоподъемники. Дополнительное оборудование: видеорегистратор с 4 ед. камерами видеонаблюдения; комплект зимних шин. Технические характеристики конверсии: Медицинский салон оснащен: Закладными для закрепления приборов и медицинского оборудования; Антикоррозийная обработка всех швов и стыков
--	--

	кузова фургона специальной краской; Отделка бортов и потолка медицинского салона выполнена панелями из стеклопластика, устойчивыми к воздействию лекарственных препаратов и моющих/дезинфицирующих средств, имеющими гладкую поверхность и не впитывающими запахи; Материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов. Перегородка между кабиной и медицинским салоном оборудована сдвижной дверью между кабиной и медицинским салоном; Интерком/ аудиосвязь (внутренняя связь с водителем). Покрытие напольное водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющих/дезинфицирующих средств. Гидроизоляция всех швов, устойчивым к воздействию моющих-дезинфицирующих средств. Поручень проема передней сдвижной двери. Поручень заднего проема двери. Леер поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы. Вентиляционно-аварийный люк потолочный (используется в качестве аварийного выхода). Матирование на 2/3 высоты стёкол боковой и задних дверей. Фильтр вентиляционная установка. Отопитель салона автономный воздушный не менее 2 кВт - 1шт. Жидкостный отопитель, работающий от штатной системы охлаждения двигателя - 1шт. Кондиционер медицинского салона регулировкой температуры. Мусоросборник - контейнер. Светодиодные лампы потолочные, для освещения салона (управление осуществляется настенным пультом управления). Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом. Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери. Светильник освещения прилегающей территории задних дверей. Розетка электрическая 12В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта - 4 шт. Розетка электрическая 220В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта - 4 шт. Преобразователь напряжения усиленный 220/12В (12/220В) с функцией подзарядки. Электрическая розетка наружная (бортовой ввод 220В); Кабель ввода электропитания внешней сети 220В (15метров). Дополнительная АКБ в сборе с блоком управления зарядом и проводкой; Щиток электрический в сборе (с реле); Фонарь 12В переносной аккумуляторный -1шт; Панель управления электрооборудованием медицинского салона. Панель индикации кислорода (коллектор) с соответствующим редуктором и кислородным шлангом (DIN разъем); Лючок для доступа к кислородному баллону. Кресло по правому борту медицинского салона, с 3-х точечным ремнём безопасности поворотное к приемному устройству, с откидной подушкой. Кресло поворотное (360 градусов) в головной части носилок с регулируемой спинкой, откидными подлокотниками, с 3-х точечным инерционным ремнем безопасности; с двумя откидывающимися подлокотниками. Скамья-рундук по правому борту с откидной крышкой и поясничной подушкой. Края открытых поверхностей должны быть закругленными. Ниша для кислородных баллонов. Сигнально-громкоговорящая установка светодиодная. Повторители спец. сигналов. Маяк светодиодный, на задней части крыши транспортного средства, не менее
--	---

	2шт. Огнетушитель 2л в кабине водителя. Огнетушитель 5л в салоне. Кронштейны крепления 2-х газовых баллонов объёмом 10 л, по левому борту расположены в нише. Баллон кислородный 10 литров, количеством 2 штук. Медицинское оборудование: 1. Тележка-каталка с приёмным устройством (в составе комплектации медицинского салона) Тележка-каталка с: Специальным отсеком между ложем и основанием каталки, позволяющим разместить в нем спинальную доску; Спинальной доской (с фиксатором головы и ременной системой); Бортиками, оборудованными механизмом, предохраняющим от застревания одеяла и обеспечения дополнительной безопасности пациента; Механизмом, обеспечивающим возможность загрузки в машину одним оператором; Регулируемой спинкой и ножным концом каталки; Колёсами диаметром 200 мм; Весом 36 ± 1 кг; Грузоподъёмностью 170 кг; Задними тормозами; Приемным устройством. 2. Электрокардиограф (кардиометр) Электрокардиограф (дистанционный) имеет функции: Регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях; Автоматические измерения и интерпретацию ЭКГ на уровне врача высокой квалификации; Создание электронного архива ЭКГ пациентов медицинского учреждения; Дистанционную передачу ЭКГ в электронный архив; Санкционированный доступ врачей к архиву ЭКГ со своих рабочих компьютеров; Дистанционные консультации фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник в крупных медицинских учреждениях; Выдачу комплексов пациентам в целях выявления редких аритмий, определения причин болей и предобморочных состояний; Идентификацию пациента по штрих коду, с помощью ПО установленного на смартфоне/планшете для дальнейшего хранения и мониторинга динамики пациента; Высокая точность ЭКГ, обусловленная цифровой передачей данных; Проведение анализа ЭКГ по телефону; Специальная программа для исследования ЭКГ детей; Полнота и соответствие языка электрокардиографических заключений комплекса перечню заключений, используемых при врачебной интерпретации ЭКГ; Применение «облачной» интернет- технологии, обеспечивающей дистанционные консультации; Санкционированный доступ (по логину и паролю) пациентов/пользователей и неограниченного числа врачей к хранящимся на интернет-сервере ЭКГ; Отсутствие необходимости использования специализированных станций для приема ЭКГ и организации консультационно-диагностических мероприятий; Индикация заряда; Возможность организации дистанционного консультационного центра. Функциональные возможности телеэлектрокардиографа при съеме ЭКГ: Синхронный съём ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; Автоматический контроль работоспособности электрокардиографа; Автоматический контроль качества наложения электродов; Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСИ в УСК через беспроводной интерфейс Bluetooth; Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСК на Кардиосервер средствами Internet; Получение и визуализация на дисплее УСК результатов автоматической обработки ЭКГ и заключения врача в течение 5-60 секунд; Получение и визуализация на дисплее УСК результатов автоматической обработки ЭКГ и заключения врача в
--	--

	течении 5-60 секунд; Сохранение исследований в энергонезависимой памяти с возможностью повторного вызова исследований для просмотра и передачи; Съём ЭКГ в режиме «захват участка»; Альтернативные режимы съёма ЭКГ – 12 стандартных отведений, 4 с конечностей, 12 отведений Кабрера, 3 отведения по Небу; Печать ЭКГ на термопринтере с УСИ; Печать на принтере с ПК; Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление его с сайта производителя. Функциональные возможности программного обеспечения кардиосервер: Автоматическая интерпретация ЭКГ; Автоматический прием ЭКГ от неограниченного числа пользователей; Автоматическое измерение амплитудновременных параметров ЭКГ; Автоматическое формирование ЭКГ заключения по ритму и форме предсердно-желудочковых комплексов в терминах «норма-отклонение от нормы-патология»; Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения; Немедленная передача в УСК результатов автоматической обработки ЭКГ; Ведение электронного архива ЭКГ; Организация неограниченного числа личных кабинетов для каждого врача и пациента; Обеспечение при помощи подключенных к интернету компьютеров санкционированного доступа к результатам автоматической обработки ЭКГ неограниченному числу врачей. Функциональные возможности программного обеспечения рабочего места врача на подключенном к сети Интернет - компьютере Заказчика: Регистрация врачей и пациентов, сохранение ведение базы данных пациентов; Санкционированный доступ неограниченного числа врачей к результатам обработки всех снятых ЭКГ посредством облачного кардиосервера с целью их расшифровки, а также организации многосторонних дистанционных консультаций; Визуализация результатов обработки снятой ЭКГ; Просмотр и измерение элементов ЭКГ в интерактивном режиме на экране монитора; Корректировка компьютерного заключения с сохранением в архиве следа произведенных изменений (формирование врачебного заключения по ЭКГ); Формирования врачом индивидуального словаря шаблонов синдромальных заключений для упрощения (ускорения) процедуры корректировки результатов автоматической интерпретации; Сравнение нескольких ЭКГ одного пациента в динамике; Анализ variability ритмов – наличие; Возможность сохранения ЭКГ в форматах PDF, JPG; Печать графиков ЭКГ в 12 отведениях, типичных кардиоциклов, отведения ритма, значений параметров ЭКГ и заключения врача; Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление. Технические характеристики: Напряжение питания, В – от 2,1 до 3,6; Потребление от внутреннего источника питания 3 В, ВА –0,7; Габаритные размеры корпуса, мм – 72х135х24 ($\pm 10\%$); Масса (с батарейками и отводящими жгутами), кг –0,3($\pm 10\%$); Диагональ дисплея, дюйм 4; Разрешение дисплея, пикс. 800х480; Скорость записи на термопринтере, мм/с 25,50; Ширина бумаги термопринтера, мм 57; Входные цепи комплекса защищены от воздействий импульсов дефибриллятора с энергией разряда до 400 Дж.; Устройство защиты от разряда дефибриллятора
--	---

расположено внутри корпуса; Радиус действия Bluetooth при отсутствии препятствий, м – до 10; Время работы зависит от типа и емкости батарей, минимальное время работы при использовании батарей типа LR6 емкостью 2000mAh составляет 12 часов, или 40024-секундных ЭКГ обследований; Уровень заряда батарей отображается во время регистрации ЭКГ; Время передачи электрокардиограммы из памяти смартфона/планшета на кардиосервер и получения автоматического заключения на дисплей смартфона/планшета, с – от 5 до 90 (зависит от качества мобильной связи); Контроль качества наложения электродов; Электропитание автономное; Индикация ресурса внутренних источников питания. Имеет набор программных фильтров – сетевой наводки, дрейфа, тремора. Пользователь имеет возможность включать и отключать фильтры. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки. Гарантия на термопринтер и планшет - 1 год с даты ввода в эксплуатацию.

3. Транспортный дефибриллятор-монитор

Дефибриллятор, с принадлежностями обеспечивает: Наблюдение за пациентом; Измерение показателей жизнедеятельности; Проведение дефибрилляций у взрослых, детей и новорожденных. Имеются 2 режима дефибрилляции: AED и ручной режим. Функция мониторинга имеет 6 канальный ЭКГ. В режиме AED аппарат осуществляет поддержку пользователя путем автоматизированного анализа ЭКГ, речевых инструкций (настраивается) и включения метронома (настраивается). В случае, если после анализа ЭКГ дефибриллятор рекомендует подачу разряда, пользователь должен запустить дефибрилляционный разряд. В режиме ручного управления пользователь имеет полную свободу действий и принятия решений: Диапазон регулирования энергии разряда дефибриллятора от 1 до 200 Дж.; имеются электроды: corPatch easy для детей (одноразовые самоклеящиеся электроды) – 1 шт.; Многоцветные электроды для дефибрилляции/кардиостимуляции для взрослых (утюжки - проводящая поверхность терапевтических электродов 53 см²) с кабелем – 1 пара. ЭКГ Отведения: 4-полюсный кабель ЭКГ-мониторинга I, II, III, aVR, aVL, aVF, -aVR. Отображение ЧСС 18 /мин - 300 /мин; Обнаружение ЧСС - Арифметическое усреднение последних 8 интервалов R-R, от 30 с до 5 с (от 18 /мин до 300 /мин); Отклонение $\leq \pm 5$ /мин или $\leq \pm 5$ %. Максимальная продолжительность задержки подачи сигнала тревоги, связанного с откреплением ЭКГ-электродов, составляет 30 с ± 3 с. Габаритные размеры аппарата без специальных контейнеров для принадлежностей и мягкого чехла: Высота 17 см, Ширина 26 см, Глубина 7 см. Вес аппарата 2,55 кг (без принадлежностей, с батареей). Вес батареи 250 гр. Габариты со специальными контейнерами для принадлежностей и чехлом: Высота 17 см, Ширина 57 см, Глубина 13 см. Температура окружающей среды для использования аппарата: в диапазоне -20 °C до +55 °C; Относительная влажность, ≤ 95 % (без конденсации). Цветной TFT-дисплей 5,7 дюйма с интерфейсом VGA с разрешением по горизонтали 640 пикселей, по вертикали 480 пикселей с видимой частью экрана: Ширина 11,52 см; Высота 8,64 см. Защита IP55 (пыле-и

брызгозащита). Панель управления имеет брызгозащищенную клавиатуру. Батарея - заменяемая, перезаряжаемая, литий-ионная. Емкость батареи 5,7 А-час при номинальном напряжении 7,4 В, Время зарядки батареи: От 0 % до 80 % около 1,5 ч; От 0 % до 90 % около 2 ч; От 0 % до 100 % около 3 ч. Время работы аппарата: Заводские настройки без режима энергосбережения (autoDim) - 7 ч; Инвертированные заводские настройки, нижний уровень яркости - 9,25 ч; Заводские настройки, активность ЭКГ - 6,75 ч; Заводские настройки, без подключенных принадлежностей - 7,25 ч. Не менее 225 разрядов на один полный заряд батареи с энергией 200 Дж. В комплект поставки входит: Специальный контейнер для закрепления на аппарате кабеля ЭКГ мониторинга; ЭКГ кабель - 1 шт.; Специально разработанное заводом производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съема изделия «одной рукой», с встроенным в крепление разъёмом для зарядки. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки.

4. Транспортный электроотсасыватель Транспортный электроотсасыватель, имеет: Габариты 370x277x146 мм; Вес в сборе 4,7 кг; Объем сборника для аспирата 1000 мл; Специально разработанное заводом производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съема изделия «одной рукой», с встроенным в крепление разъёмом для зарядки; Возможность применения с многоразовыми сборниками, возможность применения с одноразовыми сборниками; Мощность аспирации на входе аппарата (без резервуарной системы) при -0,8 бар 34 л/мин $\pm$ 4л/мин, Мощность аспирации на входе многоразовой резервуарной системы при -0,8бар 30 л/мин $\pm$ 3л/мин; Максимальное разрежение -0,8 бар; Максимальная потребляемая мощность 45 Вт; Электропитание 12 В, постоянный ток; Максимальное потребление энергии 3,8 А; Степень защиты от проникновения твердых посторонних веществ, пыли и вредного воздействия воды IP34D; Диапазон температур эксплуатации от -5°C до + 50°C; Диапазон температур хранения от -40 °C до +70 °C.; Литий-ионный тип аккумулятора; Номинальная емкость аккумулятора 4,3 А/ч; Возможность зарядки от автомобильной сети; Время зарядки аккумулятора - до 80% - 2 ч 40 мин; Энергосберегающий режим работы; Время непрерывной работы на максимальной мощности 60 мин; Уровень шумности <70 дБ; Возможность применения у всех возрастных групп; Возможность применения для аспирации из дыхательных путей; Возможность применения для сдувания вакуумных матрасов; Встроенная ручка для переноски; Контейнер для аспирата, закрепленный на корпусе прибора; Возможность прикрепления к прибору сумки для аксессуаров; Выбор степени разрежения с помощью клавиш с предустановленным значением; Количество дискретных значений разрядки 4; Дискретные значения разрежения: -0,1, -0,2, -0,5, -0,8 бар; Подсветка клавиш выбора разрежения; Отображение уровня заряда аккумулятора с помощью светодиодов; Количество светодиодов уровня заряда 5; Автоматическое отключение при переполнении

	сборника для аспирата; USB-порт для сервисных функций. В комплект поставки входит: Аппарат для аспирации - 1 шт., Многоцветный сборник для аспирата - 1 шт., Контур аспирации - 1 шт., Запасной фильтр - 1 шт., Кабель для подключения к автомобильной сети 12 В - 1 шт., Защитная сумка - 1 шт., Настенное крепление - 1 шт., Зарядное устройство 220 вольт - 1 шт., Плечевой ремень - 1 шт. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки. 5. Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких (контролируемая искусственная вентиляция легких для взрослых и детей с массой тела от 10 кг, ассистируемая искусственная вентиляция легких для взрослых и детей с массой тела от 15 кг), расположенный на транспортной платформе с источником кислорода, с не менее чем двумя входами для рабочего газа для обеспечения непрерывной работы при переключении источников кислорода. Имеет: Комплект системы для ингаляции кислорода (маска и трубка универсальная для взрослых и детей) и одноразовый фильтр для дыхательного контура (для применения у детей и взрослых); Кислородный баллон объемом 2 литра с редуктором и манометром; Платформу для крепления модулей; Наборы масок, Защитную сумку с ремнем; Встроенную аккумуляторную батарею; Специально разработанное заводом-производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съема изделия «одной рукой»; Возможность ассистируемого режима искусственной вентиляции; Возможность регулировки дыхательного объема, частоты, и максимального давления на вдохе; Цветовые коды подсказки, помогающие выбирать параметры ИВЛ у пациентов различных возрастных групп; Стрелки-указатели на корпусе, подсказывающие последовательность действий при выборе параметров ИВЛ; Систему тревог на случай разъединения дыхательного контура, внезапного повышения давления в дыхательном контуре, критического снижения давления в кислородном баллоне, отсутствия спонтанных вдохов у пациента при вспомогательном режиме вентиляции, сбоях системы управления аппаратом. Для обеспечения своей работы аппарат не расходует кислород. Имеет систему экономичности расходования кислорода: при включении подсоса воздуха подаваемая концентрация кислорода составляет от 55% до 85% при дыхательном давлении 10 мбар. Рабочее давление в диапазоне 2,7 - 6,0 бар, минимальное требуемое количество газа 70л/мин O₂, частота дыхания в диапазоне 5-40 мин, минутный объем в диапазоне 3-20 л/мин, объем вдоха в диапазоне 75-4000мл, максимальное дыхательное давление 20-60 мбар, соотношение времени вдоха/выдоха 1:1,67, при ассистируемой искусственной вентиляции легких - 1:1 - 1:2,33 переменного, электропитание осуществляется литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач. Батарея не требует обслуживания во время всего периода эксплуатации. Аппарат имеет: Защиту от воды и пыли IP24;
--	---

	Габариты 465x295x145 мм. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки. 6. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи выполнен из алюминия и имеет: Специально разработанное заводом-производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съема изделия «одной рукой»; Размер 52,6x40x20 см, Передвижные внутренние перегородки; Фиксаторы для орофаренгиальных воздухопроводов и ампульные стойки; вес пустого чемодана 6,7 кг; Систему подачи кислорода (кислородный баллон объемом 2,0 л - 1 шт.; Редуктор с плавной регулировкой потока в диапазоне от 3 до 15 л/мин -1 шт.; Одноразовая трубка для подачи кислорода длиной 180 см -1 шт.; Угловой соединительный штуцер -1 шт.; Ремни для крепления кислородного баллона в количестве 2 шт.); Механический ручной отсос для взрослых и детей, максимальный вакуум 0,75 бар (560 мм рт. ст.), состоящий из одноразового контейнера для аспирата (250 мл) - 1 шт., одноразового адаптера для аспирационного катетера - 1 шт., одноразового аспирационного катетера Fr 28 - 1 шт. и одноразового аспирационного катетера Fr 40 - 1 шт., ручного вакуумного насоса многоразового использования; Маски многоразовые (взрослая, детская, неонатальная) - по 1 шт.; Маска для ингаляции с трубкой - 1 шт.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Гарантия на автомобиль: 36 месяцев или 150 000 километров пробега, что наступит ранее (согласно гарантийной политике завода-производителя). *При передаче автомобиля необходимо провести обучение по использованию медицинского оборудования. Срок гарантийного обслуживания медицинского оборудования составляет 37 месяцев. Год выпуска автомобилей: не ранее 2026 года