

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789995-1
Сатып алудың атауы:	Иммуногематологиялық анализатор үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88139671-3ЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	комплемент жүйесінің белсенділігін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антиденелерді сәйкестендіруге арналған стандартты эритроциттер панельдері: ID-DiaPanel 11 x 4 mL
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2б
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасағаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсатты аймақ: зертханалық диагностика. Функционалдық талаптар: гельдік серология әдісі арқылы жанама антиглобулиндік тестте антиэритроцитарлық антиденелерді идентификациялау үшін. Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар: ID-System гельдік технологиясына арналған стандартты эритроцит реагенттері. Барлық тест-жасуша реагенттері адам текті, 0,8% ($\pm 0,1\%$) буферленген суспензия ортасында ұсынылған. Консерванттар: триметоприм және сульфаметоксазол бактерияға қарсы заттары. Жеткізілімге қойылатын талаптар: ID-DiaPanel — 11 флакон, әрқайсысы 4 мл. Пайдалануға қойылатын талаптар: Сақтау температурасы: +2...+8 °C. Қолдану орны: IH-500 иммуногематологиялық анализаторы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789995-1
Наименование закупки:	Закуп расходных материалов на иммуногематологического анализатор
Номер лота:	№ 88139671-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного определения активности системы комплемента
Дополнительное описание лота:	Стандартные панели эритроцитов для идентификации антител: ID-DiaPanel 11 x 4 mL
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аль-Фараби, 2б
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Область назначения: лабораторная диагностика. Требование к функциональности: для идентификации антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом гелевой серологии. Требования к техническим характеристикам: Реагенты стандартных эритроцитов для гелевой технологии ID-SystemВсе реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% ($\pm$ 0,1%). Консерванты: антибактериальные средства триметоприм и сульфаметоксазол. Требования к комплектации: ID-DiaPanel - 11 флаконов по 4 мл. Требования к эксплуатационным характеристикам: Температура хранения +2 - +8°C. на иммуногематологический анализатор IH 500