

**Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тендер №:</b>     | № 17761759-1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Тендер атауы:</b> | ПТР-зонд (ЭСБ) сатып алу                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың №:</b>     | № 87924492-3ЦПнеГ32                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Лоттың атауы:</b> | Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық |

ПТР РВ ПТР үшін оң бақылауға арналған (K+) 10µg 200Е қоздырғыш-кешелік энцефалит (КЭ) және векторлық плазмид кДНК фрагменттерін детекциялауға арналған ПТР зонды

Бірізділік

Зонд: FAM-AGGYGKCYTGTGAGGC-BHQ1

F: GGCAGCATTGTGACCTGTGT

R: CGTGTCCSTGTGGCTTTCTTTT

Оң бақылау (плазмидті енгізу):

GGCAGCATTGACCTGTCAAGGCGTCGTCTGTGAGGCAAAAAAAGCACAGG ACACG

Кірістіру өлшемі K+: 61 п.н.

Праймерлер мен зондтар лиофилизирленген (құрғақ) түрде 20 ОЕ берілсін. ДНК-матрица (плазмида) 10 мкг/мкл концентрациясында берілсін. Векторлық плазмидті жинаудың дұрыстығын Сенгер бойынша секвенирлеу әдісімен міндетті растау (жеткізу кезінде паспортты ұсына отырып).

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к  
тендерной документации**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>№ Тендера:</b>            | № 17761759-1                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Наименование Тендера:</b> | приобретение ПЦР-зонд (СЭБ)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>№ лота:</b>               | № 87924492-3ЦПнеГ32                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Наименование лота:</b>    | Пасты для лепки; воск зубоврачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки |

ПЦР зонд для детекции фрагментов кДНК возбудителя -клещевого энцефалита (КЭ) 20ОЕ и векторная плазида для положительного контроля (К+) 10µg для ПЦР РВ

Последовательность

Зонд: FAM-AGGYGKCYTGTGAGGC-BHQ1

F: GGCAGCATTTGTGACCTGTGT

R: CGTGTCCSTGTGGCTTTCTTTT

Положительный контроль (вставка плазмиды):

GGCAGCATTTGTGACCTGTGTCAAGGCGTCTTGTGAGGCAAAAAGAAAGCCACAGGACACG

Размер вставки К+: 61 п.н.

Праймеры и зонды предоставить в лиофилизированном (сухом) виде 20 ОЕ. ДНК-матрицу (плазмиду) предоставить в концентрации 10 мкг/мкл. Обязательное подтверждение правильности сборки векторной плазмиды методом секвенирования по Сенгеру (с предоставлением паспорта при поставке).