

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17821635-1
Сатып алудың атауы:	Karl Storz тіреуіне арналған құрамдас бөліктерді сатып алу (медициналық жабдықтарға арналған құрамдас бөліктер, сондықтан бағасы 5% ҚҚС-сыз көрсетілген)
Лоттың нөмірі:	№ 82865733-3ЦП2
Лоттың атауы:	Бейнеэндоскопиялық кешен
Лоттың сипаттауы:	урологияға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылыту және түтін шығару функциясы және керек жарақтары бар инсуффлятор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Протозанов көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылыту және түтін шығару функциясы және жабдықты қайта жабдықтауға арналған керек - жарақтары бар инсуффлятор-KARL STORZ тіректері. Жиынтыққа кіреді: · Эндоскопиялық сорғы, · Инсуффляциялық түтіктер, · Бір рет пайдаланылатын сүзгілер, · Төмен қысымды шланг. 1. Эндоскопиялық сорғы лапароскопиялық операциялар кезінде көмірқышқыл газын (CO₂) іш қуысына айдауға, іш қуысындағы көмірқышқыл газының (CO₂) қысымын автоматты түрде ұстап тұруға, сондай-ақ берілетін газды жылытуға және операциялық аймақты хирургиялық түтіннен тазартуға арналған. SCB модулі бар жиынтық - кемінде 40 SCB Қоректендіру кернеуі 100-240 VAC, 50/60 Гц. Сорғы мыналардан тұрады: - о медициналық электрондық CO₂-инсуффлятор, лапароскопиялық, торакокопиялық және эндоскопиялық араласулар кезінде пневмоперитонеумді немесе қуыстарды қалыптастыруға және ұстап тұруға арналған, - о SCB жалғау кабелі, ұзындығы кемінде 100 см, - о кілт, - о сүзгісі бар түтіктер жиынтығы (стерильді, бір рет пайдаланылатын) - қаптамада кемінде 5 дана. Минималды ұсталатын қуышшілік қысым мәні - кемінде 1 мм сын. бағ. Максималды ұсталатын қуышшілік қысым мәні - 30 мм сын. бағ. аспайды. Газ беру жылдамдығының (шығынының) минималды мәні - 1 л/мин аспайды. Газ беру жылдамдығының (шығынының) максималды мәні - кемінде 40 л/мин. Орташа тұтынылатын қуат - 230 Вт аспайды. Кіріс қысымы - 100 бардан аспайды. Габариттік өлшемдері (Е × Б × Т) - 305 мм × 164 мм × 315 мм-ден аспайды. Салмағы - 7,8 кг-нан аспайды. Сенсорлық түсті экран және қысым мен газ шығынына шектеу қойылған педиатрияға арналған жұмсақ режим бар. Сондай-ақ 40 л/мин дейінгі жоғары ағынды жоғары өнімділік режимі және іш қуысы қысымын тұрақты бақылаудың кіріктірілген автоматты қауіпсіздік жүйесі бар, артық қысым автоматты түрде шығарылады. Көрнекі және дыбыстық ескерту дабылы бар. Іш қуысы қысымының нақты көрсеткішінің цифрлық индикациясы бар. Газдың нақты шығынының л/мин көрсеткіші бар. 2. Инсуффляциялық түтіктер стерильдеуге болатын, көп рет пайдаланылатын, ұзындығы кемінде 2,5 м, ID 9 мм, Endoflator 40 UI400 немесе Endoflator 50 UI500 құрылғыларымен пайдалануға арналған. Түтіктің ұзындығы, метр - кемінде 2,5. Түтіктің ішкі диаметрі - кемінде 9 мм. Максималды ағын - кемінде 50 л/мин. 3. Газ ағынының жылдамдығы 50 л/мин дейінгі инсуффляциялық құрылғылармен пайдалануға арналған сүзгі. Инсуффляциялық құрылғылармен пайдалануға арналған бір рет пайдаланылатын газ сүзгісі, CO₂ сүзуге арналған, қосылу түрі - ISO, екі жағынан да гидрофобты. Сүзгі материалы - шыныталшықтан жасалған гофрленген мембрана. Сүзгінің беткі ауданы - кемінде 320 см². Сүзгінің ішкі көлемі - кемінде 42 мл. Газ берудің максималды жылдамдығы - кемінде 50 л/мин.

	Қаптамасы – кемінде 25 дана/қаптама. Сүзгі бактериялық, стерильді. Вирустарды/бактерияларды сүзу тиімділігі – кемінде 99,995%. 4. Орталық газ тарату жүйесіне арналған төмен қысымды шланг, 6 м. Ұзындығы – кемінде 6 м, газ беру жүйесіне қосылу жалғағышы – CO₂ үшін бұрыштық штекер, мақсаты – CO₂ беру көзін инсуффляторға қосу. МЕМСТ қарастырылмаған. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаулары жоқ, өндіруші көздеген функционалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге және медициналық жабдықтың тиісті түрлерімен үйлесімді болуға тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай (кепілдік талонын ұсыну қажет). Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн. Жеткізу орны: Өскемен қаласы, Протозанов көшесі, 7.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17821635-1
Наименование закупки:	Приобретение комплектующих для стойки Karl Storz (комплектующие к медицинскому оборудованию, поэтому цена указана без НДС 5%)
Номер лота:	№ 82865733-3ЦП2
Наименование лота:	Комплекс видеоэндоскопический
Описание лота:	для урологии
Дополнительное описание лота:	Инсуффлятор с функцией обогрева и дымоудаления и аксессуарами
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Протозанова, 7
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Инсуффлятор с функцией обогрева и дымоудаления и аксессуарами для дооснащения оборудования - стойки KARL STORZ. В комплект входит: • Насос эндоскопический, • Инсуффляционные трубки, • Одноразовые фильтры, • Шланг низкого давления. 1. Насос эндоскопический предназначен для нагнетания, автоматического поддержания давления углекислого газа (CO₂) в брюшной полости, а также для подогрева подаваемого газа и очищения операционного поля от хирургического дыма во время лапароскопических операций. Комплект с SCB модулем - не менее 40 SCB питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz. Насос состоит из: - о медицинский электронный CO₂-инсуффлятор, предназначенный для создания и поддержания пневмоперитонеума или полостей при лапароскопических, торакокопических и эндоскопических вмешательства, - о SCB соединительный кабель, длина не менее 100 см, - о ключ, - о набор трубок с фильтром (стерильный, одноразовый)- не менее 5 шт в упаковке. Минимальное значение поддерживаемого внутриполостного давления - не менее 1 мм рт. ст. Максимальное значение поддерживаемого внутриполостного давления - не более 30 мм рт. ст. Минимальное значение скорости подачи (расход) газа - не более 1 л/мин. Максимальное значение скорости подачи (расход) газа - не менее 40 л/мин. Средняя потребляемая мощность - не более 230 Вт. Входное давление - не более 100 Бар. Габариты (Ш x В x Г) - не более 305мм x 164мм x 315 мм. Вес - не более 7,8 кг. Имеется сенсорный цветной экран и деликатный режим для педиатрии с ограничением по давлению и расходу газа. А также есть высокопроизводительный режим с высоким потоком до 40 л/мин и встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается. Визуальная и акустическая предупредительная сигнализация. Цифровая индикация фактического показателя интра-абдоминального давления. Индикация фактического расхода газа л/мин. 2. Инсуффляционные трубки, стерилизуемые, многоразовые, длина не менее 2.5 м ID 9 мм, для использования с Endoflator 40 UI400 or Endoflator 50 UI500. Длина трубки метров - не менее 2,5. Внутренний диаметр трубки - не менее 9 мм. Максимальный поток - не менее 50 л/мин. 3. Фильтр, для использования с инсуффляционными приборами со скоростью потока газа до 50 л/мин. Фильтр, газовый, одноразовый для использования с инсуффляционными приборами, для фильтрации CO₂, тип подсоединения - ISO, гидрофобный с обеих сторон. Материал фильтра - гофрированная мембрана из стекловолокна. Площадь поверхности фильтра - не менее 320 см². Внутренний объем фильтра - не менее 42 мл.

	Максимальная скорость подачи газа - не менее 50 л/мин. Упаковка - не менее 25 шт./уп. Фильтр бактериальный, стерильный. Эффективность фильтрации от вирусов/бактерий - не менее 99,995%. 4. Шланг низкого давления, для центральной разводки 6 м длина - не менее 6 м., разъём к системе подачи газа - угловой штекер для CO₂, назначение - подключение источника подачи CO₂ к инсuffлятору. ГОСТ не предусмотрен. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренную производителями функциональность быть совместим с видами медицинского оборудования. Гарантийный срок: 12 месяцев (предоставить гарантийный талон). Срок поставки: 15 календарных дней по заявке заказчика. Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул Протожанова 7.
--	---