

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16748584-1
Сатып алудың атауы:	Тайыншинская ММБ ПВХ бойынша КГП үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86303552-3ЦП1
Лоттың атауы :	Биохимиялық талдаушы
Лоттың сипаттауы:	мамандандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Транскутанный билирубинометр
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596020100, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ. 151000, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшем диапазоны, мкмоль/л - 0-340 Өлшеу диапазоны, мг/дл - 0-20 Толық зарядталған батареядағы өлшемдер саны - 100 Батареяны зарядтау уақыты, сағ - 4 Функциялар Нәтижелер журналын жазу, Әрбір сынақ үшін таңдалатын өлшемдер саны (1, 2 немесе 3), Калибрлеуді тексеру жиіліктері, Пайдаланушы таңдайтын сәйкестендіру деректері (Идентификатор) (пациенттер үшін 2 идентификатор және медбикелер үшін 1 ID), Нәтижелерді жүктеп салу үшін USB кабелі арқылы компьютерге қосылу, Нәтижелерді көру үшін компьютер жадына жүктеу үшін USB кабелі арқылы компьютерге қосылу және өлшеу нәтижелерін көруге арналған арнайы бағдарламалық құрал деп аталатын пациент BiliCare Viewer Жұмыс температурасы, °C - 0-40 Сақтау температурасы, °C - -10...+65 Салыстырмалы сақтау ылғалдылығы, % - 30-85 Пакет мазмұны 1 портативті құрылғы, 1 зарядтау тірегі, төрт адаптері бар 1 қуат көзі, 3 калибрлеуді тексеру қосымшасы, бағдарламалық құрал бар CD, USB қосылым кабелі. Қосымша ақпарат BiliCare - нәрестенің құлағын өлшеу орны ретінде пайдалана отырып, жаңа туған нәрестелердегі билирубин деңгейін инвазивті емес өлшеуге арналған медициналық құрал. Ол жаңа туған нәрестелердегі тері астындағы тіндердің сарғаю дәрежесін өлшеуге арналған.сарысудағы билирубин деңгейін көрсететін өлшенген деректердің дисплейі бар нәрестелер. Бұл құрылғы жаңа туған нәрестелерде гипербилирубинемияның ықтимал дамуын бақылауда клиникаға көмектесу үшін медициналық/арнайы оқытылған персоналдың пайдалануына арналған. Штрих-кодты анықтау: штрих-код оқу құралы, іске қосылған кезде реагенттер мен үлгілер үшін штрих-кодты автоматты сканерлеу.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16748584-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для КГП на ПХВ Тайыншинская ММБ
Номер лота:	№ 86303552-3ЦП1
Наименование лота:	Анализатор биохимический
Описание лота:	специализированный
Дополнительное описание лота:	Транскутанный билирубинометр
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596020100, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша 151000, Северо-Казахстанская область, город Тайынша, ул. Крыжановского, 72
Срок поставки:	15 дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диапазон измерений, мкмоль/л - 0-340 Диапазон измерений, мг/дл - 0-20 Количество измерений на полностью заряженную батарею - 100 Время подзарядки аккумуляторной батареи, ч - 4 Функции Запись истории результатов, Функция выбора количества измерений (1, 2 или 3) на каждый тест, Частоты калибровочных проверок выбора идентификационных данных (ID), вводимых пользователем (2 ID для пациентов и 1 ID для медсестры), Подключение к ПК при помощи кабеля USB для выгрузки результатов, Подключение к ПК при помощи кабеля USB для выгрузки результатов в память компьютера для просмотра и анализа результатов измерений для данного пациента с комплектом специализированного программного обеспечения под названием BiliCare Viewer Рабочая температура, °С - 0-40 Температура хранения, °С - -10...+65 Относительная влажность хранения, % - 30-85 Комплектация портативный прибор 1 шт., зарядный стенд 1 шт., источник электропитания с четырьмя адаптерами 1 шт., насадка для проверки калибровки 3 шт., CD диск с программным обеспечением, соединительный кабель с разъемом USB. Дополнительная информация BiliCare является медицинским инструментом для неинвазивного измерения уровней билирубина у новорожденных, используя ухо младенца как участок измерения. Он предназначен для измерения степени желтизны подкожных тканей у новорожденных детей с представлением на индикаторе данных измерения, которые, как это было доказано, свидетельствуют об уровне билирубина в сыворотке крови. Данное устройство предназначено для его использования медицинским / специально обученным персоналом для оказания помощи врачам-клиницистам в части мониторинга состояния новорожденных на предмет возможного развития у них гипербилирубинемии. Идентификация штрих-кода: считыватель штрих-кодов, автоматическое сканирование штрих-кода для реагентов и образцов при запуске
--	--