

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790976-1
Сатып алудың атауы:	Медицианлық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88023825-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тонометр
Лоттың сипаттауы:	инвазиялық емес, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Асқаров көшесі 47
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Коротков тондары әдісімен жоғары дәлдіктегі қан қысымын өлшеуге арналған классикалық құрал. Жиынтық: металл немесе берік пластик корпустағы Танометр, иық манжеті (стандартты өлшемі 22-32 см немесе 25-40 см), металл бекітетін сақинасы бар, инелі ауа клапаны бар супер зарядтағыш (алмұрт), стетоскоп.Өлшеу диапазоны: 0-ден 300 мм сын.бағ. өлшеу қателігі: ±3 мм сын.бағ. артық емес. ст. Тексеру: клиникалық қолдануға арналған аспаптың дәлдігін растайтын метрологиялық мөртабанның/тексеру туралы сертификаттың міндетті түрде болуы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790976-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 88023825-ЗЦП1
Наименование лота:	Тонометр
Описание лота:	неинвазивный, ручной
Дополнительное описание лота:	тонометр механический с поверкой
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Улица Аскарова 47
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Классический прибор для высокоточного измерения артериального давления методом тонов Короткова. Комплектация: Танометр в металлическом или прочном пластиковом корпусе, манжета на плечо (стандартный размер 22-32 см или 25-40 см) с металлическим фиксирующим кольцом, нагнетатель (груша) с игольчатым воздушным клапаном, стетоскоп. Диапазон измерений: От 0 до 300 мм рт. ст. Погрешность измерения: не более ± 3 мм рт. ст. Поверка: Обязательное наличие метрологического штампа/сертификата о поверке, подтверждающего точность прибора для клинического применения.