

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17101895-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86490637-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Анемометр
Лоттың сипаттауы:	айналмалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Анемометр (ауа ағынының жылдамдығын өлшегіш). Ауа ағынының жылдамдығын өлшеу диапазоны 0,3-тен 45 м/с-қа дейін. Дизайн компам, портативті. Қашықтағы сенсордың (дөңгелектің) болуы міндетті болып табылады. Дисплей шамының болуы міндетті болып табылады. Мақсаты: желдету, кондиционерлеу жүйелерінде, сондай-ақ технологиялық және тұрмыстық жағдайларда ауа ағынының жылдамдығын өлшеу. Көрсеткіш — сандық. Қуат-кіріктірілген батареядан. МЕМСТ 8.395-80

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17101895-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 86490637-ЗЦП1
Наименование лота:	Анемометр
Описание лота:	вращающийся
Дополнительное описание лота:	Анемометр 0,3–45 м/с. Компактный, с выносной крыльчаткой, подсветка.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Анемометр (измеритель скорости воздушного потока). Диапазон измерения скорости воздушного потока — от 0,3 до 45 м/с. Тип измерительного элемента — крыльчатка (лопастной датчик), выносного исполнения. Конструкция — компактная, портативная. Наличие выносного датчика (крыльчатки) — обязательно. Наличие подсветки дисплея — обязательно. Назначение: измерение скорости воздушного потока в системах вентиляции, кондиционирования, а также в технологических и бытовых условиях. Индикация — цифровая. Питание — от встроенного аккумулятора. ГОСТ 8.395-80