

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782069-1
Сатып алудың атауы:	Манометрді сатып алу. (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87898452-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	дірілге төзімді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Манометр 100 мм G1/2
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Жамбыл атындағы көшесі, 173
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Деформациялық манометр (жылу алмастырғыш үшін). МЕМСТ 2405-88 сәйкес. Техникалық және функционалдық сипаттамалары: Аспаптың түрі: Деформациялық. Манометр түрі: Аналогтық (көрсететін). Жұмыс принципі: Гидравликалық. Өлшеу диапазоны: 0-ден 16 бар (0-1,6 МПа). Қосылым түрі: Радиалды. Қосылу өлшемі: 1/2 дюйм (G 1/2 немесе M20x1.5). Өлшенетін ортаның жұмыс температурасы: +150 °С дейін (аспаптың ыстыққа төзімді орындалуы немесе механизмді +150 °С дейінгі температурадан қорғау үшін сифонды/ілмекті салқындату түтігімен жиынтықта жеткізу). Дәлдік сыныбы: 1.5 (немесе 1.0) төмен емес. 4, Сапаға, метрологияға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген және ақаулары жоқ болуы тиіс. Аспап Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі тиіс. Жеткізілетін тауардың бастапқы салыстырып тексеру туралы белгісі бар қолданыстағы сертификаты немесе паспорты (немесе салыстырып тексеру сертификаты) болуы тиіс. Тауар Тапсырыс берушімен келісілсін (Никита 87711066313)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782069-1
Наименование закупки:	Приобретение манометра. (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 87898452-ЗЦП2
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	виброустойчивый
Дополнительное описание лота:	Манометр 100 мм G1/2
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица имени Жамбыла, 173
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Манометр деформационный (для теплообменника). В соответствии с ГОСТ 2405-88. Технические и функциональные характеристики: Вид прибора: Деформационный. Тип манометра: Аналоговый (показывающий). Принцип работы: Гидравлический. Диапазон измерений: от 0 до 16 бар (0-1,6 МПа). Тип подключения: Радиальное. Присоединительный размер: 1/2 дюйма (G 1/2 или M20x1.5). Рабочая температура измеряемой среды: до +150 °С (термостойкое исполнение прибора либо поставка в комплекте с сифонной/петлевой охлаждающей трубкой для защиты механизма от температуры до +150 °С). Класс точности: не ниже 1.5 (или 1.0). 4. Требования к качеству, метрологии и безопасности: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не имеющим дефектов. Прибор должен быть внесен в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК). Поставляемый товар должен иметь действующий сертификат или паспорт с отметкой о первичной поверке (или сертификат поверки). Товар согласовать с Заказчиком (87711066313 Никита)