Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17970005-1
Сатып алудың атауы:	медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88697840-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Төсек
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көп функциялы медициналық кереует
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194083100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек а. Абая 1 А
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: Көп функциялы медициналық кереует Саны: 30 (отыз) дана. 1. Тауардың мақсаты Көп функциялы медициналық кереует ересек пациенттерді медициналық ұйымдар жағдайында орналастыруға, емдеу, медициналық бақылау, күтім жасау және емдеу-профилактикалық іс-шараларын жүргізу кезінде пациентке қолайлы жағдай жасауға арналған. Кереует пациент денесінің қалпын өзгерту, медициналық рәсімдерді ыңғайлы жүргізу, сондай-ақ кереуетті медициналық мекеме ішінде қауіпсіз жылжыту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 2. Негізгі техникалық және функционалдық сипаттамалары 2.1. Жалпы сипаттамалары: • Бұйымның түрі: ересек пациенттерге арналған көп функциялы медициналық кереует. • Орындалуы: жылжыту мүмкіндігі бар стационарлық медициналық кереует. • Реттеу жетегі: қолмен басқарылатын механикалық жетек (иінді тұтқалар арқылы). • Реттелетін функциялар саны: кемінде 3. • Кереуеттің конструкциясы пайдалану кезінде орнықтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуі тиіс. • Кереуеттің қаңқасы жоғары берікті металл профильден жасалуы тиіс. • Металл элементтер медициналық дезинфекциялау құралдарымен жүйелі өңдеуге төзімді, коррозияға қарсы қорғаныш жабынмен қапталуы тиіс. 2.2. Пациенттің дене қалпын реттеу: Кереует төмендегі реттеу мүмкіндіктерін қамтамасыз етуі тиіс: 1. Арқа секциясының көлбеу бұрышын кемінде 0°-тан 70°-қа дейін реттеу. 2. Аяқ (сан) секциясының көлбеу бұрышын кемінде 0°-тан 35°-қа дейін реттеу. 3. Механикалық жетек немесе конструкцияда көзделген өзге механизм арқылы кереуеттің жалпы биіктігін реттеу. Реттеу кенет қозғалыстарсыз және өздігінен қалпының өзгеруінсіз, бірқалыпты жүзеге асырылуы тиіс. 2.3. Кереует төсеніші: • Кереует төсеніші кемінде 4 функционалдық секциядан тұруы тиіс. • Төсек негізі металл элементтерден жасалуы тиіс. • Конструкция реттелетін секциялардың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. • Төсек беті жүйелі санитариялық өңдеуге төзімді болуы тиіс. • Төсек өлшемдері: ұзындығы кемінде 1900 мм, ені кемінде 800 мм. • Кереуеттің рұқсат етілетін жүктемесі: кемінде 180 кг. 2.4. Габариттік өлшемдері: • Кереуеттің жалпы ұзындығы: кемінде 2000 мм және 2200 мм-ден аспауы тиіс. • Кереуеттің жалпы ені: кемінде 900 мм және 1100 мм-ден аспауы тиіс. • Төсек биіктігі пациентті орналастыруға және оған күтім жасауға қолайлы болуы тиіс. • Өлшемдері медициналық ұйымның стандартты палаталарында кереуетті орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 3. Конструкциялық элементтері және жиынтықталуы Кереует төмендегі элементтермен жиынтықталуы тиіс: 1. Коррозияға қарсы жабыны бар металл қаңқа. 2. Реттелетін көп секциялы төсек негізі.

3. Соққыға төзімді пластиктен немесе өзге де берік материалдан жасалған алынбалы бас және аяқ жақ панельдері (арқалықтары).
4. Пациенттің кездейсоқ құлап кетуінен қорғауды қамтамасыз ететін кереуеттің екі жағындағы бүйірлік қоршаулар.
5. Секциялардың орналасуын реттеуге арналған механикалық жетектер.
6. Кемінде 4 дана дөңгелекті тірек.
7. Дөңгелектерді орталықтандырылған немесе жеке тежегіштер арқылы бекіту жүйесі.
8. Инфузиялық штатив орнатуға арналған құрылғылар.
9. Биіктігі реттелетін және инфузиялық ыдыстарды ілуге арналған ілгектері бар инфузиялық штатив.
10. Қабырғалармен және жабдықтармен соқтығысқан кезде зақымдануды болдырмауға арналған кереует бұрыштарындағы қорғаныш элементтері (бамперлер).
Барлық конструкциялық элементтер сенімді бекітілуі және бұйымды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
4. Материалдар мен дайындау сапасына қойылатын талаптар
• Металл бөлшектер механикалық жүктемелерге төзімді берік материалдардан жасалуы тиіс.
• Металл элементтердің жабыны тегіс, кетіксіз, жарықшақсыз және тот іздерінсіз болуы тиіс.
• Пластик элементтер соққыға төзімді және дезинфекциялау құралдарының әсеріне тұрақты болуы тиіс.
• Кереует конструкциясында пациентке немесе медициналық персоналға жарақат келтіруі мүмкін өткір жиектер, қылаулар және шығыңқы элементтер болмауы тиіс.
• Барлық реттеу механизмдері дұрыс жұмыс істеп, белгіленген қалыпты сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс.
• Дөңгелекті тіректер кереуеттің еркін қозғалуын және тежегіштер арқылы сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс.
5. Қауіпсіздік және санитариялық өңдеу талаптары
• Кереует осы мақсаттағы медициналық бұйымдарға қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
• Материалдар мен беттер медициналық ұйымдарда пайдалануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, жүйелі санитариялық өңдеуге жарамды болуы тиіс.
• Конструкция реттелетін секциялардың өздігінен жиналу немесе қалпының өзгеру мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
• Бүйірлік қоршаулар жұмыс жағдайында сенімді бекітілуі тиіс.
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық талаптары сақталған жағдайда бұйым пациент пен медициналық персонал үшін қауіпсіз болуы тиіс.
6. Жеткізілім жиынтығы
Әрбір кереуеттің жеткізілім жиынтығына төмендегілер кіруі тиіс:
• Көп функциялы медициналық кереует – 1 дана.
• Инфузиялық штатив – 1 дана.
• Бүйірлік қорғаныш қоршаулар жиынтығы – 1 жиынтық.
• Бұйымның паспорты – 1 дана.
• Пайдалану жөніндегі орыс тіліндегі нұсқаулық – 1 дана.
• Кепілдік құжаттары – 1 жиынтық.
7. Құжаттамаға қойылатын талаптар
Жеткізуші төмендегі құжаттарды ұсынуға міндетті:
• Қазақстан Республикасының заңнамасында және ЕАЭО аумағында медициналық бұйымдардың айналымын реттейтін қолданыстағы қағидаларда көзделген талаптарға сәйкес медициналық бұйымның тіркелгенін растайтын құжат.
• Өндірушінің паспорты немесе техникалық құжаттамасы.
• Орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
• Кепілдік міндеттемелерін растайтын құжаттар.
8. Кепілдік міндеттемелері
• Пайдалану кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.
• Кепілдік мерзімі ішінде анықталған өндірістік ақауларды жеткізуші өз есебінен жоюға міндетті.
• Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қолданыста болмаған болуы тиіс.
9. Жеткізуге қойылатын талаптар
• Саны: 30 (отыз) дана.
• Тауар толық жиынтықта жеткізілуі тиіс.
• Тауар тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
• Жеткізуші тауарды жеткізу орнына дейін тасымалдауды, түсіруді және тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етуге міндетті.
• Тауарды қабылдау кезінде оның жиынтықтылығы, сыртқы жай-күйі және реттеу механизмдерінің жұмысқа жарамдылығы тексеріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17970005-1
Наименование закупки:	приобретение изделий медицинского назначения и медицинской техники
Номер лота:	№ 88697840-ЗЦП1
Наименование лота:	Кровать
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Кровать медицинская многофункциональная
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194083100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек Абая 1 А
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Кровать медицинская многофункциональная Количество: 30 (тридцать) штук. 1. Назначение товара Кровать медицинская многофункциональная предназначена для размещения взрослых пациентов в условиях медицинских организаций, обеспечения комфортного положения пациента во время лечения, медицинского наблюдения, ухода и проведения лечебно-профилактических мероприятий. Кровать должна обеспечивать возможность изменения положения тела пациента, удобство проведения медицинских процедур, а также безопасное перемещение кровати внутри медицинского учреждения. 2. Основные технические и функциональные характеристики 2.1. Общие характеристики: • Тип изделия: кровать медицинская многофункциональная для взрослых пациентов. • Исполнение: стационарная медицинская кровать с возможностью перемещения. • Привод регулировки: механический, посредством ручных приводов (кривошипов). • Количество регулируемых функций: не менее 3. • Конструкция кровати должна обеспечивать устойчивость и безопасность при эксплуатации. • Каркас кровати должен быть изготовлен из высокопрочного металлического профиля. • Металлические элементы должны иметь защитное антикоррозионное покрытие, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. 2.2. Регулировка положения пациента: Кровать должна обеспечивать следующие регулировки: 1. Регулировка положения спинной секции с изменением угла наклона не менее чем от 0° до 70°. 2. Регулировка положения ножной (бедренной) секции с изменением угла наклона не менее чем от 0° до 35°. 3. Регулировка общей высоты кровати посредством механического привода либо иного предусмотренного конструкцией механизма. Регулировка должна осуществляться плавно, без резких рывков и самопроизвольного изменения положения секций. 2.3. Ложе кровати: • Ложе должно состоять не менее чем из 4 функциональных секций. • Основание ложа должно быть выполнено из металлических элементов. • Конструкция должна обеспечивать надежную фиксацию регулируемых секций. • Поверхность ложа должна быть устойчивой к регулярной санитарной обработке. • Размер ложа: длина не менее 1900 мм, ширина не менее 800 мм. • Допустимая нагрузка на кровать: не менее 180 кг. 2.4. Габаритные размеры: • Общая длина кровати: не менее 2000 мм и не более 2200 мм. • Общая ширина кровати: не менее 900 мм и не более 1100 мм. • Высота ложа: должна обеспечивать удобное размещение и обслуживание пациента. • Размеры должны обеспечивать возможность размещения кровати в стандартных палатах медицинской организации.

3. Конструктивные элементы и комплектация
Кровать должна комплектоваться следующими элементами:
1. Металлический каркас с антикоррозионным покрытием.
2. Регулируемое многосекционное ложе.
3. Съёмные головная и ножная панели (спинки), изготовленные из ударопрочного пластика либо другого прочного материала.
4. Боковые защитные ограждения с обеих сторон кровати, обеспечивающие защиту пациента от случайного падения.
5. Механические приводы регулировки положения секций.
6. Колёсные опоры не менее 4 штук.
7. Центральная или индивидуальная система фиксации колёс тормозами.
8. Устройства для установки инфузионной стойки.
9. Инфузионная стойка с регулируемой высотой и крючками для подвешивания инфузионных ёмкостей.
10. Защитные элементы (бамперы) на углах кровати для предотвращения повреждений при столкновении со стенами и оборудованием.
Все конструктивные элементы должны быть надёжно закреплены и обеспечивать безопасную эксплуатацию изделия.
4. Требования к материалам и качеству изготовления
• Металлические части должны быть изготовлены из прочных материалов, устойчивых к механическим нагрузкам.
• Покрытие металлических элементов должно быть гладким, без сколов, трещин и следов коррозии.
• Пластиковые элементы должны быть ударопрочными, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих средств.
• Конструкция кровати не должна иметь острых кромок, заусенцев и выступающих элементов, способных причинить травму пациенту или медицинскому персоналу.
• Все механизмы регулировки должны работать исправно и обеспечивать надёжную фиксацию установленного положения.
• Колёсные опоры должны обеспечивать свободное перемещение кровати и надёжную фиксацию при помощи тормозов.
5. Требования безопасности и санитарной обработки
• Кровать должна соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к медицинским изделиям данного назначения.
• Материалы и поверхности должны допускать регулярную санитарную обработку с применением дезинфицирующих средств, разрешённых к использованию в медицинских организациях.
• Конструкция должна исключать возможность самопроизвольного складывания или изменения положения регулируемых секций.
• Боковые ограждения должны надёжно фиксироваться в рабочем положении.
• Изделие должно быть безопасным для пациента и медицинского персонала при соблюдении инструкции по эксплуатации.
6. Комплект поставки
В комплект поставки каждой кровати должны входить:
• Кровать медицинская многофункциональная — 1 шт.
• Инфузионная стойка — 1 шт.
• Комплект боковых защитных ограждений — 1 комплект.
• Паспорт изделия — 1 шт.
• Инструкция по эксплуатации на русском языке — 1 шт.
• Гарантийные документы — 1 комплект.
7. Требования к документации
Поставщик обязан предоставить:
• Документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и применимыми правилами обращения медицинских изделий на территории ЕАЭС.
• Паспорт или техническую документацию производителя.
• Инструкцию по эксплуатации на русском языке.
• Документы, подтверждающие гарантийные обязательства.
8. Гарантийные обязательства
• Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
• В течение гарантийного срока поставщик обязан устранять выявленные производственные дефекты за свой счёт.
• Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации.
9. Требования к поставке
• Количество: 30 (тридцать) штук.
• Поставка должна осуществляться в полной комплектации.
• Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке.
• Поставщик обязан обеспечить доставку товара до места поставки, разгрузку и передачу заказчику.

	• При передаче товара проводится проверка комплектности, внешнего состояния и работоспособности механизмов регулировки.