

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768074-1
Сатып алудың атауы:	Анестезия және тыныс алу аппараттарына арналған оттегі сенсоры
Лоттың нөмірі:	№ 88096704-ОИЗ
Лоттың атауы:	Оттегі концентрациясының сездіргісі
Лоттың сипаттауы:	наркоз-тыныс алу аппаратына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Анестезия және тыныс алу аппараттарына арналған оттегі сенсоры
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы Санаторная 22
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Mindray A5 құрылғысына оттегі сенсоры. - Өлшеу диапазоны 0 mBar-1500 МВА O2g;- 210 мбар O2 үшін 9 мВ-13 мВ шығу;- Жұмыс температурасының диапазоны- -20-+50 гр. С;- Конденсациясыз 0-99% салыстырмалы ылғалдылық диапазоны;- Жауап беру уақыты (T90) 12 с-тан аз (air to 00% O2). Кепілдік мерзімі-кемінде 12 ай. Өнім беруші тауарға тапсырыс берушіге сапа сәйкестігі сертификатын ұсынуы керек. Қойманың жұмыс уақыты дүйсенбі-жұма сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін. Тапсырыс беруші тарапынан тасымалдаушылар берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768074-1
Наименование закупки:	Датчик кислорода для наркозно-дыхательного аппарата
Номер лота:	№ 88096704-ОИЗ
Наименование лота:	Датчик концентрации кислорода
Описание лота:	для наркозно-дыхательного аппарата
Дополнительное описание лота:	Датчик кислорода для наркозно-дыхательного аппарата
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан Санаторная 22
Срок поставки:	20 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Датчик кислорода к аппарату Mindray A5. - Диапазон измерения 0 mBar-1500 mBa O2г;- Выход 9 мВ-13 мВ на 210 мБар O2;- Диапазон рабочих температур - -20-+50 гр. С;- Диапазон относительной влажности 0-99 % без конденсации;- Время отклика (T90) менее 12 с (air to 00% O2). Гарантийный срок -не менее 12 месяцев. Поставщик должен предоставить на товар сертификат соответствия качества Заказчику. Время работы склада понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 ч. Доставка товара осуществляется непосредственно на склад Заказчика. Со стороны заказчика грузчики не предоставляются