

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855104-1
Сатып алудың атауы:	Бал қаражатын сатып алу.тағайындаулар-тауарлар техникалық сипаттамаларға сәйкес ұсынылады
Лоттың нөмірі:	№ 88244607-3ЦП2
Лоттың атауы:	Айна
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стоматологиялық айна тұтқасы TW3-21, айна тұтқасының ұзындығы 157 мм,тұтқаның ұзындығы 120 мм, диаметрі 23 мм айна элементі, тұтқаның артқы жағы дөңгелектелген, алдыңғы жағы конустық,қолға қатысты шағылысатын бұрыш айна 135 градус, бүкіл бетінде 2 есе үлкейту.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	595830100, Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Смирново а. ул. Амангельды 73
Жеткізу мерзімі:	шарт қолданылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стоматологиялық айна тұтқасы TW3-21, айна тұтқасының ұзындығы 157 мм,тұтқаның ұзындығы 120 мм, диаметрі 23 мм айна элементі, тұтқаның артқы жағы дөңгелектелген, алдыңғы жағы конустық,қолға қатысты шағылысатын бұрыш айна 135 градус, бүкіл бетінде 2 есе үлкейту.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855104-1
Наименование закупки:	Приобретение средств мед.назначения-товар предоставлять согласно тех.спецификации
Номер лота:	№ 88244607-3ЦП2
Наименование лота:	Зеркало
Описание лота:	медицинское
Дополнительное описание лота:	Ручка для стоматологического зеркала TW3-21, длина ручки ручки с зеркалом 157 мм, длина ручки 120 мм,зеркальный элемент диаметром 23 мм, задняя часть ручки закруглена, передняя часть конусная, угол наклона отражающая относительно руки зеркало составляет 135 градусов,2-х кратное увеличение по всей поверхности.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	595830100, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново ул. Амангельды 73
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с момента действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ручка для стоматологического зеркала TW3-21, длина ручки ручки с зеркалом 157 мм, длина ручки 120 мм,зеркальный элемент диаметром 23 мм, задняя часть ручки закруглена, передняя часть конусная, угол наклона отражающая относительно руки зеркало составляет 135 градусов,2-х кратное увеличение по всей поверхности.