

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16715755-1
Сатып алудың атауы:	медициналық жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86096225-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	медициналық, портативтік, қарау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес стационарлық хирургиялық шам
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Төле би даңғ., 119
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап 60 күнтезбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стационарлық хирургиялық шамшырақ, ГОСТ IEC 60598-2-25-2011, Жарықтандыру блогы 1-жарық көздерінің саны: кемінде 42; Жарықтандыру блогының диаметрі: 420 мм артық емес; Жарық өрісінің диаметрін реттеу; Жарық өрісінің жарығын реттеу; Жарықтандыру блогы 2-жарық көздерінің саны: кемінде 42; Жарықтандыру блогының диаметрі: 420 мм артық емес; Жарық өрісінің диаметрін реттеу; Жарық өрісінің жарығын реттеу; Орталық Ось-жарықтандыру құрылғысын орнату үшін қажетті жарықтандыру құрылғысының дизайнына кіреді және қажетті позицияны қамтамасыз етеді. Серіппелі Консоль-жарықтандыру құрылғысын орнату үшін қажетті жарықтандыру құрылғысының дизайнына кіреді және қажетті жағдайды қамтамасыз етеді. Ұзартқыш сым жарықтандыру құрылғысын орнатуға қажетті жарықтандыру құрылғысының дизайнына кіреді. Корпус-авариялық қоректендіруді автоматты түрде қосу үшін қажетті аккумуляторлық батарея мен электрондық блокты орналастыру. Аккумуляторлық батарея-литий-ионды батареялары 270втсағ кем дегенде 6-12 сағат жұмыс істеуді қамтамасыз ететін Қуат көзі. Монтаждау бөлшектерінің жиынтығы. Стерильденетін тұтқа-дезинфекциялық ерітінділерге төзімді алынбалы зарарсыздандырылатын тұтқа. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аударып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс
--	--

	берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. Жабдықта болуы керек: -жаңа пайдаланылмаған; -шығарылған жылы-2025 жылдан ерте емес; - зауытта жасалған; Жабдықты бітіргеннен кейін тіркеу куәлігі, зауыт паспорты, сондайақ кепілділік паспорты болуы керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16715755-1
Наименование закупки:	приобретение медицинского оборудования
Номер лота:	№ 86096225-ЗЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	медицинский, портативный, осмотровый
Дополнительное описание лота:	Светильник хирургический стационарный, согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз пр.Толе би, 119
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник хирургический стационарный, ГОСТ IEC 60598-2-25-2011, Блок освещения 1-Количество источников света: не менее 42; • Диаметр блока освещения: не более 420мм; • Регулировка диаметра светового поля; • Регулировка освещенности светового поля; Блок освещения 2-Количество источников света: не менее 42; • Диаметр блока освещения: не более 420мм; • Регулировка диаметра светового поля; • Регулировка освещенности светового поля; Ось центральная-Входит в конструкцию осветительного прибора необходимого для монтажа осветительного прибора и обеспечивает требуемое положение Консоль пружинная-Входит в конструкцию осветительного прибора необходимого для монтажа осветительного прибора и обеспечивает требуемое положение Удлинитель Входит в конструкцию осветительного прибора необходимого для монтажа осветительного прибора Кожух-Размещение аккумуляторной батареи и электронного блока необходимого для автоматического включения аварийного питания Аккумуляторная батарея-Блок питания обеспечивающий бесперебойное питания не менее 6-12 часов работы, с литий - ионными батареями 270Втч Комплект монтажных частей Ручка стерилизуемая-Съемная стерилизуемая ручка устойчивая к дезинфицирующим растворам Руководство по эксплуатации Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала
--	---

	(базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Оборудование должно быть: - новым, не бывшим в эксплуатации; - год выпуска - не ранее 2025 года; - заводского изготовления. При поставке оборудования должно быть регистрационное удостоверение, заводской паспорт, также гарантийный паспорт.
--	--