

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849204-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық материалдар мен тұрмыстық/шаруашылық жабдықтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88234211-3ЦП2
Лоттың атауы:	Мақта
Лоттың сипаттауы:	зарарсыздандырылған, гигроскоптық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық мақта
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Шерхан Мұртаза көшесі, №59 үй
Жеткізу мерзімі:	16 күнгізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық мақсаттағы сіңіргіш мақтаға қойылатын негізгі талаптар: • Құрамы: 100% табиғи мақта (ағартылған), бөгде қоспалардан таза. • Түрі: Сіңіргіш (хирургиялық немесе гигиеналық), стерильді немесе стерильді емес күйде болады. • Сіңіру қасиеттері: Сулану уақыты (ылғалды сіңіру жылдамдығы) 10 секундтан аспауы тиіс; жарадан бөлінетін сұйықтықты (экссудатты) сіңіру қабілеті жоғары болуы керек. • Ақтығы: Талшықтардың біркелкі ақтығы (стандартқа сәйкес, әдетте кемінде 75-80%). • Талшық сапасы: Мақта жұмсақ әрі оңай үлпілдейтіндей болуы тиіс; онда түйіндер, қатты бөлшектер, қоқыс, сондай-ақ май немесе майлы заттардың іздері болмауы керек. • Ұсынылу түрі / Қаптамасы: Бумалар, орамдар немесе тығыздалған күйде; таза салмағы әдетте 25 г, 50 г немесе 100 г (сирегірек 200 г және одан көп) болады. • Қаптама: Жеке қаптама (полиэтиленнен немесе берік қағаздан/үлдірден жасалған қапшықтар); ол стерильділікті сақтайды (стерильді өнімдер үшін) әрі ылғал мен ластанудан қорғайды. • Таңбалау: Қаптамада өнім атауы, салмағы, түрі (стерильді/стерильді емес), тиісті MEMCT (мемлекеттік стандарт) немесе ТШ (техникалық шарттар), өндірілген күні және жарамдылық мерзімі (әдетте 5 жылдан 10 жылға дейін) көрсетілуі тиіс. MEMCT 5556-81

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849204-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров и хозяйственного инвентаря
Номер лота:	№ 88234211-3ЦП2
Наименование лота:	Вата
Описание лота:	стерильная, гигроскопическая
Дополнительное описание лота:	Вата медицинская
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Шерхан Мұртаза дом №59
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные требования к медицинской вате: • Состав: 100% натуральный хлопок (выбеленный) без посторонних примесей. • Вид: Гигроскопическая (хирургическая или гигиеническая), стерильная или нестерильная. • Сорбционные свойства (гигроскопичность): Время смачивания (скорость впитывания влаги) — не более 10 секунд; высокая поглощающая способность по отношению к раневому отделяемому. • Белизна: Равномерная белизна волокон (обычно не менее 75-80% по стандарту). • Качество волокна: Должна быть мягкой, хорошо разрыхляться, не содержать комков, жестких частиц, сорных примесей и следов жира или масла. • Форма выпуска / Фасовка: В пачках, рулонах или в прессованном виде массой нетто, как правило, 25 г, 50 г, 100 г (реже 200 г и более). • Упаковка: Индивидуальная упаковка (пакеты из полиэтилена или плотной бумаги/пленки), сохраняющая стерильность (для стерильных видов) и защищающая от влаги и загрязнений. • Маркировка: На упаковке должны быть указаны наименование продукта, масса, тип (стерильная/нестерильная), ГОСТ или ТУ, дата изготовления и срок годности (обычно от 5 до 10 лет). ГОСТ 5556-81