

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783869-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43593720-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88161712
Лоттың атауы :	Ларингоскоп
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жаңа туған нәрестелерге арналған ларингоскопиялық жиынтық
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Әл-Фараби даңғылы, 146
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ларингоскопиялық неонатальды жиынтық. Кіші ларингоскопиялық тұтқа-диаметрі: 19 мм. Беті: гофрленген (сырғанауға қарсы). Міндетті талап: жарық көзі (шам) тұтқаға салынуы керек (пышақтарда шам болмауы керек). Саны: 1 дана. Ларингоскопиялық қисық пышақ № 00-түрі: түзу Ұзындығы: 65 мм. Дистальды ұшының ені: 11 мм. Міндетті талап: пышақта шам жоқ (тұтқадағы шамнан жарық беру). Саны 1 дана. Ларингоскопиялық қисық пышақ № 0 - жоспар тармағының нөмірі № 88161712 Саны 1 Өлшем бірлігі Дана / Дана Жеткізу орындары 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Әл - Фараби даңғылы, 146 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы әл-Фараби даңғылы, 146 Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушісінің өтімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішіндеде / Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттауу: Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Ларингоскопиялық неонатальды жиынтық. Кіші ларингоскопиялық тұтқа-диаметрі: 19 мм. Беті: гофрленген (сырғанауға қарсы). Міндетті талап: жарық көзі (шам) тұтқаға салынуы керек (пышақтарда шам болмауы керек). Саны: 1 дана. Ларингоскопиялық қисық пышақ № 00-түрі: түзу Ұзындығы: 65 мм. Дистальды ұшының ені: 11 мм. Міндетті талап: пышақта шам жоқ (тұтқадағы шамнан жарық беру). Саны 1 дана. Ларингоскопиялық қисық пышақ № 0-түрі: түзу Ұзындығы: 75 мм. Дистальды ұшының ені: 11 мм. Міндетті талап: пышақта шам жоқ (тұтқадағы шамнан жарық беру). Саны: 1 дана. Ларингоскопиялық қисық пышақ № 1-түрі: түзу. Ұзындығы: 102 мм. Дистальды ұшының ені: 11 мм. Міндетті талап: пышақта шам жоқ (тұтқадағы шамнан жарық беру). Саны: 1 дана. Неонатальды тасымалдау жағдайы-Материал: қатты пластик. Дизайн: тұтқаның астында ішкі қорғаныс төсегінің және 3 пышақтың болуы. Саны 1 дана. Жеткізудің қосымша және міндетті шарттары: * Жеткізуші жеткізілетін тауарды жеткізуді жүзеге асыру сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуі тиіс. * Жарықтандыру жүйесінің дизайны: шам тікелей тұтқаға біріктірілуі керек, пышақтың өзінде шамдары бар пышақтарды қолдануға жол берілмейді. * Жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдары

	үшін қауіпсіздік талаптары мен пайдалану нормаларына толық сәйкес келуі тиіс. Пайдалану/жарамдылық мерзімі: жеткізу кезінде медициналық бұйымда өндіруші белгілеген пайдалану мерзімінің (қызмет ету мерзімінің) немесе жарамдылық мерзімінің (шығыс материалдары мен стерильді бұйымдар үшін) кемінде 50% болуы тиіс. Сақтау шарттары: медициналық бұйымдарды сақтау өндіруші техникалық құжаттамада көрсеткен шарттарға (температура режимі, ылғалдан, шаңнан, механикалық зақымданудан және күн сәулесінің әсерінен қорғау) сәйкес келуі керек. Сапа және тіркеу: медициналық бұйым Қазақстан Республикасының аумағында тіркелуге және қолдануға рұқсат етілуге тиіс. САПАНЫҢ сәйкестігі ҚР заңнамасында белгіленген құжаттармен расталуы тиіс (сәйкестік сертификаты, сәйкестік туралы декларация, өндірушінің талдау сертификаты, қажет болған жағдайда — тіркеу куәлігі). Жеткізуші ұсынатын құжаттар: ҚР уәкілетті органы берген медициналық бұйымның тіркеу куәлігі. Сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация (міндетті сертификаттау болған жағдайда). Өнімнің паспорты немесе өндірушінің пайдалану құжаттамасы. Мемлекеттік және орыс тілдерінде қолдану/ пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Жеткізуге қойылатын талаптар: тасымалдау өндіруші белгілеген шарттарды (температура режимі, ылғалдан, шаңнан, механикалық әсерлерден қорғау) сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Стерильді бұйымдар үшін қаптаманың тұтастығы мен стерильділігінің бұзылуын болдырмайтын жағдайларды қамтамасыз ету қажет. Буып-түю және таңбалау: буып-түюде орыс және/немесе қазақ тіліндегі ақпарат болуы тиіс: бұйымның атауы; моделі, артикулы, үлгі мөлшері (бар болса); сериялық немесе партиялық нөмірі, Өндіріс күні; қызмет ету мерзімі немесе жарамдылық мерзімі (стерильді бұйымдар мен шығыс материалдары үшін); сақтау және пайдалану шарттары; атауы және елі-өндіруші; Қазақстан Республикасының нарығындағы айналыс белгісі (қажет болған жағдайда).
Лоттың нөмірі :	88161500
Лоттың атауы :	Ларингоскоп
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	5 жүзі бар ларингоскопиялық жиынтық
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Әл-Фараби даңғылы, 146
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Пайдалану/жарамдылық мерзімі: жеткізу кезінде медициналық бұйымда өндіруші белгілеген пайдалану мерзімінің (қызмет ету мерзімінің) немесе жарамдылық мерзімінің (шығыс материалдары мен стерильді бұйымдар үшін) кемінде 50% болуы тиіс. Сақтау шарттары: медициналық бұйымдарды сақтау өндіруші техникалық құжаттамада көрсеткен шарттарға (температура режимі, ылғалдан, шаңнан, механикалық зақымданудан және күн сәулесінің әсерінен қорғау) сәйкес келуі керек. Сапа және тіркеу: медициналық бұйым Қазақстан Республикасының аумағында тіркелуге және қолдануға рұқсат етілуге тиіс. САПАНЫҢ сәйкестігі ҚР заңнамасында белгіленген құжаттармен расталуы тиіс (сәйкестік сертификаты, сәйкестік туралы декларация, өндірушінің талдау сертификаты, қажет болған жағдайда — тіркеу куәлігі). Жеткізуші ұсынатын құжаттар: ҚР уәкілетті органы берген медициналық бұйымның тіркеу куәлігі. Сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация (міндетті сертификаттау болған жағдайда). Өнімнің паспорты немесе өндірушінің пайдалану құжаттамасы. Мемлекеттік және орыс тілдерінде қолдану/ пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Жеткізуге қойылатын талаптар: тасымалдау өндіруші белгілеген шарттарды (температура режимі, ылғалдан, шаңнан, механикалық әсерлерден қорғау) сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Стерильді бұйымдар үшін қаптаманың тұтастығы мен стерильділігінің бұзылуын болдырмайтын жағдайларды қамтамасыз ету қажет. Буып-түю және таңбалау: қаптамада орыс және/немесе қазақ тіліндегі ақпарат болуы тиіс: бұйымның атауы; моделі, артикулы, типтік мөлшері (бар болса); сериялық немесе партиялық нөмірі, Өндіріс күні; қызмет ету мерзімі немесе жарамдылық мерзімі (стерильді бұйымдар мен шығыс материалдары үшін); сақтау және пайдалану шарттары; атауы және Өндіруші ел; Қазақстан Республикасының нарығындағы айналым белгісі (қажет болған жағдайда).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783869-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 43593720-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	закуп медицинских изделий
Описание лота:	закуп медицинских изделий
Номер пункта плана:	№ 88161712
Наименование пункта плана:	Ларингоскоп
Описание пункта плана:	медицинский
Дополнительное описание пункта плана:	Ларингоскопический набор для новорожденных
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район проспект Аль-Фараби, 146
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор ларингоскопический неонатальный. Рукоятка ларингоскопическая малая - Диаметр: 19 мм. Поверхность: рифленая (противоскользящая). Обязательное требование: источник света (лампа) должен быть встроен в рукоятку (на клинках лампа должна отсутствовать). Кол-во: 1 штука. Клинок ларингоскопический изогнутый № 00 - Тип: прямой Длина: 65 мм. Ширина дистального конца: 11 мм. Обязательное требование: без лампы на клинке (светопередача от лампы в рукоятке). Кол-во 1 штука. Клинок ларингоскопический изогнутый № 0 - Номер пункта плана № 88161712 Количество 1 Единица измерения Штука / Дана Места поставки 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Әл-Фараби даңғылы, 146 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район проспект Аль-Фараби, 146 Срок поставки Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде / по заявке заказчика в течение 15 календарных дней Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау: Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Набор ларингоскопический неонатальный. Рукоятка ларингоскопическая малая - Диаметр: 19 мм. Поверхность: рифленая (противоскользящая). Обязательное требование: источник света (лампа) должен быть встроен в рукоятку (на клинках лампа должна отсутствовать). Кол-во: 1 штука. Клинок ларингоскопический изогнутый № 00 - Тип: прямой Длина: 65 мм. Ширина дистального конца: 11 мм. Обязательное требование: без лампы на клинке (светопередача от лампы в рукоятке). Кол-во 1 штука. Клинок ларингоскопический изогнутый № 0 - Тип: прямой Длина: 75 мм. Ширина дистального конца: 11 мм. Обязательное требование: без лампы на клинке (светопередача от лампы в рукоятке). Кол-во: 1 штука. Клинок ларингоскопический изогнутый № 1 - Тип: прямой. Длина: 102 мм. Ширина дистального конца: 11 мм. Обязательное требование: без лампы на клинке (светопередача от лампы в рукоятке). Кол-во: 1 штука. Кейс транспортировочный неонатальный - Материал: жесткий пластик. Конструкция: наличие внутреннего защитного ложементa под рукоятку и 3 клинка. Кол-во 1 штука. Дополнительные и обязательные условия поставки:

	- Поставщик в обязательном порядке должен согласовать поставляемый товар с Заказчиком до момента осуществления поставки. - Конструкция системы освещения: лампа должна быть интегрирована непосредственно в рукоятку, использование клинков с лампами на самом клинке не допускается. - Поставляемый товар должен полностью соответствовать требованиям безопасности и нормам эксплуатации для медицинских организаций Республики Казахстан. Срок эксплуатации/пригодности: На момент поставки медицинское изделие должно иметь не менее 50% от установленного производителем срока эксплуатации (срока службы) или срока годности (для расходных материалов и стерильных изделий). Условия хранения: Хранение медицинских изделий должно соответствовать условиям, указанным производителем в технической документации (температурный режим, защита от влаги, пыли, механических повреждений и воздействия солнечного света). Качество и регистрация: Медицинское изделие должно быть зарегистрировано и допущено к применению на территории Республики Казахстан. Соответствие качества должно подтверждаться документами, установленными законодательством РК (сертификат соответствия, декларация о соответствии, сертификат анализа производителя, при необходимости — регистрационное удостоверение). Документы, предоставляемые поставщиком: Регистрационное удостоверение медицинского изделия, выданное уполномоченным органом РК. Сертификат соответствия или декларация о соответствии (при наличии обязательной сертификации). Паспорт изделия или эксплуатационная документация производителя. Инструкция по применению/эксплуатации на государственном и русском языках. Требования к поставке: Транспортировка должна осуществляться с соблюдением условий, установленных производителем (температурный режим, защита от влаги, пыли, механических воздействий). Для стерильных изделий необходимо обеспечение условий, исключающих нарушение целостности упаковки и стерильности. Упаковка и маркировка: Упаковка должна содержать информацию на русском и/или казахском языке: наименование изделия; модель, артикул, типоразмер (при наличии); серийный или партионный номер, дата производства; срок службы или срок годности (для стерильных изделий и расходных материалов); условия хранения и эксплуатации; наименование и страна-производитель; знак обращения на рынке Республики Казахстан (при необходимости).
Номер пункта плана:	№ 88161500
Наименование пункта плана:	Ларингоскоп
Описание пункта плана:	медицинский
Дополнительное описание пункта плана:	Ларингоскопический набор с 5 клинком
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район проспект Аль-Фараби, 146
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор ларингоскопический неонатальный (1 рукоятка + 5 клинков + кейс) Наименование закупаемого товара: Набор ларингоскопический для новорожденных и недоношенных детей. Рукоятка ларингоскопическая малая - - Назначение: Малая (Medium/Pediatric) для неонатологии - Диаметр: не более 19 мм - Материал: Высокопрочный сплав (хромированная латунь или аналог) - Поверхность: Рифленая, с противоскользящим покрытием - Рабочее напряжение: 2.5 В - Источник света: Вакуумная или ксеноновая лампа - Обязательное требование к источнику света: Световой элемент (лампа) должен быть интегрирован строго в верхнюю часть рукоятки (электрическое сопряжение). Передача света на клинок осуществляется бесконтактным или прямым путем от рукоятки. Конструкция клинков не должна содержать ламп. Количество 1 штука. Клинок ларингоскопический изогнутый № 00 - • Тип: Изогнутый (адаптированный для неонатологии) - Длина клинка: 65 мм - Ширина дистального конца: 11 мм - Материал: Высоколегированная матовая нержавеющая сталь с антибликовой полировкой - Обязательное требование: Полное отсутствие лампы на самом клинке (конструкция без лампы на дистальной или проксимальной части клинка). - Обработка: Устойчивость к многократному автоклавному (до 134 °C). Кол-во: 2 шт. Клинок ларингоскопический изогнутый № 0 - • Тип: Изогнутый (адаптированный для неонатологии)

- Длина клинка: 75 мм
- Ширина дистального конца: 11 мм
- Материал: Высоколегированная матовая нержавеющая сталь с антибликовой полировкой
- Обязательное требование: Полное отсутствие лампы на самом клинке.
- Обработка: Устойчивость к многократному автоклавному (до 134 °С).

Кол-во: 2 шт. Клинок ларингоскопический изогнутый № 1 - • Тип: Изогнутый (адаптированный для неонатологии/грудных детей)

- Длина клинка: 102 мм
- Ширина дистального конца: 11 мм
- Материал: Высоколегированная матовая нержавеющая сталь с антибликовой полировкой
- Обязательное требование: Полное отсутствие лампы на самом клинке.
- Обработка: Устойчивость к многократному автоклавному (до 134 °С).

Кол-во: 1 штука. Транспортировочный кейс - • Тип: Жесткий защитный футляр/кейс из ударопрочного пластика

- Внутреннее устройство: Индивидуальный защитный ложемент для надежной фиксации 1 рукоятки и 5 клинков. кол-во: 1 штука.

ОСОБЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ:

- Все поставляемые клинки в количестве 5 штук должны быть строго изогнутого типа.
- Конструктивное исполнение ларингоскопа должно предусматривать расположение лампы (источника света) исключительно в рукоятке. Поставка клинков со встроенными на них лампами не допускается.
- Обязательное условие: Поставщик обязан в обязательном порядке согласовать все технические параметры и финальный вид поставляемого медицинского изделия с Заказчиком до момента фактической отгрузки товара на склад.
- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке.

ОСОБЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ:

- Все поставляемые клинки в количестве 5 штук должны быть строго изогнутого типа.
- Конструктивное исполнение ларингоскопа должно предусматривать расположение лампы (источника света) исключительно в рукоятке. Поставка клинков со встроенными на них лампами не допускается.
- Обязательное условие: Поставщик обязан в обязательном порядке согласовать все технические параметры и финальный вид поставляемого медицинского изделия с Заказчиком до момента фактической отгрузки товара на склад.
- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке.

Срок эксплуатации/пригодности: На момент поставки медицинское изделие должно иметь не менее 50% от установленного производителем срока эксплуатации (срока службы) или срока годности (для расходных материалов и стерильных изделий). Условия хранения: Хранение медицинских изделий должно соответствовать условиям, указанным производителем в технической документации (температурный режим, защита от влаги, пыли, механических повреждений и воздействия солнечного света). Качество и регистрация: Медицинское изделие должно быть зарегистрировано и допущено к применению на территории Республики Казахстан. Соответствие качества должно подтверждаться документами, установленными законодательством РК (сертификат соответствия, декларация о соответствии, сертификат анализа производителя, при необходимости — регистрационное удостоверение). Документы, предоставляемые поставщиком: Регистрационное удостоверение медицинского изделия, выданное уполномоченным органом РК. Сертификат соответствия или декларация о соответствии (при наличии обязательной сертификации). Паспорт изделия или эксплуатационная документация производителя. Инструкция по применению/эксплуатации на государственном и русском языках. Требования к поставке: Транспортировка должна осуществляться с соблюдением условий, установленных производителем (температурный режим, защита от влаги, пыли, механических воздействий). Для стерильных изделий необходимо обеспечение условий, исключающих нарушение целостности упаковки и стерильности. Упаковка и маркировка: Упаковка должна содержать информацию на русском и/или казахском языке: наименование изделия; модель, артикул, типоразмер (при наличии); серийный или партионный номер, дата производства; срок службы или срок годности (для стерильных изделий и расходных материалов); условия хранения и эксплуатации; наименование и страна-производитель; знак обращения на рынке Республики Казахстан (при необходимости).

