

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800405-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамалары бойынша сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88254191-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі USB/FTS/SST
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЭКГ-ға арналған 10 электродты сым кабелі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Әлия Молдағұлова Даңғылы, 34
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: электрокардиографқа (ЭКГ) арналған пациенттің кабелі, 10 қорғасын. Техникалық сипаттамасы: Дефибриллятор импульсінен қорғайтын электрокардиограмманы тіркеуге арналған пациенттің кабелі. 10к резисторлармен жабдықталған. Коннектор түрі-диаметрі 4 мм банан ашасы. Еуропалық IEC стандартына сәйкес электродтардың орналасуы және түсті таңбалау: Белгілеу электродтың түсі орналасуы R Қызыл оң қол L Сары сол қол F Жасыл сол аяқ N қара оң аяғы C1 ақ / қызыл төс сүйегінің оң жағындағы төртінші қабырға аралық C2 ақ/сары төс сүйегінің сол жағындағы төртінші қабырға аралық C2 және C4 позициялары арасындағы ақ/жасыл C4 ақ / қоңыр сол жақ ортаңғы сызық бойымен бесінші қабырға аралық C5 ақ / қара алдыңғы қолтық сызығы бойынша C4 деңгейінде C6 ортаңғы қолтық сызығы бойынша C4 деңгейінде ақ/күлгін Өлшем бірлігі: дана. Саны: 1 дана.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800405-1
Наименование закупки:	Закупка по техническим характеристикам
Номер лота:	№ 88254191-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	тип USB/FTS/SST
Дополнительное описание лота:	Кабель отведений для ЭКГ на 10 электродов
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Алии Молдагуловой, 34
Срок поставки:	15-ти календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Кабель пациента для электрокардиографа (ЭКГ), 10 отведений. Техническая характеристика: Кабель пациента для регистрации электрокардиограммы с защитой от импульса дефибриллятора. Оснащён резисторами номиналом 10 кОм. Тип разъёма — штекер Banana диаметром 4 мм. Расположение электродов и цветовая маркировка в соответствии с европейским стандартом IEC: Обозначение Цвет Расположение электрода R Красный Правая рука L Жёлтый Левая рука F Зелёный Левая нога N Чёрный Правая нога C1 Белый/красный Четвёртое межреберье справа от грудины C2 Белый/жёлтый Четвёртое межреберье слева от грудины C3 Белый/зелёный Между позициями C2 и C4 C4 Белый/коричневый Пятое межреберье по левой среднеключичной линии C5 Белый/чёрный На уровне C4 по передней подмышечной линии C6 Белый/фиолетовый На уровне C4 по средней подмышечной линии Единица измерения: штука. Количество: 1 шт.