

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793594-1
Сатып алудың атауы:	№ 237 Балға арналған компоненттер.жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 88174601-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Батарея
Лоттың сипаттауы:	литий-иондық, аккумулятор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Drager Fabius Plus XL анестезиялық тыныс алу аппаратына арналған қайта зарядталатын батарея. Литий-ионды аккумулятор, AGM, 12V, сыйымдылығы 3-5Ah, ұзындығы - 134мм, ені - 69см, биіктігі - 60мм, толық биіктігі 60мм. Батарея Түрі - стационарлық. Түрі клемалар FASTON F2 (клип) 6,35 ММ. өнім Тапсырыс берушімен келісу
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қ. СҚО, М. Жұмабаев ауданы, Булаев қаласы, Зеленая көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн шарт жасалған сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Drager Fabius Plus XL анестезиялық тыныс алу аппаратына арналған қайта зарядталатын батарея. Литий-ионды аккумулятор, AGM, 12V, сыйымдылығы 3-5Ah, ұзындығы - 134мм, ені - 69см, биіктігі - 60мм, толық биіктігі 60мм. Батарея Түрі - стационарлық. Түрі клемалар FASTON F2 (клип) 6,35 ММ. өнім Тапсырыс берушімен келісу

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793594-1
Наименование закупки:	№ 237 Комплектующие к мед.оборудованию
Номер лота:	№ 88174601-3ЦПЗ
Наименование лота:	Батарея
Описание лота:	литиево-ионная, аккумуляторная
Дополнительное описание лота:	Аккумуляторная батарея для наркозно-дыхательного аппарата Drager Fabius Plus XL. Литий-ионный аккумулятор, AGM, 12V, емкость 3-5Ah, длина - 134мм, ширина - 69см, высота - 60мм, полная высота 60мм. Тип аккумулятора - стационарный. Тип клеммы FASTON F2 (зажим) 6,35мм. Товар согласовать с Заказчиком
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593620100, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево СКО, р-н М.Жумабаева, г.Булаево, ул. Зеленая , 35
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумуляторная батарея для наркозно-дыхательного аппарата Drager Fabius Plus XL. Литий-ионный аккумулятор, AGM, 12V, емкость 3-5Ah, длина - 134мм, ширина - 69см, высота - 60мм, полная высота 60мм. Тип аккумулятора - стационарный. Тип клеммы FASTON F2 (зажим) 6,35мм. Товар согласовать с Заказчиком