

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847923-1
Сатып алудың атауы:	Зертханаға шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88306013-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	ауалы зарарсыздандыруды бақылауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Биологиялық индикаторлар Биологиялық индикатор бір реттік ауа стерилизациясын бақылау үшін «БиОТЕСТ-В-ВИНАР» журналы жоқ 132-де.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қонаев қ., Абай көш., 35/5
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт жасалған күннен бастап бір жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Мақсаты: медициналық, зертханалық және өндірістік автоклавтардың терилизациялау процесстерін тиімді бақылауға 2. Техникалық сипаттамалары: Культураның түрлері: Geobacillus stearothermophilus бактериялық споралары (мысалы, штамм ВКМ В-718 немесе баламасы), шыны түтікшеде немесе ампульда, қақпақпен жабылған, тасмалдаушыдағы спорлар саны: $n \times 10^5$- 106 3. Жабдық Индикатор -24 немесе 5 дана Сындырғыш -1 шт Қолдану жөніндегі нұсқау-1 дана 4. Қосымша талаптар: Өнімді пайдалану жөніндегі нұсқау орыс тілінде 5. Қаптама (өлшем бірлігі): - қаптама 6. Жеткізу кезінде жеткізуші төмендегілерді ұсынуы тиіс: Тауарды қабылдау-тапсыру актісі. Жеткізу шығындары жеткізуші есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, Абай көшесі, 35/5.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847923-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов для лаборатории
Номер лота:	№ 88306013-ЗЦП1
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля воздушной стерилизации
Дополнительное описание лота:	Биологические индикаторы Индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации «БиоТЕСТ-В-ВИНАР» без журнала на 132.
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Қонаев, Абая 35/5
Срок поставки:	В течение года с даты заключения договора по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1.Предназначение: для контроль эффективности (самоконтроль, периодический мониторинг и валидация) процессов паровой стерилизации в медицинских, лабораторных и промышленных автоклава 2.Техническая характеристики: Вид культуры: споры бактерий <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (например, штамм ВКМ В-718 или эквивалент), стеклянная ампула или пробирка со стерильной индикаторной средой, пробирка закрыта колпачком, количество спор на носителе: $n \times 10^5$- 106 3.Комплектация • индикатор - 24 или 50 шт • ломатель - 1 шт. • инструкция по применению - 1 шт. 4.Дополнительные требования: Инструкции по применению средства на русском языке. 5. Фасовка (ед. измерения)- упаковка 6. При доставке поставщик должен предоставить Акт приема-передачи товара Доставка и другие затраты за счет поставщика Место доставки: Алматинская область, г. Кунаев, ул. Абая 35/5.